

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 1712.04400-00-2016**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 498/2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 316/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 16/12/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SESAU.**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 07/12/2016**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
------	---------------	---------------------	-------	-------	------------------	---------------------	--------	-----------

**Nº DO PROCESSO:** 1712.04400-00-2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 316/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 498/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 16/12/2016**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 07/12/2016

0001	Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X, monocassete, deverá realizar as digitalizações das imagens com resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Leitura em 50 e 100 µ. Capacidade de processamento mínimo de 50 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para identificação dos cassetes ; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step.Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X :03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X35 cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm Tamanhos aproximados. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento.	2,00	UND	CARESTREAM	R\$ 143.083,33	R\$ 110.000,00	-23,12	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
------	--	------	-----	------------	----------------	----------------	--------	---

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 1712.04400-00-2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 316/2016**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 498/2016**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 16/12/2016**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 07/12/2016**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**  
Gerente do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
08.546.929/0001-22	CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RUA DR. PEDRO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA, 60 - JARDIM LIMOEIRO	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	EDUARDO DE MAGALHÃES PIRES	006.410.617-90	(21) 98100-7612