

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.04400-00-2016**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 353/2017**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 229/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 25/09/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÕES DE IMAGENS - SESAU**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 14/09/2017**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Sistema de Digitalização de Imagens de Mamografia e Raios-X, multicassete, com no mínimo 03 entradas de cassetes, resolução mínima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes para Raios-X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Digitalização de Imagens de Mamografia com resolução mínima de 20 pixels/mm nos tamanhos de cassetes 18x24cm e 24x30cm. Capacidade de processamento mínimo de 80 cassetes/hora no tamanho 35x43; Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de no mínimo 2GB; Disco rígido (HD) local de pelo menos 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) no mínimo 2000 imagens; Leitor de código de barras para identificação dos cassetes; Processamento de imagem por controle de range dinâmico e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Rotação/Inversão de imagem; Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Magnificação da imagem para visualização; Processamento para eliminação das linhas de grade; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment; Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step; Cassetes para o digitalizador multicassete de Raios-X e Mamografia: 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm para mamografia 03 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm para mamografia. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X43 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 35X35 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 24X30 cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fósforo tamanho 18X24 cm Tamanhos aproximados. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para três tamanhos simultâneos. Resolução mínima de 50 microns. Densidade óptica de impressão de 4.0, capacidade de impressão mínima de 90 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memória	5,00	UND	FUJIFILM	R\$ 307.000,00	R\$ 223.800,00	-27,10	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACOES LTDA - ME

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 1712.04400-00-2016**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 229/2017**OBJETO:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÕES DE IMAGENS - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 353/2017**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 25/09/2017**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 14/09/2017

mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; Trabalhar com, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento, nobreak compatível com os equipamentos (Bivolt 110 e 220 volts).

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente

Suelen Torres da Silva
Gerente do Registro de Preços Interina

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
09.105.835/0001-80	RIO MEDI COMERCIO ASSISTENCIA E REPRESENTACOES LTDA - ME	RUA ISAURA PARENTE, 1008 - ISAURA PARENTE	RIO BRANCO - AC	RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS	097.836.857-67	(68) 3223-6338