

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0036.00873-62-0177**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 102/2018**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 116/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 17/05/2018**ANEXO ÚNICO DA ATA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	AUTOCLAVE HORIZONTAL, 21 LITROS EM ALUMÍNIO - Autoclave para esterilização a vapor, mínimo de 21 litros, tanque em alumínio, mínimo de 3 bandejas e suporte, ambos em alumínio. Porta de alumínio injetado. Anel de vedação da porta em silicone. Isolação térmica interna por lâ de vidro com revestimento de poliéster e lâ de cerâmica. Dotada de no mínimo 18 sistemas de segurança (Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura / Tecla de emergência / Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização / Termostato / Duas válvulas de sobre-pressão – selo de segurança / Válvula de sub-pressão antivácuo / Válvula solenóide / Anel de silicone para vedação da porta / Dispositivo com sistema de segurança contra abertura acidental da porta / Conjunto de fusíveis elétricos / Pés de borracha / Filtro sintetizado de alta eficiência / Isolação térmica interna com lâ de vidro revestida com poliéster e lâ de cerâmica / Mangueira para dreno do vapor / Resistência tipo coleira / Cabo sensor de temperatura com isolamento resistente a altas temperaturas / Tubulação interna em cobre / Chave Geral de fácil acesso). Manômetro para pressão e temperatura. Painel de comando lateral e frontal (não deve ser na tampa, para minimizar probabilidade de danos devido aquecimento). Desaeração automática. Bivolt 127/220V. Potência de 1700 VA, aproximadamente. Tempo de esterilização 16 minutos / Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Abertura da porta com sistema de despressurização por alavanca. Secagem por porta entreaberta. Copo dosador para água, alimentação manual para melhor controle e acompanhamento do processo. Produto Registrado na ANVISA. Instalação por conta do fornecedor.	1,00	UNIDADE	STERMAX	R\$ 5.607,05	R\$ 4.184,76	-25,37	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

**Nº DO PROCESSO:** 0036.00873-62-0177**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 102/2018**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS - SESAU.**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 116/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 21/05/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 17/05/2018

0002	APARELHO DE LASER CIRURGICO - Tensão de Alimentação: 90 – 240 V Função Laserterapia: - Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm - Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 % Função Cirurgia: - Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm - Potência útil emissor laser infravermelho: 4,5 W ± 20 % - Diâmetro da fibra: 400 µm ou 600 µm - Modo de Exposição: contínuo, pulso único e repetitiva - Exposição Pulso Único: Tempo de exposição: 05- 5000 ms - Exposição repetitiva: Duração do pulso: 05 – 95 ms Intervalo do pulso: 05 – 95 ms Caneta de Fibra Óptica para Terapia (Fibra Óptica de 600 µm) Caneta de Fibra Óptica para Cirurgia (Fibra Óptica de 400µm ou 600µm de diâmetro) Pedal com fio Tampa da Saída do Laser Conector do Interlock 01 espaçador Cabo A/C 02 Fusíveis 02 óculos de proteção (usuário) 01 óculos de proteção (paciente) Mídia Eletrônica Caneta de Clivagem Stripper Maleta para Transporte Manual do Usuário Termo de Garantia	1,00	UNIDADE	MM OPTICS	R\$ 23.626,90	R\$ 22.250,00	-5,83	CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP
------	---	------	---------	-----------	---------------	---------------	-------	-----------------------------

**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
18.258.209/0001-15	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	RUA: ALBERTO LAUREANO HEINRICH, 50 - PASSA VINTE	PALHOCA - SC	JOSIE MARINA DOS SANTOS	036.997.159-06	(48) 3342-0121
14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP	RUA: DOUTOR CASSIANO - SALA 202, 165 - CENTRO	PELOTAS - RS	CÁSSIA COUTINHO LUCAS	817.696.280-53	(53)3025-2592 / 98434-3144