

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.120099/2018-15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 237/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARRO MACA AVANÇADO HIDRÁULICO HOSPITALAR - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 387/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 25/10/2018

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 24/10/2018

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	CARRO-MACA AVANÇADO, HIDRÁULICO, HOSPITALAR: fabricado com estrutura em aço inox, que possua no mínimo as características abaixo: - Deve possuir encosto de cabeça ajustável assistido com mola a gás; pedais com laterais duplos para hi-lo/trendelenburg/trendelenburg reverso; pedal de emergência na extremidade da cabeça para trendelenburg. -Deve dispor de alças ergonômicas para empurrar; puxar com altura dupla; -Deve conter plataforma de colchão de corpo inteiro "radiolucante"; - Deve conter plataforma elevadora para cassete de raios – X de corpo inteiro; - Deve conter sistema de rodízio para rodas de direcionamento Eastrack 5th; -Possuir rodízios antiestéticos com diâmetro mínimo de 200 mm (") de diâmetro; - Com sistema de rodízio de direção/freio central – ativação de 04 cantos; - Deve possuir haste de gotejamento dobrável integral na extremidade da cabeça; - Deve conter haste de gotejamento dobrável integral armazenável; - As laterais de segurança devem ser dobráveis e fabricadas em aço inoxidável integral; -Deve acompanhar suporte para armazenamento de cilindro de oxigênio/médico, no mínimo de capacidade de 5 litros e para guardar os pertences dos pacientes; - O equipamento deverá ser fabricado com possibilidade futura para montagem do suporte do equipamento de sucção/oxigênio; - Deve dispor de suporte para notas/prateleira para monitor, dobrável e destacável; - Com capacidade mínima de carga de trabalho segura de 250 kg (550 lbs); - O equipamento deve ter amplitude de inclinação da plataforma (trend/trend.) +/- 12º; - Deve possuir amplitude de altura da plataforma, no mínimo, entre 560-930mm (22-36 ½"); - Largura da superfície do paciente de no mínimo 670 mm (26"); - Deve possuir largura total mínima de 770 mm (30"); - Comprimento total de no mínimo 2110 mm (83"); - Deve acompanhar colchão de redistribuição de pressão bi-flex; - Deve conter suporte para soro com 02 (dois) ganchos, confeccionado em aço inoxidável AISI 304 5/8", com altura mínima de 1,10m; - Haste simples de infusão com dois ganchos; - Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da entrega do produto; - Assistência técnica local, no município de Porto Velho – RO.	38,00	UND	PRÓPRIA	R\$ 10.728,72	R\$ 10.150,00	-5,39	R. C. - MÔVEIS LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0050.120099/2018-15**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 237/2018**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CARRO MACA AVANÇADO HIDRÁULICO HOSPITALAR - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 387/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 25/10/2018**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 24/10/2018**Márcio Rogério Gabriel**
Superintendente**Suelen Torres da Silva**
Coordenadora do Registro de Preços Interina

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
02.377.937/0001-06	R. C. - MÓVEIS LTDA	AV. MOISÉS FORTI, 1230 - DISTRITO INDUSTRIAL	CAPIVARI - SP	CLÉLIA MACHADO PINTO CORRÊA	178.794.178-77	(19) 2119-9000/ 9005/ 3492-1318