

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.257913/2018-87

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COLANGIOPANCREATOGRRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) - SESAU**ANEXO ÚNICO DA ATA**

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 522/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 31/01/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2019

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS - Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico.	3,00	UND	INALAMED	R\$ 3.168,35	R\$ 2.813,33	-11,21	MBR FERNANDES-ME
0002	VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS FINOS com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz, com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 8.5 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 8.5 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 3~100 mm; possuir no mínimo 02 Guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A VÍDEOPROCESSADORA FUJINON, MODELO EPX-2500 EXISTENTE NO SERVIÇO.	4,00	UND	FUJIFILM	R\$ 79.000,00	R\$ 78.900,00	-0,13	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.257913/2018-87**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 14/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 522/2018**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 31/01/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 29/01/2019

0003	VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A VIDEOPROCESSADORA FUJINON, MODELO EPX-2500 EXISTENTE NO SERVIÇO.	10,00	UND	FUJIFILM	R\$ 79.000,00	R\$ 78.900,00	-0,13	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA
------	--	-------	-----	----------	---------------	---------------	-------	--

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.257913/2018-87

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 14/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 522/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 31/01/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2019

0004	VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO ULTRAFINO (TRANSNASAL) com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz, com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 5.9 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.0 mm, Diâmetro distal máximo: 5.9 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 120°; profundidade de campo não superior a 3~100 mm; deve possuir no mínimo 02 Guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A VIDEOPROCESSADORA FUJINON, MODELO EPX-2500 EXISTENTE NO SERVIÇO.	3,00	UND	FUJIFILM	R\$ 84.000,00	R\$ 83.900,00	-0,12	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA
------	---	------	-----	----------	---------------	---------------	-------	--

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
16.845.253/0001-04	MBR FERNANDES-ME	RUA ANISIO SERRÃO, 1712 - CENTRO	CACOAL - RO	MALAQUIAS BATISTA RIBEIRO FERNANDES	956.675.632-15	(69)3443-5059
32.150.633/0004-15	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Rua Izabel Ramos Fabeni, 96 - São João	ITAJAI - SC	Edilene de Melo Nunes Guiraudeli	094.156.827-01	(47) 3344-1612 / 8157-8140