



Esclarecimento Pregao Eletronico 021/19

3 mensagens

A. G. D. Oliveira <licitalabiopvh@hotmail.com>
 Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>

18 de abril de 2019 10:51

Sr. Pregoeiro
 Bom dia!

Conforme orientacao da industria, vimos solicitar **ESCLARECIMENTOS** sobre os **ITENS ABAIXO**, conforme o termo de referencia, em relacao ao seu **DESCRITIVO**, Ref. ao Pregao Eletronico n° 21/2019, Processo n° 0036.426941/2018-08 com abertura para dia 25/04/19.

Ocorre, Sr. Pregoeiro, que o **DESCRITIVO** encontra-se **CONFUSO**, conforme observamos abaixo:

ITENS / DESCRIÇÃO

Item	Descrição	Und	Qde	Vir. Unit (R\$)	Vir. Total (R\$)	Marca / Modelo
1	Bolsa de colostomia adulto, sistema uma (01) peça, plástico antiodor, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 70 mm, sem adesivo microporoso e clamp para cada bolsa	Und	9833			
2	Bolsa de colostomia adulto, sistema uma (01) peça, plástico antiodor, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 70 mm, sem adesivo microporoso e clamp de fechamento individual	Und	5130			
4	Bolsa de colostomia adulto, sistema uma (01) peça, plástico antiodor, drenável, opaca, com filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 70 mm, sem adesivo microporoso e clamp para cada bolsa	Und	2935			
5	Bolsa de colostomia adulto, sistema uma (01) peça, plástico antiodor, drenável, transparente, com filtro de carvão ativado, resina sintética, recortável até 70 mm, sem adesivo microporoso e clamp de fechamento individual.	Und	1710			

A INDUSTRIA questiona os itens 1, 2, 4 e 5, acima, ao qual solicita em seu descritivo a **Bolsa de colostomia adulto.... SEM ADESIVO MICROPOROSO E CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL**

Conforme orientacao da Industria, as Bolsas de Colostomia **JA** vem com placa acoplada, ou seja, **COM ADESIVO MICROPOROSO E CLAMP DE FECHAMENTO**. Ainda de acordo com a Industria, é de **DESCONHECIMENTO** que existam Bolsas de Colostomia **SEM ADESIVO MICROPOROSO E SEM CLAMP DE FECHAMENTO INDIVIDUAL**

Assim sendo, solicitamos que seja reanalisado o descritivo de referencia para os Itens acima, levando em consideracao nossas ponderacoes acima para que seja evitado o fracasso desse item no certame, nao prejudicando, desta forma, a secretaria de saude.

Desta forma, solicitamos a este egregio que nos informe as nossas solicitacoes a ser ofertado nos Itens acima e requerido em edital.

Para uma correta e adequada formulacao de preços para participacao no Processo Licitatorio em epigrafe, é imprescindivel que possamos ter as informacoes para os item solicitado, visto que o mesmo podera acarretar em mudanca no valor final do produto

No aguardo de vosso posicionamento e orientacoes, agradeço

Quaisquer duvida, estamos a disposicao

Solicito acusar recebimento!

Att

Dennys Reis

Gerente Licitações e Contratos

Oestemed Com. Rep.

Rua Rio Branco, 1391, Princesa Isabel. Cacoal - RO

CNPJ: 63.774.269/0001-45

Tel/Fax: +55 69 3224-5672

E-mail/Skype: licitabiopvh@hotmail.comLivre de vírus. www.avast.com.

A. G. D. Oliveira <licitabiopvh@hotmail.com>
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>

22 de abril de 2019 09:51

Bom dia,

Reenviando para analise, caso nao tenha recebido

Solicito acusar recebimento

Grato

Att

Dennys Reis**Gerente Licitações e Contratos**

Oestemed Com. Rep.

Rua Rio Branco, 1391, Princesa Isabel. Cacoal - RO

CNPJ: 63.774.269/0001-45

Tel/Fax: +55 69 3224-5672

E-mail/Skype: licitabiopvh@hotmail.com**De:** A. G. D. Oliveira**Enviado:** quinta-feira, 18 de abril de 2019 10:51**Para:** sigma.supel@gmail.com**Assunto:** Esclarecimento Pregao Eletronico 021/19

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>
Para: "A. G. D. Oliveira" <licitabiopvh@hotmail.com>

22 de abril de 2019 13:13

Atestamos o recebimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPELSuperintendência Estadual
de Licitações**RONDÔNIA**
Governo do Estado