



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Gerência Administrativa - SESAU-GAD

Parecer nº 8/2019/SESAU-GAD

À Srª. NILSEIA KETES COSTA;
Pregoeira Equipe SIGMA/SUPEL/RO;

Assunto: Análise Técnica das Propostas do Processo 0036.319270/2018-11 – P.E 0033/2019/SIGMA/SUPEL/RO

Prezada Pregoira,

Com meu cumprimento e em resposta ao despacho, 5675710, do referido processo, tendo como objeto:

"Aquisição de Material Permanente (Equipamentos Hospitalares, Artigos Hospitalares e outros), itens fracassados no PE nº 070/2017 oriundo do processo administrativo nº 01.1712.00248-00/2017, visando atender as necessidades do Hospital Infantil Cosme e Damião, de acordo com os critérios préestabelecidos pelo Ministério da Saúde."

Este parecer visa analisar as documentações técnicas apresentadas pelas empresas para o Pregão Eletrônico Nº 0033/2019/SIGMA/SUPEL/RO, **ORTOSINTESE** (5671865), **FANEM** (5672512), **V M I** (5673215), **MBR** (5674508), **CARDICS** (5674898).

Cabe a este técnico apenas a análise quanto aos requisitos técnicos. Conforme informado no despacho, será analisado apenas as propostas apresentadas. Neste sentido, a proposta da empresa 3 S **INFORMATICA** (5675690), deverá ser analisada pela equipe de TI/COETIC.

Após essas considerações, abaixo a análise técnica, esta realizada apenas nos descritivos dos produtos ofertados. Toda análise foi realizada conforme informações do edital, item 7.2.5:

"7.2.5 Apresentação de "FOLDERS"/ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS, CATÁLOGOS/MANUAL EM PORTUGUÊS dos produtos ofertados OU ENDEREÇO ELETRÔNICO COM O LINK, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens, conforme disposto no subitem 13.3 do Termo de Referência.."

Para o item **01, Autoclave hospitalar horizontal (250 litros)**, foi analisada a proposta da empresa:

ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 5671865, a empresa ofertou equipamento da marca: **ORTOSINTESE**, modelo: **AC 254** o equipamento **ATENDE** ao edital, ressaltando que a empresa será responsável por toda infraestrutura necessária para a instalação e funcionamento do equipamento.

Para o item **03, Incubadora de transporte neonatal**, foi analisada a proposta da empresa:

FANEM LTDA, 5672512, a empresa ofertou equipamento da marca: **FANEM**, modelo: **IT-158 TS**, o equipamento **ATENDE** ao edital.

Para o item **04, Aparelho de Raio-X móvel**, foi analisada a proposta da empresa:

VMI TECNOLOGIA LTDA, 5673215, a empresa ofertou equipamento da marca: **VMI**, modelo: **AQUILA 320**, o equipamento **ATENDE** ao edital.

Para o item **06, Mesa Ortostática Pediátrica**, foi analisada a proposta da empresa:

MBR FERNANDES EPP, 5674508, a empresa ofertou equipamento marca: **CARCI**, modelo: **Mesa Ortostática**, o equipamento **ATENDE** ao edital.

Para o item **09, Estadiômetro Portátil**, foi analisada a proposta da empresa:

CARDICS COM. DE EQUIP. MED. HOSP, 5674898, a empresa ofertou equipamento marca: **AVANUTRI**, modelo: **ICATU**, o equipamento **ATENDE** ao edital, desde que seja o modelo REF:EST_MULT, Estadiômetro Portátil Multifunção 03 em 01 AVANUTRI

O lapso temporal, da resposta foi devido a demanda do setor, devido a atividades de manutenção, operação e abertura de novas unidades de saúde.

É de extrema importância que, no recebimento, sejam verificados se os equipamentos estão sendo entregues conforme os descritivos dos termos e das propostas.

Encaminho o processo para SUPEL E DETIC, para prosseguimento,

Sem mais para o momento, me coloco à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Porto Velho, 10 de maio de 2019.

Atenciosamente,

GUSTAVO SOARES E SILVA
Engenheiro Mecânico/SESAU



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Soares e Silva, Engenheiro**, em 10/05/2019, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **5880580** e o código CRC **D9A71BC4**.