



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

Ofício nº 091/Neurocirurgia/HB/2019

Porto Velho, 14 de Outubro de 2019.

A Senhora
Marlene Ramos Silva Machado
 Gerente Financeira/HB/SESAU/RO.

Processo Nº: 0036.183665/2019-51.
 Assunto: **Avaliação Técnica das Propostas.**

Senhora Gerente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, em resposta ao Despacho SUPEL-SIGMA (8059565), sobre a necessidade de realizar a Avaliação Técnica das Propostas, referente ao Processo Nº 0036.183665/2019-51, visando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Artigos Médicos Hospitalares de Neurocirurgia itens fracassados no PE nº 399/2018, sob sistema de comodato os itens descritos no anexo I - para os Lotes I e XXV, visando atender demanda do Centro de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - HPSJP/II e Complexo Hospitalar de Cacoal (Hospital Regional de Cacoal e Hospital de Urgência e Emergência Cacoal), por um período de 12 (doze) meses.

| <p>LOTE I - A empresa deverá fornecer em regime comodato 4 (quatro) conjuntos de Drill/Trepano/Craniótomo ELÉTRICO com rotação acima de 70.000 RPM, monitor console, pedal de controle, craniótomo giratório e trépano, ponteiros reta: curta, média, longa; ponteiros anguladas: curta, média, longa.</p> | |
|---|--|
| Item | Especificação |
| 01 | <p>Brocas Redonda Cortantes; Curta/média/longa; Tamanhos da Ponta: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm; Brocas Redonda Diamantada Curta/média/longa Tamanhos da Ponta: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm; Broca Drill Curta, Tamanho da Ponta 1,3mm. Broca Cabeça de Fósforo curta/média/longa tamanhos da ponta 1,7mm, 3,0mm Broca Cabeça de Fósforo Diamantada curta/média/longa tamanhos da ponta 1,7mm, 1,8mm, 3,0mm,. Broca para Craniotomo. Obs: Os tamanhos das brocas serão pedidos conforme a necessidade do serviço.</p> |
| 02 | <p>Broca infantil e Adulto Trepanação Autoclavável. Obs: Os tamanhos das brocas serão pedidos conforme a necessidade do serviço.</p> |
| Lote IV | |
| Item | Especificação |

INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgia
 CRM - 1973/RO
 CRM - 1378/AC

INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgia
 CRM - 1973/RO
 CRM - 1373/AC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

| | |
|---|--|
| 01 | Tube endotraqueal aramado, tamanhos 3.0 ~ 8.0. |
| Lote XI | |
| Item | Especificação |
| 01 | Campo cirúrgico descartável para craniotomia, confeccionado em não tecido SMS, com bolsa coletora, peça única, fenestrado com fenestra oval 20cm x 30cm, abas metálicas laterais. |
| 02 | Campo cirúrgico descartável (opside ou similar). 60 cm x 60 cm; |
| 03 | Campo cirúrgico descartável (opside ou similar). Tamanho total: 15 cm x 20 cm. |
| 04 | Capa estéril, descartável, com visor, para microscópio cirúrgico. |
| 05 | Camisa descartável para endoscopia. |
| 06 | Camisa descartável estéril para ultrassom intra-operatório. |
| 07 | Avental estéril confeccionado em não tecido, polipropileno tecnologia SMS, com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) superior a 96%, manga longa, punho de malha, com 6 (seis) tiras para amarração, sendo 2 (duas) no pescoço, 2 (duas) na cintura externo, proporcionando um fechamento total, atóxico, hemorrepeleante, hipoalergênico, com total barreira bacteriana. |
| Lote XIII | |
| Item | Especificação |
| 01 | Substituto dural absorvível e base de colágeno (duragem ou similar). Tamanho mínimo 5 x 5 cm. |
| 02 | Substituto dural absorvível e base de colágeno (duragem ou similar). Tamanho mínimo 7,5 x 7,5 cm. |
| Lote XV | |
| Item | Especificação |
| 01 | Kit de Biópsia estereotáxica - deverá conter a agulha e os parafusos para fixação do arco estereotáxico ao paciente compatível com sistema micromar. |
| Lote XXV - A empresa vencedora deverá disponibilizar 3 (três) monitores em comodato. | |
| Item | Especificação |
| 01 | Kit para monitorização do nível de consciência tipo "bis", composto por monitor touch screen, cabo de alimentação, braçadeira e cabo de interface, modelo adulto e pediátrico. Aplicação em acompanhamento de indução anestésica sendo, os monitores fornecidos em regime de comodato. |

INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgião
 CRM - 19708/RN
 CRM - 13787/PA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

Após análise das seguintes Propostas das licitantes abaixo relacionadas:

1. AGD OLIVEIRA 8055163,
2. BML 8055309,
3. CENTRO OESTE 8055434,
4. GLOBALSANTE 8055558,
5. MACOM 8055590,
6. MBR FERNANDES 8055627,
7. PROMEDOM 8057220,
8. SALUTARY 8057265,
9. SOLLIEVO 8057560,
10. SURGICALLMED 8059417,
11. SURGISYS 8059548.

Sobre o qual passamos a expor seguindo a ordem de classificação do Extrato de Itens Comprasnet (8051593), conforme abaixo:

| AGD OLIVEIRA (8055163) | |
|-------------------------------|--|
| Lote XIII - G3 | Análise da Proposta |
| 11 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 12 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| | |
| Lote XV | Análise da Proposta |
| 13 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

| BML (8055309) | |
|----------------------|---|
| Lote XIII - G3 | Análise da Proposta |
| 11 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural. |
| 12 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgião
 CRM - 1973/RO
 CRM - 1373/AC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

| | |
|--|---|
| | O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural. |
|--|---|

| CENTRO OESTE (8055434) | |
|-------------------------------|--|
| Lote IV - | Análise da Proposta |
| 03 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

| GLOBALSANTE (8059417) | |
|--------------------------------------|--|
| Lote I | |
| Item | Análise da Proposta |
| 1 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Apesar dos equipamentos consignados atenderem aos requisitos (ser elétrico e de alta rotação) as brocas propostas não são as originais do equipamento e isto posto, pode causar prejuízo aos pacientes durante a cirurgia visto não terem o mesmo poder de corte e durabilidade das brocas originais. Caso a empresa aceite entregar as brocas originais, este Parecer pode ser revisto. |
| 2 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Apesar dos equipamentos consignados atenderem aos requisitos (ser elétrico e de alta rotação) as brocas propostas não são as originais do equipamento e isto posto, pode causar prejuízo aos pacientes durante a cirurgia visto não terem o mesmo poder de corte e durabilidade das brocas originais. Caso a empresa aceite entregar as brocas originais, este Parecer pode ser revisto. |
| Os equipamentos propostos aprovados. | |

| MACOM (8055590) | |
|------------------------|--|
| Lote XV | Análise da Proposta |
| 1 (Item 13) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

| MBR FERNANDES (8055627) | |
|--------------------------------|---|
| Lote XIII (Grupo 3) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 11) | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural. |
| 2 (Item 12) | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural. |


INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgião
 CRM - 1073/AC
 CRM - 1073/AC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

| PROMEDOM (8057220) | |
|---------------------------|--|
| Lote XIII (Grupo 3) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 11) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 2 (Item 12) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

| SALUTARY | |
|--------------------------------|---|
| Lote I - (Grupo 1) | |
| Item | Análise da Proposta |
| 1 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 2 | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| Lote IV - (Lote 2) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 3) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| Lote X - (Grupo 2) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 4) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 2 (Item 5) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 3 (Item 6) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 4 (Item 7) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 5 (Item 8) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 6 (Item 9) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 7 (Item 10) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| Lote XIII - (Lote 4 - Grupo 3) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 11) | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural. |


INAC
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgião
 CRM - 1973/RC
 CRM - 13731/AC



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD**

| | |
|-------------------|--|
| 2 (Item 12) | <p>O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas de qualidade, devido a pouca aderência de escapamentos durante o uso, conforme já informado no processo anterior, exigidas no Termo de Referência.</p> <p>O material desta marca já foi recusado nas licitações anteriores devido a baixa qualidade, pela equipe de Neurocirurgia, sendo que o produto esfarela durante o uso, bem como é pouco aderente ao tecido dural.</p> |
| Lote XV (Lote 5) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 13) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| Lote XXV (Lote 6) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 14) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

SOLLIEVO

| | |
|------------------|--|
| Lote XV (Lote 5) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 13) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

SURGICALLMED

| | |
|------------------|--|
| Lote XV (Lote 5) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 13) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

SURGISYS

| | |
|--------------------|---|
| Lote I - (Grupo 1) | |
| Item | Análise da Proposta |
| 1 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Não consta na Proposta o tipo de equipamento (Drill/Craniótomo) irá disponibilizar em comodato. Brocas não originais aos equipamentos de alta rotação elétrico. |
| 2 | O item proposto pela empresa licitante não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Não consta na Proposta o tipo de equipamento (Drill/Craniótomo) irá disponibilizar em |

INAO
 Bruno C. R. Lobo
 Neurocirurgião
 CRM - 1973/RO
 CRM - 1373/AC



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

| | |
|--------------------------------|--|
| | comodato. Brocas não originais aos equipamentos de alta rotação elétrico. |
| Lote XIII - (Lote 4 - Grupo 3) | Análise da Proposta |
| 1 (Item 11) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |
| 2 (Item 12) | O item proposto pela empresa licitante atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. |

Sem mais para o momento e no aguardo, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos para renovar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dr. Bruno C. R. Lobo
Neurocirurgião/CRM 1973/RO.
INAO./HBAP.

INAO
Bruno C. R. Lobo
Neurocirurgião
CRM - 1973/RO
CRM - 1378/AC

