



Equipe Sigma &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

---

**Pedido de Esclarecimento - PE 251/2019-Supel/RO**

2 mensagens

---

**Ana Balbino** <AnaBa@nipromed.com>  
Para: Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>  
Cc: Leandro Feitosa <LeandroF@nipromed.com>

18 de outubro de 2019 13:52

Prezado(a) Sr(a). Pregoeiro(a),

Boa tarde

Segue anexo, nosso pedido de esclarecimento referente aos itens n. 26 e 28 que fazem parte do **Pregão Eletrônico n. 251/2019** a ser disputado dia **24/10/2019**.

Segue também nosso catálogo de Fio Guia para melhor análise do produto!

Atenciosamente,



---

**2 anexos**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 2512019\_SUPEL-RO.pdf**  
351K

**Cat-Fio Guia Hidrofílico Aqualiner.pdf**  
199K

---

**Equipe Sigma** <sigma.supel@gmail.com>  
Para: Ana Balbino <AnaBa@nipromed.com>

21 de outubro de 2019 08:16

Senhor Licitante, bom dia!

Acusamos o recebimento e informamos que vosso questionamento será encaminhado a Secretaria responsável pela elaboração do Termo de Referência para análise e resposta.

Atenciosamente,

Jéssica Graciliano

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

Superintendência Estadual  
de Licitações



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

A  
RONDÔNIA GOVERNO DO ESTADO  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO  
EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA/SUPEL/RO  
UASG: 925373  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2019

A empresa **Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda.**, CNPJ 13.333.090/0001-84 e I.E. 147.865.807.119, situada à Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Galpão 22/24, Vila Anastácio, São Paulo/ SP, CEP 05095-035, vem pelo presente solicitar esclarecimentos conforme abaixo:

#### ATENDIMENTO FIO GUIA HIDRÓFILICO (ITENS N. 26 E 28)

1- Os descritivos dos itens solicitados sugerem marca direcionada, quando é expressada a frase “fio com hidrofília na cor branca”.

Diante do exposto, solicitamos ou a alteração do descritivo em edital para que sejam aceitas outras possibilidades de oferta, dentro da variação, mantendo as características básicas e mais relevantes do mercado atual, levando em consideração o Princípio da Ampla Competitividade para as compras públicas.

E/ou,

Solicitamos a possibilidade de estarmos ofertando nossos produtos com nosso descritivo, e assim poder fazer parte da disputa:

Descritivo: Fio guia hidrofílico 0.035x150, slip, radiopaco, ponta semi-angulada a 125°, resistente à dobras, núcleo de liga de Níquel e Titânio. Caixa com 5 unidades - **Registro nº 10324860023 Fabricante: NIPRO - TATEBAYASHI** Aplicação: Guiar os cateteres ate o local a ser tratado. Padronização: Equipe médica Diferenciais: Liga de titânio e níquel - Nitinol. Camada resistente de hidrofília 3 cm de ponta com tratamento de Bário adicional. Excelente torque. Código: AL+35150AS.

#### ESPECIFICAÇÃO COMPLETA

No mercado nacional existem várias marcas relevantes que fornecem os produtos em questão. Vale ressaltar que cada fabricante desenvolve seus produtos com funções e acessórios diferentes, o que não impacta diretamente na função primordial do equipamento e na sua utilização por profissionais da saúde e pacientes.

Ressaltamos que as instituições que utilizam de verba pública, devem prezar pela ampla participação abrangendo o máximo de fabricantes possíveis, cumprindo assim o Princípio da Competitividade e consequentemente reduzindo os custos de aquisição.

A especificação do edital em referência estabelece as características mínimas para aquisição, gostaríamos de apresentar a descrição básica do nosso equipamento para avaliação, confirmando assim a possibilidade de participação com o modelo da Nipro de Aparelho para hemodiálise, conforme características e especificações abaixo:

#### DIRECIONAMENTO


A presente solicitação de esclarecimento pretende afastar deste procedimento licitatório, exigências técnicas feitas em extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar que ocorra restrição do universo de possíveis fornecedores, prejudicando a BUSCA DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA. Há de se destacar que a própria Lei n.º 8.666/93 está carregada de tópicos de preocupação, acerca da responsabilização de eventuais responsáveis da disputa por: a) imposição de restrições indevidas à ampla concorrência b) elaboração imprecisa de editais e c) inclusão de cláusulas que denotam o direcionamento do procedimento licitatório. Destacamos ainda o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca da restrição de fornecedores:

“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.”

Diante do exposto, aguardamos vossa análise para nossa oferta (vide catálogo), para que possamos participar do certame em questão.

Atenciosamente,

Recife, 18 de Outubro de 2019.



**NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

Ana Rosa Barbino

Assistente de Licitação

RG: 4.262.474

CPF: 019.013.294-96

**NIPRO MEDICAL CORPORATION DO BRASIL**

Espace Center

Av. Embaixador Macedo Soares, 10.735 - Galpões 22 e 24

Vl. Anastácio - São Paulo - SP - CEP: 05095-035

PARTE: 55 (11) 3642-0630 | www.niprobrasil.com.br

Filial Norte e Nordeste: Av. República do Líbano, 251 - Sala 1206 - Recife.


Filial Sul: Rua Santa Catarina, 40 - Sala - Porto Alegre

Filial Centro - Oeste e Minas Gerais: Rua dos Timbiras, 2072 - Belo Horizonte


# AQUALINER

FIO GUIA HIDROFÍLICO

Há vários anos, a NIPRO produz, através de sua área de Pesquisa e Desenvolvimento, produtos para intervenção de qualidade internacional, expandindo os limites da tecnologia minimamente invasiva. Esse padrão de excelência está disponível, agora no **AQUALINER - Fio Guia Hidrofílico de Liga de Níquel e Titânio**, que oferece todas as vantagens de desempenho da marca líder, aliadas a um revestimento que resiste durante todo o procedimento.



## + CARACTERÍSTICAS



- A avançada tecnologia de revestimento AQUALINER produz um "colchão úmido" entre a superfície do fio e as paredes dos vasos ou dos instrumentos, proporcionando uma navegação suave e sem atrito.



- A ponta, produzida por tecnologia química e não mecânica, é radiopaca e suavemente afilada, permitindo inserção e navegação sem traumas nos vasos.



- O núcleo de liga de níquel e titânio e uma combinação ideal de maleabilidade e rigidez garantem a navegação suave, sem risco de quebras ou dobras, mesmo quando passado pelos vasos mais tortuosos.



- A ponta angulada ajuda a garantir o uso perfeito para cada procedimento e necessidade anatômica específicos.

## + INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### • Ponta Angulada

Regular		Stiff	
Código	Descrição	Código	Descrição
AL35150AR	0,035" x 150 cm	AL35150AS	0,035" x 150 cm
AL35180AR	0,035" x 180 cm	AL35180AS	0,035" x 180 cm
AL35260AR	0,035" x 260 cm	AL35260AS	0,035" x 260 cm

## + RESISTÊNCIA DO REVESTIMENTO

- Em testes de laboratório, o AQUALINER apresentou maior lubrificação em relação à concorrente

