



Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC
Assessoria Técnica - LEPAC-ASTEC

Parecer nº 7/2019/LEPAC-ASTEC

ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS - **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019/SUPEL/RO** - Processo administrativo: 0062.213281/2019-52

A equipe técnica deste LEPAC/RO, em atenção ao Despacho SUPEL-DELTA (9458561), no exercício de suas atribuições, após análise dos Documentos de Habilitação das empresas relacionadas abaixo:

- Proposta BIOPLASMA (9458245)**
- Proposta LABINBRAZ (9458279)**
- Proposta NOVA BIOMEDICAL (9458325)**
- Proposta PMH PRODUTOS MÉDICOS (9458358)**
- Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401)**
- Proposta VIVA EMPRESA (9458429)**
- Proposta WEBMED (9458464)**

Acostada ao norte do **Processo administrativo: 0062.213281/2019-52**, proferimos o resultado da análise das propostas do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019/SUPEL/RO**, informamos que a análise do parecer foi dividida por LOTE/GRUPO DE APRESENTAÇÃO;

LOTE I - Automação em Bioquímica - ANALISE DA PROPOSTA Empresa LABINBRAZ (9458279)

EQUIPAMENTO:

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I hosp. JP11 02 equipamentos (principal e back up) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta LABINBRAZ (9458279) pag. 7 a 09	UND	2	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO WIENER LAB MODELO: KONELAB 60i MARCA: WIENER/THERMO FISHER SCIENTIFIC Oy PROCEDENCIA: FINLANDIA REG. MS: 10268590247 COD. ALFANDEGA: 9027.50.10	REG. MS: 10268590247	ATENDE as exigencias do PE N.º. 327/2019/SUPEL/RO

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item II hosp. BASE Dr. Ary Pinheiro 01 equipamento (principal) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta LABINBRAZ (9458279) pag. 10 a 11	UND	1	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO WIENER LAB MODELO: KONELAB 60i MARCA: WIENER/THERMO FISHER SCIENTIFIC Oy PROCEDENCIA: FINLANDIA REG. MS: 10268590247	REG. MS: 10268590247	ATENDE as exigencias do PE N.º. 327/2019/SUPEL/RO

COD. ALFANDEGA:
9027.50.10

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
para o item III hosp. CEMETRON 01 equipamento (principal) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta LABINBRAZ (9458279) pag. 12 a 13	UND	1	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO WIENER LAB MODELO: KONELAB 30i MARCA: WIENER/THERMO FISHER SCIENTIFIC Oy PROCEDENCIA: FINLANDIA REG. MS: 10268590247 COD. ALFANDEGA: 9027.50.10	REG. MS: 10268590247	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	Teste	WIENER	10268590304	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
2	DOSAGEM DE AMILASE	Teste	WIENER	10268590162	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
3	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	Teste	WIENER	10268590191	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
4	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	Teste	WIENER	10268590201	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
5	DOSAGEM DE CÁLCIO	Teste	WIENER	10268590222	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
6	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	Teste	WIENER	10268590190	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
7	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	Teste	WIENER	10268590310	VALIDADE: 01/11/2023 ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
8	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.	Teste	WIENER	10268590230	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Teste	WIENER	10268590259	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
10	DOSAGEM DE CLORETOS	Teste	WIENER	10246810175 10246810177 10246810174	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
11	DOSAGEM DE CREATININA	Teste	WIENER	10268590225	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
12	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA (LDH)	Teste	WIENER	10268590118	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
13	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Teste	WIENER	10268590210	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
14	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Teste	WIENER	10268590113	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
15	DOSAGEM DE FÓSFORO	Teste	WIENER	10268590219	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

16	DOSAGEM DE GAMA GT	Teste	WIENER	10268590198	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
17	DOSAGEM DE GLICOSE	Teste	WIENER	10268590238	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
18	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1C)	Teste	WIENER	10268590313	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
19	DOSAGEM DE LACTATO	Teste	WIENER	10268590312	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
20	DOSAGEM DE LIPASE	Teste	WIENER	10268590215	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
21	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Teste	WIENER	10268590253	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
22	DOSAGEM DE POTÁSSIO	Teste	WIENER	10246810175 10246810177 10246810174	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
23	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR	Teste	WIENER	10268590214	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
24	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de ALBUMINA nas quantidades aqui especificadas	Teste	WIENER	10268590151 10268590140	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
25	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	Teste	WIENER	10268590131	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
26	DOSAGEM DE SÓDIO	Teste	WIENER	10246810175 10246810177 10246810174	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
27	DOSAGEM DE TGO/AST	Teste	WIENER	10268590155	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
28	DOSAGEM DE TGP/ALT	Teste	WIENER	10268590157	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
29	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	Teste	WIENER	102688590220	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
30	DOSAGEM DE UREIA	Teste	WIENER	10268590218	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE I - Automação em Bioquímica - ANÁLISE DA PROPOSTA - PMH PRODUTOS MÉDICOS (9458358)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I hosp. JPII 02 equipamentos (principal e back up) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta PMH PRODUTOS MÉDICOS (9458358) pag. 15 E 20	UND	4	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO	REG. MS: 80146501330; 10055311134	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
Para o item II hosp. BASE Dr Ary Pinheiro 01 equipamento (principal) para análises bioquímicas				MODELO: ARCHITECT C4000 MARCA: ABBOTT REG. MS: 80146501330; 10055311134		

Para o item III hosp. CEMETRON 01 equipamentos (principal) para análises bioquímicas					
--	--	--	--	--	--

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501770 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
2	DOSAGEM DE AMILASE	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310853 RMS CALIBRADOR: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
3	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501246 RMS CALIBRADOR: 10055310917 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
4	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501245 RMS CALIBRADOR: 10055310917 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
5	DOSAGEM DE CÁLCIO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501614 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
6	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501537 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
7	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501627 RMS CALIBRADOR: 80146501628 RMS CONTROLE: 80146501629	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
8	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310827 RMS CALIBRADOR: 10055310920	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

RMS CONTROLE:
80020690232

9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501329 RMS CALIBRADOR: 80146501919 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
10	DOSAGEM DE CLORETOS	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501330 RMS CALIBRADOR: 80146501630 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
11	DOSAGEM DE CREATININA	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501623 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
12	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA (LDH)	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310844 RMS CALIBRADOR: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
13	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310841 RMS CALIBRADOR: 10055310924 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
14	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310837 RMS CALIBRADOR: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
15	DOSAGEM DE FÓSFORO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310843 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
16	DOSAGEM DE GAMA GT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310846 RMS CALIBRADOR: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
17	DOSAGEM DE GLICOSE	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310845 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

18	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1C)	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501811 RMS CALIBRADOR: 80146501810 RMS CONTROLE: 80020690242	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
19	DOSAGEM DE LACTATO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501989 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
20	DOSAGEM DE LIPASE	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501989 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
21	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501793 RMS CALIBRADOR: 10055310924 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
22	DOSAGEM DE POTÁSSIO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501330 RMS CALIBRADOR: 80146501630 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
23	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501655 RMS CALIBRADOR PCR: 80146501664 RMS CONTROLE: 80020690228	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
24	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de ALBUMINA nas quantidades aqui especificadas	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310839 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
25	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310839 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
26	DOSAGEM DE SÓDIO	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310839 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
27	DOSAGEM DE TGO/AST	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310830 RMS CALIBRADOR: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

28	DOSAGEM DE TGP/ALT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501553 RMS CALIBRADO: NÃO SE APLICA RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
29	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310828 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
30	DOSAGEM DE UREIA	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055310881 RMS CALIBRADOR: 10055310920 RMS CONTROLE: 80020690232 RMS CONTROLE: 80020690209	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE I - Automação em Bioquímica - ANALISE DA PROPOSTA REAL DIAGNOSTICA (9458401)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I e II hosp. JP II 01 equipamentos (principal e back up) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401) pag. 04 A 07	UND	2	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO MODELO: COBAS C 501 MARCA: ROCHE REG. MS: 10287410597	REG. MS: 10287410597	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item III hosp. CEMETRON 01 equipamentos (principal) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401) pag. 19 A 27	UND	1	NOME COMERCIAL: ANALISADOR BIOQUIMICO MODELO: INTEGRA 400 MARCA: ROCHE REG. MS: 10287410320	REG. MS: 10287410320	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO*

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS

					DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
2	DOSAGEM DE AMILASE	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
3	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
4	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
5	DOSAGEM DE CÁLCIO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
6	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
7	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
8	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
10	DOSAGEM DE CLORETOS	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
11	DOSAGEM DE CREATININA	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
12	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA (LDH)	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
13	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
14	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
15	DOSAGEM DE FÓSFORO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
16	DOSAGEM DE GAMA GT	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
17	DOSAGEM DE GLICOSE	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
18	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1C)	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
19	DOSAGEM DE LACTATO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

20	DOSAGEM DE LIPASE	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
21	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
22	DOSAGEM DE POTÁSSIO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
23	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
24	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de ALBUMINA nas quantidades aqui especificadas	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
25	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
26	DOSAGEM DE SÓDIO	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
27	DOSAGEM DE TGO/AST	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
28	DOSAGEM DE TGP/ALT	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
29	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
30	DOSAGEM DE UREIA	Teste	ROCHE	NAO APRESENTOU	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE I - AUTOMAÇÃO EM BIOQUÍMICA - ANALISE DA PROPOSTA VIVA EMPRESA (9458429)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I hosp. JP11 02 equipamentos (principal e back up) para análises bioquímicas	Conforme descrição em Proposta EMPRESA VIVA (9458429) pag. 4 A 5	UND	4	NOME COMERCIAL: ANALISADOR QUÍMICO MODELO: AU480 MARCA: Beckman Coulter	REG. MS: 10033120777	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
Para o item II hosp. BASE Dr Ary Pinheiro 01 equipamento (principal) para análises bioquímicas				REG. MS: 10033120777		

Para o item III hosp. CEMETRON 01 equipamentos (principal) para análises bioquímicas						
--	--	--	--	--	--	--

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	Teste	Beckman Coulter	10033120712	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
2	DOSAGEM DE AMILASE	Teste	Beckman Coulter	10033120673	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
3	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	Teste	Beckman Coulter	10033120764	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
4	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL	Teste	Beckman Coulter	10033120693	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
5	DOSAGEM DE CÁLCIO	Teste	Beckman Coulter	10033120670	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
6	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE (CPK)	Teste	Beckman Coulter	10033120762	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM "REAGENTE FECHADO" POIS OFERTA REAGENTE QUE NECESSITAM DE MANIPULAÇÃO/PREPARAÇÃO PRÉVIA, NAO SENDO ASSIM "FECHADO/PRONTO PRA USO".
7	DOSAGEM DE CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CK-MB)	Teste	Beckman Coulter	10033120713	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM "REAGENTE FECHADO" POIS OFERTA REAGENTE QUE NECESSITAM DE MANIPULAÇÃO/PREPARAÇÃO PRÉVIA, NAO SENDO ASSIM "FECHADO/PRONTO PRA USO".
8	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL.	Teste	Beckman Coulter	10033120718	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
9	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Teste	Beckman Coulter	10033120708	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
10	DOSAGEM DE CLORETOS	Teste	Beckman Coulter	10003310342* 10033120711- OK 10033120732 - OK 10033120709 - OK 10033120740 - OK 10033120722 - OK 10003310347** 10033120723 - OK 10033120744 - OK 10033120714 - OK	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA Cancelado EM 29/09/2019* Cancelado em 29/09/2019**
11	DOSAGEM DE CREATININA	Teste	Beckman	10033120739	ATENDE OS

			Coulter		REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
12	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁCTICA (LDH)	Teste	Beckman Coulter	10033120738	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
13	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Teste	Beckman Coulter	10033120698	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
14	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Teste	Beckman Coulter	10033120671	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
15	DOSAGEM DE FÓSFORO	Teste	Beckman Coulter	10033120372*	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA Cancelado EM 29/09/2019*
16	DOSAGEM DE GAMA GT	Teste	Beckman Coulter	10033120717	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
17	DOSAGEM DE GLICOSE	Teste	Beckman Coulter	10033120690	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
18	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1C)	Teste	Beckman Coulter	10033120912	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
19	DOSAGEM DE LACTATO	Teste	Beckman Coulter	10033120715	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM "REAGENTE FECHADO" POIS OFERTA REAGENTE QUE NECESSITAM DE MANIPULAÇÃO/PREPARAÇÃO PRÉVIA, NAO SENDO ASSIM "FECHADO/PRONTO PRA USO".
20	DOSAGEM DE LIPASE	Teste	Beckman Coulter	10033120699	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ITEM "REAGENTE FECHADO" POIS OFERTA REAGENTE QUE NECESSITAM DE MANIPULAÇÃO/PREPARAÇÃO PRÉVIA, NAO SENDO ASSIM "FECHADO/PRONTO PRA USO".
21	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Teste	Beckman Coulter	10033120374*	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA Cancelado EM 29/09/2019*
22	DOSAGEM DE POTÁSSIO	Teste	Beckman Coulter	10003310342* 10033120711- OK 10033120732 - OK 10033120709 - OK 10033120740 - OK 10033120722 - OK 10003310347** 10033120723 - OK 10033120744 - OK 10033120714 - OK	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA Cancelado EM 29/09/2019* Cancelado em 29/09/2019**
23	DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA PCR	Teste	Beckman Coulter	10033120737	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
24	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, incluso reagentes para dosagem de	Teste	Beckman Coulter	10033120668 10033120688	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA

	ALBUMINA nas quantidades aqui especificadas				
25	DOSAGEM DE PROTEÍNA NA URINA	Teste	Beckman Coulter	10033120775	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
26	DOSAGEM DE SÓDIO	Teste	Beckman Coulter	10003310342* 10033120711- OK 10033120732 - OK 10033120709 - OK 10033120740 - OK 10033120722 - OK 10003310347** 10033120723 - OK 10033120744 - OK 10033120714 - OK	NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA Cancelado EM 29/09/2019* Cancelado em 29/09/2019**
27	DOSAGEM DE TGO/AST	Teste	Beckman Coulter	10033120674	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
28	DOSAGEM DE TGP/ALT	Teste	Beckman Coulter	10033120702	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
29	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDIOS	Teste	Beckman Coulter	10033120689	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA
30	DOSAGEM DE UREIA	Teste	Beckman Coulter	10033120695	ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, REGISTRO ANVISA

Diante da análise das propostas apresentadas referente ao Lote I - Automação em Bioquímica, esta comissão emite o seguinte parecer:

- a) **LABINBRAZ (9458279)** - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao REGISTRO ANVISA dos reagentes e equipamentos ofertados;
- b) **PMH PRODUTOS MÉDICOS (9458358)** - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao REGISTRO ANVISA dos reagentes e equipamentos ofertados;
- c) **REAL DIAGNOSTICA (9458401)** - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados, **Porém nao apresentou Registro Anvisa dos reagentes ofertados;**
- d) **VIVA EMPRESA (9458429)** - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados. **Não atende a exigência do edital pois deixou de apresentar Registro Anvisa Vigente para os itens 10, 21, 22, 26. Quanto aos itens 06, 07, 19 e 20 NAO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, NO QUE DIZ RESPEITO A EXIGÊNCIA "REAGENTE FECHADO" POIS OFERTA REAGENTE QUE NECESSITAM DE MANIPULAÇÃO/PREPARAÇÃO PRÉVIA, NAO SENDO ASSIM "FECHADO/PRONTO PRA USO".**

LOTE II - AUTOMAÇÃO EM GASOMETRIA - ANÁLISE DAS PROPOSTA EMPRESA NOVA BIOMEDICAL (9458325)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I 3 Analisadores de gases sanguíneos Sendo: 02 Analisadores Hosp. JPII 01 Analisador AMI 24Hs. Para o item II hosp. BASE Dr Ary Pinheiro 2 Analisadores de gases sanguíneos Para o item III	Conforme descrição em Proposta NOVA BIOMEDICAL (9458325) pag. 2 a 5; 12 e 13	UND	09	NOME COMERCIAL: ANALISADOR GASES SANGUÍNEOS MODELO: STAT PROFILE PRIME CCS COMP Fabricante/marca: Nova Biomedical, Procedência EUA REG. MS: 81175310007	REG. MS: 81175310007	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

hosp. CEMETRON 01 equipamentos Analísadores de gases sanguíneos Para o Item IV - Hospital Infantil Cosme e Damião* 01 equipamentos Analísadores de gases sanguíneos Para o Item V - Hospital Emergência e Urgência de Cacoal* 01 equipamentos Analísadores de gases sanguíneos Para o Item VI - Hospital Regional de Cacoal* 01 equipamentos Analísadores de gases sanguíneos						
--	--	--	--	--	--	--

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	Reagentes e insumos para gasometria	und	STAT PROFILE PRIME	81175310001 81175310002 81175310007 81175310060	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE II - Automação em Gasometria - análise das proposta empresa WEBMED (9458464)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I 3 Analísadores de gases sanguíneos <i>Sendo: 02 Analísadores Hosp. JP11 01 Analísador AMI 24Hs.</i>	Analísador ABL9, REF: 393-899 Conforme descrição em Proposta NOVA WEBMED (9458464) pag. 1 a 9	UND	09	NOME COMERCIAL: ANALISADOR GASES SANGUÍNEOS MODELO: ABL9 Fabricante/marca: RADIOMETER REG. MS: 10301160230	REG. MS: 10301160230	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO* Por não realizar dosagem de Lactato

Para o item II hosp. BASE Dr Ary Pinheiro 2 Analisadores de gases sanguíneos					
Para o item III hosp. CEMETRON 01 equipamentos Analisadores de gases sanguíneos					
Para o Item IV - Hospital Infantil Cosme e Damião* 01 equipamentos Analisadores de gases sanguíneos					
Para o Item V - Hospital Emergência e Urgência de Cacoal* 01 equipamentos Analisadores de gases sanguíneos					
Para o Item VI - Hospital Regional de Cacoal* 01 equipamentos Analisadores de gases sanguíneos					

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	Reagentes e insumos para gasometria Cartucho de Soluções, SP9, REF: 944-506	und	RADIOMETER	1030116231	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO* Por não contemplar dosagem de Lactato

Diante da análise das propostas apresentadas referente ao **Lote II -Automação em Gasometria**, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) NOVA BIOMEDICAL (9458325) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao REGISTRO ANVISA dos reagente e equipamentos ofertados;

b) WEBMED (9458464) - NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, Por não realizar dosagem de Lactato

LOTE III - Automação em Hemostasia - análise das proposta empresa BIOPLASMA (9458245)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I, II e III 1 coagulômetro totalmente automático para cada unidade de saúde	Conforme descrição em Proposta NOVA BIOPLASMA (9458245) pag. 12 e 13	UND	09	NOME COMERCIAL: Equipamento totalmente automatizado para testes de Hemostasia MODELO: STA SATELLITE MAX Fabricante/marca: STAGO, REG. MS: 81457600003	REG. MS: 81457600003	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

DOS REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	STA NEOPLASTINA (TAP) CI-PLUS-5 (300 DET.) 6X5ml M/STAGO Registro M.S.: 80102510283 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA - (TAP C/ RNI) Procedência: FRANÇA Marca: STAGO	und	STAGO	Registro M.S.: 80102510283	VALIDADE 11/12/2026 ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
02	STA® - CEPHASCREEN® 4 12x4ml M/ STAGO Registro M.S.: 80102510349 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA - (TTPA) Procedência: FRANÇA Marca: STAGO	UND	STAGO	Registro M.S.: 80102510349	VALIDADE 30/04/2027 ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE III - Automação em Hemostasia - análise das proposta empresa LABINBRAZ (9458279)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I, II e III 1 coagulômetro totalmente automático para cada unidade de saúde	Conforme descrição em Proposta NOVA LABINBRAZ (9458279) pag. 12 e 13	UND	09	NOME COMERCIAL: Aparelho para determinação dos parâmetros da coagulação MODELO: WIENER LAB COR 50 Fabricante/marca: WIENER LABORATORIOS S.A.I.C REG. MS: 1026859901 COD. ALFADEGA: 90275090	REG. MS: 1026859901	ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DE TEMPO DE PROTROMBINA (TAP C/ RNI) Tromboplastina cálcica para determinação do tempo de protrombina ou tempo de quick em uma etapa. Nome comercial: SOLUPLASTIN WIENER EMBALAGEM: 10x4 ml N° REGISTRO: 10268590112 FAB.: WIENER LABORATORIOS S.A.I.C PROCEDENCIA: ARGENTINA	und	WIENER LABORATORIOS S.A.I.C	Registro M.S.: 10268590112	VALIDADE 22/03/2027 ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO
02	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) Reativos para a determinação de tempo de Tromboplastina parcial ativada. Nome comercial: APPTest Ellagico WIENER EMBALAGEM: 6x2,5ml N° REGISTRO: 10268590116 FAB.: WIENER LABORATORIOS S.A.I.C PROCEDENCIA: ARGENTINA	UND	WIENER LABORATORIOS S.A.I.C	Registro M.S.: 10268590116	VALIDADE 08/04/2027 ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

LOTE III - Automação em Hemostasia - analise das proposta empresa REAL DIAGNOSTICA (9458401)
DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I, II e III 1 coagulômetro totalmente automático para cada unidade de saúde	Conforme descrição em Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401) pag. 29 e 30	UND	09	NOME COMERCIAL: Aparelho para determinação dos parâmetros da coagulação MODELO: T411 MARCA: ROCHE	REG. MS: 10287411195	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DE PROTROMBINA -(TAP C/ RNI)	und	ROCHE	Registro M.S.: NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
02	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA -(TTPA)	UND	ROCHE	Registro M.S.: NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

Diante da análise das propostas apresentadas referente ao **Lote III -Automação em Hemostasia**, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) BIOPLASMA (9458245) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. **327/2019/SUPEL/RO**, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao **REGISTRO ANVISA** dos reagente e equipamentos ofertados;

b) LABINBRAZ (9458279) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. **327/2019/SUPEL/RO**, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao **REGISTRO ANVISA** dos reagente e equipamentos ofertados;

c) **REAL DIAGNOSTICA (9458401)** - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados, **Porém nao apresentou Registro Anvisa dos reagentes ofertados;**

LOTE IV - Automação em Hematologia - analise das proposta empresa BIOPLASMA (9458245)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
<p>Para o item I, II 2 Equipamentos para Análises Hematológicas</p> <p>Para o item III 01 Equipamento para Análises Hematológicas</p>	<p>Conforme descrição em Proposta BIOPLASMA (9458245) pag. 22, 23 e 24</p>	UND	02 01	<p>NOME COMERCIAL: Aparelho para determinação Hematologica</p> <p>MODELO: ALINITI Hq SERIES</p> <p>MARCA: ABBOTT</p> <p>MODELO: CELL-DYN RUBY</p> <p>MARCA: ABBOTT</p>	<p>REG. MS: ALINITI Hq SERIES 80146502148</p> <p>REG. MS: CELL-DYN RUBY 80146501507</p>	<p>ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO</p>

REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	<p>TESTES HEMATOLOGICOS - SOLUÇÃO P/EXAMESHEMATOLOGICOS M/ABBOTTHEMOGRAMA COMPLETO</p> <p>Procedência: E.U.A Marca: ABBOTT</p>	und	ABBOTT HEMOGRAMA	<p>Registro M.S.: 80146502138 ALINITI Hq SERIES</p> <p>Registro M.S.: 80146501579 CELL-DYN RUBY</p>	<p>ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO</p> <p>APRESENTOU REGISTRO ANVISA</p>

Diante da analise das propostas apresentadas referente ao **Lote IV - Automação em Hematologia**, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) BIOPLASMA (9458245) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao **REGISTRO ANVISA** dos reagentes e equipamentos ofertados;

LOTE V – Automação em Imunologia - analise das proposta empresa BIOPLASMA (9458245)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
<p>Para o item I 01 Equipamento para Análises Imunológicas</p>	<p>Conforme descrição em Proposta BIOPLASMA (9458245) pag. 14 a 21</p>	UND	01	<p>NOME COMERCIAL: Aparelho para determinação Imunologica</p> <p>MODELO: I 1.000 SR</p> <p>MARCA: ABBOTT</p>	<p>REG. MS: 80146501938</p>	<p>ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO</p>

REAGENTES:

Item	Especificação	Und	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	TESTES HEMATOLOGICOS - SOLUÇÃO P/EXAMESHEMATOLOGICOS M/ABBOTTHEMOGRAMA COMPLETO Procedência: E.U.A Marca: ABBOTT	und	ABBOTT HEMOGRAMA	Registro M.S.: 80146502138 ALINITI Hq SERIES Registro M.S.: 80146501579 CELL-DYN RUBY	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

tem	Especificação	Und	marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	ARCHITECT - HIV AG/AB COMBO REAG (100T) M/ABBOTT ANTI HIV I E 2 Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501294 RMS CALIBRADOR:80146501296 RMS CONTROLE:80146501295	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
2	ARCHITECT - BHCG REAG (100T) M/ABBOTT BHCG QUANTITATIVO Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 10055311080 RMS CALIBRADOR: 10055311068 RMS CONTROLE:10055311071	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
3	FAMILIA ARCHITECT - CITOMEGALOVIRUS G REAG (100T) M/ABBOTT CITOMEGALOVIRUS IGG Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501987 RMS CALIBRADOR:80146501987 RMS CONTROLE:80146501987	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
4	FAMILIA ARCHITECT - CITOMEGALOVIRUS M REAG (100T) M/ABBOTT CITOMEGALOVIRUS IGM Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501991 RMS CALIBRADOR:80146501991 RMS CONTROLE: 80146501991	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
5	FAMILIA ARCHITECT - HBSAG REAG (100T) M/ABBOTT HBSAG Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501992 RMS CALIBRADOR: 80146501992 RMS CONTROLE: 80146501992	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
6	ARCHITECT - ANTI HBC REAG (100T) M/ABBOTT ANTI HBC TOTAL Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501602 RMS CALIBRADOR:80146501601 RMS CONTROLE:80146501604	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
8	FAMILIA ARCHITECT - ANTI HBS REAG (100T) M/ABBOTT ANTI HBS Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146502085 RMS CALIBRADOR:80146502085 RMS CONTROLE:80146502085	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
9	FAMILIA ARCHITECT - ANTI HCV (100T) M/ABBOTT ANTI HCV Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146502047 RMS CALIBRADOR: 80146502047 RMS CONTROLE: 80146502047	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
10	ARCHITECT - RUBEOLA G REAG (100T) M/ABBOTT RUBEOLA IGG Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501646 RMS CALIBRADOR: 80146501645 RMS CONTROLE: 80146501644	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

11	ARCHITECT - RUBEOLA M REAG (100T) M/ABBOTT RUBEOLA IGM Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146502018 RMS CALIBRADOR: 80146502018 RMS CONTROLE: 80146502018	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
12	FAMILIA ARCHITECT - SIFILIS REAG (100T) M/ABBOTT SÍFILIS Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501978 RMS CALIBRADOR: 80146501978 RMS CONTROLE: 80146501978	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
13	FAMILIA ARCHITECT - TOXO G REAG (100T) M/ABBOTT TOXOPLASMOSE IGG Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146502028 RMS CALIBRADOR: 80146502028 RMS CONTROLE: 80146502028	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
14	FAMILIA ARCHITECT - TOXO M REAG (100T) M/ABBOTT TOXOPLASMOSE IGM Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501651 RMS CALIBRADOR: 80146501642 RMS CONTROLE :80146501652	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
15	FAMILIA ARCHITECT - TROPONINA I STAT HS REAG (100T) M/ABBOTT TROPONINA Procedência: IRLANDA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146502027 RMS CALIBRADOR: 80146502027 RMS CONTROLE: 80146502027	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
16	ARCHITECT - CHAGAS REAG (100T) M/ABBOTT CHAGAS IGG Procedência: ALEMANHA Marca: ABBOTT	Teste	ABBOTT	Registro M.S.: 80146501743 RMS CALIBRADOR: 80146501744 RMS CONTROLE: 80146501745	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

LOTE V – Automação em Imunologia - analise das Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401)

DOS EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
Para o item I 01 Equipamento para Análises Imunológicas	Conforme descrição em Proposta REAL DIAGNOSTICA (9458401) pag. 16 a 18	UND	01	NOME COMERCIAL: Aparelho para determinação Imunologica MODELO: e 411 MARCA: COBAS	REG. MS: 10287410608	ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO

REAGENTES:

Item	Especificação	Und	marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
1	ANTI HIV 1 e 2	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigencias do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

2	BHCG Quantitativo	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
3	Citomegalovirus IgG	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
4	Citomegalovirus IgM	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
5	HbsAg	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
6	Anti HBc Total	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
8	Anti HBs	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
9	Anti HCV	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
10	Rubéola IgG	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
11	Rubéola IgM	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
12	Sífilis	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
13	Toxoplasmose IgG	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
14	Toxoplasmose IgM	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
15	Troponina T	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA
16	Chagas IgG	Teste	ROCHE	NÃO APRESENTOU	NÃO ATENDE as exigências do PE N°. 327/2019/SUPEL/RO NÃO APRESENTOU REGISTRO ANVISA

Diante da análise das propostas apresentadas referente ao **Lote V - Automação em Imunologia**, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) BIOPLASMA (9458245) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados e ao REGISTRO ANVISA dos reagente e equipamentos ofertados;

b) REAL DIAGNOSTICA (9458401) - ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PE N°. 327/2019/SUPEL/RO, no que diz respeito as especificações dos equipamentos ofertados, **Porém nao apresentou Registro Anvisa dos reagentes ofertados;**

1. Ante o exposto, após a análise da documentação acostada aos autos, sendo que as mesmas são de total responsabilidade de quem as produziu, conclui-se quanto ao parecer conforme informado em cada LOTE representado.
2. Sendo o que tínhamos ao momento retornamos os autos para continuidade do certame.

Atenciosamente.

PAULO JOSÉ GIROLDI
COORDENADOR GERAL/LEPAC/RO
300062449

ALEX MUNIZ
ASTEC/LEPAC/RO
300132301



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Jose Giroldi, Diretor(a)**, em 06/01/2020, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alex dos Santos Muniz, Assistente**, em 06/01/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **9478479** e o código CRC **38D6F9A0**.