
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 543/2019

2 mensagens

Graziella Fanticelli <graziella.fanticelli@cei-brasil.com>

27 de janeiro de 2020 12:09

Para: sigma.supel@gmail.com

Cc: fernanda vania <fernanda.vania@cei-brasil.com>, carolina conrado <carolina.conrado@cei-brasil.com>

Prezado Sr. Pregoeiro,

Venho através deste pedir esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico n.º 543/20,19/SUPEL/RO, para aquisição de Kit de Aférese transfusional, no que diz respeito a dúvidas no edital das exigências do equipamento em comodato.

O edital em seu item 2.1 do Edital prevê:

2.1. Do Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço no fornecimento de material de consumo, qual seja, Kits para aférese transfusional e terapêutica (anticoagulante e circuito descartável para troca terapêutica de plasma com aparelho para plasmaférese, leucaférese, depleção plaquetária e coleta de concentrado de plaquetas) com equipamento em comodato e equipo de irrigação de alto fluxo para perfusão de órgãos, em quantidade suficiente para atendimento da demanda, incluindo assistência técnica/manutenções preventivas e corretivas, para coleta de células e componentes do sangue periférico, com finalidade transfusional e terapêutica, por um período de 12 meses, visando atender as necessidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – FHEMERON.

Quanto aos questionamentos:

01) A licitação trata-se de kits de aférese com comodato do equipamento processador de sangue automatizado. Porém o edital exige "com equipamento em comodato e equipo de irrigação de alto fluxo para perfusão de órgãos". Gostaríamos de saber o motivo da exigência desse equipo uma vez que o edital é para aquisição de kits de aférese.

02) O edital não especifica a quantidade de equipamentos que serão exigidos em comodato. Quantos equipamentos serão solicitados em comodato para este certame?

Atenciosamente,



Graziella Fanticelli
Gerente do Departamento de Licitações
graziella.fanticelli@cei-brasil.com
21 3525-9450 / fax 21 3525-9456



AV. DAS AMÉRICAS 3500 | BL. 1 | GR. 206 | BARRA DA TIJUCA | RIO DE JANEIRO | RJ | 22640-102

"Esta mensagem é endereçada exclusivamente ao seu destinatário e poderá conter informações confidenciais. O uso não autorizado de tais informações é proibido e estará sujeita a penalidade cabível.

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential. Unauthorized use of such information is prohibited and subject to applicable penalties".

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>
Para: Graziella Fanticelli <graziella.fanticelli@cei-brasil.com>

27 de janeiro de 2020 14:03

Atestamos o recebimento e informamos que os questionamentos serão remetidos ao setor requisitante para análise e manifestação.

Att,

Nilseia Ketes Costa
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações

