



Equipe Sigma &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

**PEDIDO DE ALTERAÇÃO E REVISÃO DE EDITAL REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2019 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**

2 mensagens

**Michael Silva** <licitacao1@tiradentessaude.com.br>

25 de março de 2020 10:34

Para: sigma.supel@gmail.com

Cc: Reginaldo Rodrigues &lt;vendas@tiradentessaude.com.br&gt;, "Marcos - Ger. Comercial TMH-MT" &lt;vendascba@tiradentessaude.com.br&gt;

Á

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO Equipe de licitação SIGMA

EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA

A/C: Sr.<sup>a</sup> NILSEIA KETES COSTA - PREGOEIRA**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2019**

**OBJETO:** Aquisição de Equipamento Hospitalar e Material Permanente, visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal - HRC, de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde referente a proposta nº 00733.062000/1180-09.

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO E REVISÃO DO EDITAL.**

A empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 01.536.135/0001-39, com sede na [Rua 74, n. 152, Centro, Goiânia-GO](#), CEP: 74.045-020, através de seu representante infra-assinado, vem, tempestivamente, SOLICITAR ALTERAÇÃO e REVISÃO no edital, expondo e requerendo:

**I - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM 1 (BOMBA INJETORA DE CONTRASTE) DO EDITAL.**

**"Bomba Injetora de Contraste** - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e **sistema de detecção de extravasamento**, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz"

**II- DO PEDIDO DE REVISÃO**

- Viemos solicitar a revisão e retirada da especificação onde consta "**sistema de detecção de extravasamento**".

-

-

- Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que, **nenhuma das Injetoras utilizadas em equipamento de ressonância magnética atualmente existentes no mercado e que poderão ser ofertadas neste pregão possuem este sistema solicitado. E tal solicitação acarretaria na não participação de licitantes neste processo acarretando no fracasso deste item.**

### III- DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO

- Viemos mediante esclarecimento, solicitar a alteração no prazo de entrega do materiais para **até 60 (sessenta) dias**. Por se tratar de equipamento importado. E seu processo de importação e entrega do fabricante para licitante demorar em média **45 (quarenta e cinco) dias**.

Aguardamos esclarecimentos,.

#### Favos acusar recebimento.


Goiânia – GO, 25 de março de 2020.

Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.

Ana Claudia Rocha de Azevedo – Procuradora

Celular para contato: (62) 99276-9355

---

 **PE 609-2019 - RETIFICADO.pdf**  
1815K

---

**Equipe Sigma** <sigma.supel@gmail.com>  
Para: Michael Silva <licitacao1@tiradentessaude.com.br>

25 de março de 2020 13:45

Atestamos o recebimento e informamos que a solicitação será encaminhada ao setor responsável pela elaboração do termo de referência

att,

Nilseia Ketes Costa  
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

Superintendência Estadual  
de Licitações

