

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0036325700201915
1.2. Nº Procedimento	PE 00609/2019-C2
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento Hospitalar e Material Permanente (bomba injetora de contraste, oxímetro de pulso, suporte de soro, poltrona e outros), visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal HRC.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI
2	24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
3	05.255.167/0001-17	V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA
4	05.993.698/0001-07	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5	26.570.361/0001-67	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
6	14.308.899/0001-19	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
7	28.031.217/0001-88	M S CARMINATTI MOVEIS

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
2	24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 47.466,67	R\$ 45.000,00	-5,2%
TOTAIS					R\$ 47.466,67	R\$ 45.000,00	-5,2%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Bomba Injetora de Contraste - Bomba injetora de contraste para uso em equipamento ressonância magnética (MULTIVA 1.5T). Com cabeça injetora para duas seringas com capacidade entre intervalo de 100 a 200 ml, capaz de injetar o meio de contraste com 6 fases de injeção. Deve possuir display digital com indicação dos parâmetros básicos de injeção e sistema de detecção de extravasamento, possuindo controle remoto na sala de comando do equipamento, sem fio, incluindo pedestal para sala de de exame (RM). 220 V 1F 60 Hz
2	3	Suporte de Soro para Ressonância Magnética - Equipamentos para sala de ressonância magnética, em alumínio ou material compatível com a sala de RM, suporte de soro com 4 pés e rodízios, incluindo coluna em tubo de alumínio. Haste de regulagem de altura em tubo de alumínio, engate duplo para duas bolsas de soro ou sangue, escada em alumínio ou material compatível com a sala de RM
3	4	Poltrona Hospitalar - Mecânica em ´couro´ ecológico, com movimento. Estrutura do material em aço com tratamento anti-corrosivo. Material do assento, encosto de costas, apoio de pernas ,sem apoio para braços, com estofamento resistente ao rasgo e a deformação. O encosto de costas deve ser reclinável com acionamento simultâneo do descanso para perna. O acionamento dos movimentos sendo manual.

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	13/12/2019 00:00:00	ELABORAÇÃO DE EDITAL	19/12/2019 00:00:00	6
2	19/12/2019 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS À ASSEJUR PARA ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL	17/01/2020 00:00:00	29
3	17/01/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS A GECOMP-SESAU PARA AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/01/2020 00:00:00	4
4	21/01/2020 00:00:00	EDITAL RETIFICADO	27/01/2020 00:00:00	6
5	27/01/2020 00:00:00	AGUARDANDO PAGAMENTO DO DOU PRA PUBLICAÇÃO	10/03/2020 00:00:00	43
6	10/03/2020 00:00:00	RETORNO DOS AUTOS DA GECOMP/ RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO	18/03/2020 00:00:00	8
7	18/03/2020 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA	25/03/2020 00:00:00	7
8	25/03/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS A GECOMP PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA TIRADENTES	27/03/2020 00:00:00	2
9	27/03/2020 00:00:00	RETORNO DOS AUTOS/ RESPOSTA DA GECOMP/ ABERTURA/ ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS	30/03/2020 00:00:00	3
10	30/03/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS A GECOMP-SESAU PARA ANÁLISE DE PROPOSTA/ RETORNO DOS AUTOS COM PARECER DA SESAU/ VOLTA DE FASE/ NOVA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS/FINALIZAÇÃO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	15/04/2020 00:00:00	16
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 124

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 15 de abril de 2020 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JENILSON REIS DE AZEVEDO
Equipe Apoio
Matrícula 300102002

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO
Equipe Apoio
Matrícula

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN
Equipe Apoio
Matrícula 300114886