

**Pregão Nº 322/2019/SIGMASUPEL/RO -**

2 mensagens

Bruna Alves Loureiro Vilalva <bruna.vilalva@gbo.com>
 Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>

23 de abril de 2020 16:11

Boa Tarde, Prezados

A empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ nº 71.957.310/0001-47, por intermédio de sua representante legal a Sra. Bruna Alves Loureiro Vilalva;

Vem tempestivamente por meio desta, solicitar esclarecimento relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2019/SUPEL/RO, **ITEM 83**.

Informamos que o edital contém em seu descritivo técnico, a descrição de itens conjugados (tubo criogênico e Criobox) que dificultam a identificação do melhor produto a ser oferecido, além de não conter especificações técnicas da Criobox.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
83	Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 1,8 ml. Livre de DNase e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196°C a + 121°C. Caixa/pacote com 100, 500 ou 1000 unidades. Deve vir acompanhado da Criobox. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e validade mínima de 18 meses a partir da entrega. Aprovada pelo Ministério da Saúde e com registro ANVISA.	Unidade	60.000	46,81	2.808.600,00

Dessa forma, saliento que possuímos produtos que podem atender plenamente o descritivo do tubo criogênico, porém não há dados o suficiente para avaliarmos a característica da Criobox.

Se possível, solicitamos que sejam desmembrado o descritivo do item 83, ou ainda esclarecido quais as características da Criobox, para que seja viável a participação de diversas empresas tornando uma disputa mais ampla, afim de selecionar a proposta mais vantajosa para SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO.

Segue uma sugestão para desmembrar, ou ainda especificar as características da Criobox.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
83.1	Tubo criogênico - em polipropileno estéril, fundo redondo, rosca interna e anel de vedação de silicone, tampa natural, com área para marcação. Volume de trabalho de 1,8 ml. Livre de DNase e DNA humano, não progênito e não citotóxico. Que suporte temperaturas de -196°C a + 121°C. Caixa/pacote com 100, 500 ou 1000 unidades. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e validade mínima de 18 meses a partir da entrega. Aprovada pelo Ministério da Saúde e com registro ANVISA.	Unidade	60.000
83.2	Criobox - com as características, XXX, XXX, XXX. A embalagem deverá trazer os dados de identificação, número de Lote e data de fabricação e validade mínima de 18 meses a partir da entrega. Aprovada pelo Ministério da Saúde e com registro ANVISA.	Unidade	XXXXX

Informo, que os tubos criogênicos da Greiner Bio-One estão presente nos principais Biobancos, Centros de Pesquisas e Prefeituras do país.

Desde já agradeço pela atenção dispensada e aguardo seu breve retorno para viabilizar a nossa participação neste processo.

Atenciosamente

Bruna Alves Loureiro Vilalva
 Assistente de Licitações

Greiner Bio-One Brasil · Av. Afonso Pansan, Nº 1.967 - Vila Bertini · 13.473-620 · Americana · Brasil
 T: +55 (19) 3113 9733 · F:
 bruna.vilalva@gbo.com · www.gbo.com



As informações contidas neste e-mail são confidenciais, elaborada exclusivamente para o destinatário, podendo ser legalmente protegidas. O acesso a este e-mail por terceiros não é autorizado. Se você não for o destinatário pretendido, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação conduzida ou omitida para que se baseie nisso, é proibida e pode ser considerada ilegal.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>
Para: Bruna Alves Loureiro Vilaiva <bruna.vilaiva@gbo.com>

23 de abril de 2020 18:55

Atestamos o recebimento e informamos que o questionamento será encaminhado para o setor responsável para análise e manifestação.

att,

Nilseia Ketes Costa
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações

