



Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 550/20192 mensagens

Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>

27 de abril de 2020 13:24

Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>

Cc: "sigma.supel@gmail.com.com" <sigma.supel@gmail.com.com>

Boa tarde

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico 550/2019

ORGÃO: SUPEL/RO

PREGÃO ELETRONICO N° 550/2019

DA EMPRESA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

CNPJ: 95.433.397/0001-11

TELEFONE: (41) 2102-8344 – JENIFER

Gostaríamos de esclarecer alguns fatos quanto à descrição solicitada para o item, na qual poderá prejudicar na oferta do item.

Lote 31 – Eletrodo Cmos Drake**FATO I – CONECTOR COMPÁTIVEL**

Atualmente no mercado **existem 02 tipos de Eletrodos da Cmos Drake, pelo fato de que a marca atualizou seus equipamentos recentemente e automaticamente o eletrodo também.** Desta forma **solicitamos que o órgão esclareça qual o conector compatível para o item solicitado**, para que não ocorram problemas futuros com **incompatibilidade do produto.**

Imagens ilustrativas:

CONECTOR AZUL/BRANCO**CONECTOR PRETO**



Sendo assim solicitamos que seja esclarecida a compatibilidade correta.

Att.

Jenifer Lara

departamento de licitações

(41) 2102-8344 | Ramal 8314



Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

27 de abril de 2020 14:03

Para: Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>

Atestamos o recebimento e informamos que estamos remetendo ao setor responsável para análise e manifestação, visto tratar-se de questões técnicas.

att,

Nilseia Ketes Costa
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações

