



**Inao - Instituto De Neurocirurgia E Neurologia Da  
Amazônia Ocidental**

Ofício nº 105

PORTO VELHO, 18 DE DEZEMBRO 2019.

**Do: SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/HBAP  
PARA: DIREÇÃO HBAP/ FINANCEIRO HBAP**

**Assunto: REITEIRAÇÃO DO PARECER TÉCNICO**

Senhor Diretor,

Venho por meio deste comunicar que o equipamento apresentado de DRILL e CRANIOTOMO da marca NSK SURGIC PRO, não atende os critérios técnicos da licitação conforme já foi dito no parecer técnico, o equipamento não é de alta rotação acima de 70mil e as ponteiros e brocas do equipamento não são originais do próprio equipamento, a empresa age de má fé tentando empurrar um equipamento de péssima qualidade ao serviço público.

Grato e a disposição,

*Bruno C. R. Lobo*  
CRM - 1973 / RO  
CRM - 1378 / AC  
NEUROCIRURGIAO

Dr. BRUNO LOBO  
CRM 1973

*DE ACORDO*

*Dr. Amaury A. O. Jr.*  
CRM, 4333  
Diretoria Técnica  
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

*23.12.19*