



**Inao - Instituto De Neurocirurgia E Neurologia Da
Amazônia Ocidental**

Ofício nº0018


PORTO VELHO, 19 de Março de 2020.

**Do: SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/HBAP
PARA: DIREÇÃO HB/DIREÇÃO TÉCNICA HB**

Assunto: PARECER TÉCNICO CRANIOTOMO STRIYKER

Em resposta ao **ofício nº 004 30/01/2020**, respondo que mantenho meu parecer, se a empresa Globalsante tem interesse em fornecer o insumo que forneça a broca original do equipamento marca STRYKER. Solicito solução deste pregão em caráter de urgência, visto que estamos na falta deste insumo, o que poderá ocasionar a suspensões de cirurgias neurológicas em breve.

Grato e a disposição.


Bruno C. R. Lobo
CRM - 1973 / RO
CRM - 1378 / AC
NEUROCIRURGIÃO