



**Inao - Instituto De Neurocirurgia E Neurologia Da
Amazônia Ocidental**

Ofício nº0004

PORTO VELHO, 27 de Janeiro de 2020.

**Do: SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA/HBAP
PARA: DIREÇÃO HB**

Assunto: PARECER TÉCNICO CRANIOTOMO STRIYKER

Venho por meio deste informar que o motor/ aparelho de craniotomo da marca STRYKER atende as especificações do edital/licitação, porém como o próprio fabricante indica, as brocas devem ser originais do equipamento para o funcionamento ideal, portanto as brocas que apresentaram para qualificação de marca oposta ao do motor (não originais de fábrica) não são válidas.

Grato e a disposição.

Wilson Cardoso Panizza
Wilson Cardoso Panizza
Diretor Geral/HBAP

Bruno
Bruno
CRM - 1378 / AC
NEUROCIRURGIA
10060

27/01/2020
15:37