

Parecer nº 18/2020/SESAU-CAFIINP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.251996/2020-64

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 597/2020/SUPEL/SUPEL/RO

ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica em sites de fornecedores, folders, prospecto e catálogo dos materiais.

Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.

ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
	SERINGA DE 10 ML , SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	3M INTERMEDIACÃO	INJEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		LRF	SR			
		STAR	INJEX			
		NRX MEDICAL	RYMCO			
		PRIOM	RYMCO			
		COVAN	SR			
		ONCONORTE	SR			
		BIOBASE	RYMCO	INFORMADO / INAPTO	DESACORDO COM O SOLICITADO	A EMPRESA DE CLARO EM S PROPSTA Q ESTÁ OFERTAN SERINGA COM LUER SLIP. ESTA SOLICITAND SERINGA COM LUER LOCK
2	AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 25 G X 3 ½, APIROGÊNICO, AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	PRIOM	PROCARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		NRX MEDICAL	PROCARE			
		ONCONORTE	PROCARE			
		COVAN	PROCARE			
3	AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 26 G X 3 ½, APIROGÊNICO AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	PRIOM	PROCARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		NRX MEDICAL	PROCARE			
		ONCONORTE	PROCARE			
		COVAN	PROCARE			
4	AGULHA DESCARTAVEL ANESTESIA RAQUIDIANA 27 G X 3 ½, APIROGÊNICO AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO. ENCAIXE CANHÃO/ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIX. EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZADO.	PRIOM	PROCARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		NRX MEDICAL	PROCARE			
		ONCONORTE	PROCARE			
		COVAN	PROCARE			
5	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 20, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. REGISTRO. MS, EM CUMPRIMENTO A NR 32/2005.	STAR	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		ONCONORTE	POLYMED			
6	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N.º 22, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXIVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATOXICO, ASPIROGÊNICO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. REGISTRO. MS, EM CUMPRIMENTO A NR 32/2005.	STAR	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		ONCONORTE	POLYMED			
7	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº. 24, EM POLIURETANO TERMOSENSIVEL COM SISTEMA DE SEGURANÇA (NR 32) COM BISEL TRIFACETADO E AFIADO, ACOPLADO AO TUBO DE MATERIAL BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTERILIZADO EM ETO, ATÓXICO, APIROGÊNCIO, RADIOPACO PUR, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. REGISTRO MS, EM CUMPRIMENTO A NR 32/2005.	STAR	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTO PROSPECTO/FO DO PRODUTO ANEXO À PROP COMERCIA
		ONCONORTE	POLYMED			

OBS¹: A Proposta de preços ofertada pela empresa G. F. DOS SANTOS (0014105169) refere-se ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº : 522/2020/DELTA/SUPEL/RO.

Salvo melhor juízo é o parecer.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Brasil da Silva, Assessor(a)**, em 16/10/2020, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cirlene de Fátima Rossi, Assessor(a)**, em 16/10/2020, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0014122156** e o código CRC **9597EF79**.