



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU  
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer nº 19/2020/SESAU-CAFIINP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.228174/2020-80						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 459/2020/SUPEL/SUPEL/RO						
3ª ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRITIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	REGISTRO ANVISA / C.A	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
4	MÁSCARA (RESPIRADOR N 95) ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-2 E PARA TANTO, DEVE OBEDECER, ENTRE OUTROS, AOS SEGUINTESE REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM O PROJETO DE NORMA 02:011.03-010/1993 DA ABNT PARA PEÇAS SEMI-FACIAIS FILTRANTESE: PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO (1) : 6 %, RESISTÊNCIA MÁXIMA À RESPIRAÇÃO (1) : 240 PA; PENETRAÇÃO POR	AP TORTELI	FILTRAX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BRAZIL MEDICAL	XCMG	NÃO INFORMADO/INAPTO	DESACORDO COM O SOLICITADO	NA PROPOSTA NÃO FOI APRESENTADO REGISTRO DA ANVISA OU CADASTROS C.A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA AUXILIAR NA VERIFICAÇÃO SE O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO. O FOLHETO DEMONSTRATIVO NA PROPOSTA APRESENTA UMA MÁSCARA COM

<p>INDIVÍDUO MÉDIA MÁXIMA TOTAL (2) : 8 %. CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO - COMPOSTA DE NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA. SOBRE ESTA CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO NA COR VERDE, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR, COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA MAIOR RESISTÊNCIA À PROJEÇÃO DE SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO. MODELO TIPO CONCHA. COM REGISTRO NO MS/ANVISA, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EPI CA: 3921 E NBR A13698/96.</p>			<p><b>TIRAS QUE PASSAM POR TRÁS DA ORELHA. UM RESPIRADOR DE NÍVEL RISCO BIOLÓGICO DEVE FICAR O MÁXIMO POSSÍVEL JUNTO A FACE, OPTAMOS NO DESCRIPTIVO À AQUISIÇÃO DE MÁSCARA COM 2 BANDAS DE ELÁSTICO QUE PASSAM PELA PARTE DE TRAS DA CABEÇA.</b></p>
---	--	--	--

Salvo melhor juízo é o parecer.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Cirlene de Fátima Rossi, Assessor(a)**, em 21/10/2020, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Brasil da Silva, Assessor(a)**, em 21/10/2020, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEL](#), informando o código verificador **0014168270** e o código CRC **CE19D808**.

**Referência:** Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.228174/2020-80

SEI nº 0014168270