

Superintendente do Aeroporto Internacional de Porto Velho

Superintendência - SBPV

fabiana_salgado@infraero.gov.br • (69) 3219-7453 / 99237-0863

De: Josinaldo Lourido de Araujo
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 15:54
Para: Fabiana Oliveira Borges Salgado
Cc: Ivan Fernandes Vieira; Ary Ferreira Lima Junior
Assunto: RES: Propostas Autoclave

Boa tarde Fabiana,

Em atenção, informamos que as propostas apresentadas foram analisadas de acordo com exigência do Termo de Referência e apresentaram as seguintes ressalvas técnicas:

- Empresa WMed: não evidenciou registro do equipamento na ANVISA e a temperatura de operação é abaixo do especificado (105°C e 135°C) e no TR consta 140°C a 150°C.
- Empresa Ortosíntese: não evidenciou registro do equipamento na ANVISA e o atendimento à Norma Regulamentadora NR-13;
- Empresa Phoenix: não há ressalvas técnicas.

Att.:

JOSINALDO LOURIDO DE ARAÚJO

Coordenador de Serviços de Meio Ambiente de Manaus – DOMA 4

Superintendência de Meio Ambiente - DOMA

josinaldo_araujo@infraero.gov.br • (92) 3652-1041

 Parte-1-oficial



cid:image004.png@01D41F73.03289B80