



Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 480/2019 (ENG. CLÍNICA) - RONDONIA

2 mensagens

Vendas Engebio <vendas@engebio-ne.com.br>
Para: Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>

13 de março de 2020 09:18

Prezada Pregoeira Nilseia, bom dia!

Solicito PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, quanto ao pregão eletrônico nº 480/2019. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo Serviço de Gerenciamento de Equipamentos Manutenção Corretiva, Preventiva, Preditiva e Calibração dos Equipamentos com Reposição de Peças e Acessórios, visando atender às necessidades do Centro de Medicina Tropical - CEMETRON (100 leitos) e Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD (139 leitos), conforme especificações constantes neste termo de referência, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses.

No momento antes da disputa, deverá ser apresentado os CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO dos padrões abaixo? Ou deverá ser apresentado apenas se ganharmos?

Analizador de fluxo digital (realizar calibrações e verificar o funcionamento de ventiladores pulmonares e aparelhos de anestesia);

- ▶ Analizador de pressão digital (realizar calibrações em tensiômetros aneróides);
- ▶ Analizador de pressão não invasiva – PNI (realizar calibrações e verificar o funcionamento de monitores multiparamétricos);
- ▶ Analizador de pressão invasiva – PI (realizar calibrações e verificar o funcionamento de monitores multiparamétricos);
- ▶ Analizador de débito cardíaco (realizar calibrações e verificar o funcionamento de monitores multiparamétricos);
- ▶ Simulador de bisturi elétrico digital (realizar calibrações e verificar o funcionamento de bisturis elétricos);
- ▶ Simulador de desfibrilador e cardioversor digital (realizar calibração e verificar o funcionamento de desfibriladores e cardioversores);
- ▶ Simulador de oximetria (realizar testes de funcionamento e calibração de oxímetros de pulso);
- ▶ Simulador de ECG (realizar testes de funcionamento e calibração em monitores cardíacos e eletrocardiogramas);
- ▶ Termohigrômetro digital (realizar medições de umidade relativa em ambientes diversos, incluindo câmaras de refrigeração);
- ▶ Termômetro digital (realizar calibração em estufas, berços aquecidos, incubadoras e banhos maria);
- ▶ Paquímetro (realizar medições de precisão);
- ▶ Tacômetro (calibrar centrífugas laboratoriais);

- ▶ Analizador de segurança elétrica;
- ▶ Validador térmico (validação de autoclaves);
- ▶ Forno de calibração (calibração de termistores padrão; sondas termistor secundárias; termopares tipo R e tipo S);
- ▶ Calibrador de pressão (calibração de válvulas, bombas de vácuo).

Isabelle Sousa
Assistente Administrativo Comercial
Fone: (81)3038-3312/99991-5100
Email: vendas@engebio-ne.com.br

Ao imprimir lembre-se de sua responsabilidade para com a natureza.

Equipe Sigma <sigma.supel@gmail.com>
Para: Vendas Engebio <vendas@engebio-ne.com.br>

13 de março de 2020 10:35

Bom dia, Senhor Licitante!

Não se faz necessária antes a apresentação de documentação que não está elencada no item 11 e subitens do Edital, a empresa também deve se atentar ao Anexo 5 do Edital que trata da transição de regras para a participação do certame, ou seja, a empresa deverá anexar os documentos de habilitação no momento que se cadastra a proposta.

Atenciosamente,

Jéssica Graciliano

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações

