



Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-NORTP

Para: HB-GAD

Processo Nº: 0049.112383/2020-63

Assunto: ANÁLISE DE MATERIAL E EQUIPAMENTO TESOURA ULTRASONICA

Senhor(a),

Encaminhamos os autos a análise de materiais e equipamentos das propostas de preços, este setor juntamente com equipe e médico responsável pela cirurgia geral da unidade Dr Macros Veiga, foi analisado os folders e demais documentos, segue análise conforme necessidade da unidade e solicitação em termo de referência.

1 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA: Item (ns) 01 (0014824466) -

Material incompatível com solicitação do licitatório.

Sistema de Dissecção Ultrassônica Sem Fio Sonidsion'

Licitatório - TESOURA PARA SISTEMA DE VÍDEO, COAGULADORA ULTRASSÔNICA, LÂMINA MEDINDO 05MM DE DIÂMETRO, HASTE MÍNIMA DE 36 CM E MÁXIMA DE 38 CM DE COMPRIMENTO, COM ACIONAMENTO E CONTROLE DE INTENSIDADE MANUAL PARA CORTE E COAGULAÇÃO SIMULTÂNEA DE VASOS ATÉ 05MM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COMPATÍVEL COM GERADOR ULTRASSÔNICO.

Empresa ofertando - SISTEMA DE DISSECÇÃO ULTRASSÔNICA SEM CABO SONICISION - UM DISPOSITIVO QUE SE UTILIZA VÁRIAS VEZES REQUERENDO DE DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS PARA ESTERILIZAÇÃO OCACIONANDO UM OUTRO GASTO EM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO DESTES.

A unidade não dispõe no momento de • **gás de peróxido de hidrogênio.**

Que este produto é esterilizável usando plasma de **gás de peróxido de hidrogênio** de baixa temperatura, como Sterrad

2 - PROTESENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ORTO: Item (ns) 01 e 02 (0014824807) - Atende as necessidades exigidas assim como estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Unidade geradora com alimentação elétrica principal 100-240 vac.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Pereira, Chefe**, em 02/12/2020, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015007636** e o código CRC **D0035A68**.