



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: CAIS-ASTEC

Para: CAFIINP

Processo Nº: 0036.023111/2020-39

Assunto: ANÁLISE DAS PROPOSTAS RECEBIDAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 601/2020/SUPEL/RO.

Objeto: Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Dialisadores, Equipos linha arterial e venosa, Kit cateter, Soluções ácida e básica e outros, Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU/RO.

Em face do despacho CAFIINP (0014783570), onde solicita Análise Técnica de Conformidade das propostas e produtos ofertados relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 601/2020/SUPEL/RO, materiais/produtos de nefrologia, em atendimento ao despacho SUPEL-DELTA (0014758077), em que solicita que seja realizada, em virtude da **especificidade técnica do objeto**, a Análise das propostas das empresa, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital:

Esta análise visa verificar a **especificidade técnica** das propostas apresentadas pelas empresas e se as mesmas estão em conformidade com os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital, cabendo a este técnico apenas a análise quanto aos **requisitos técnicos**, analisado apenas as proposta apresentadas, não se responsabilizando pela forma de contratação, pelos valores apresentados, duração e desenvolver se do certame, bem como quaisquer dados que sejam de responsabilidade da Comissão de Licitação.

Alusivo ao termo de referencia (0014268590), em seu item de numero 7 que trata das propostas, tem se;

"7 - DAS PROPOSTAS

7.1 - A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) deverá conter a marca do produto ofertado, o fabricante, quantidade por embalagem (ex: caixa com 50 unidades) e procedência do produto (ex: origem Brasil, origem Itália).

7.2 - Seguir estritamente as Especificações Técnicas, onde os materiais deverão estar em conformidade com o que fora solicitado, material de fabricação, tamanho, condições de conservação, etc..

7.3 - A empresa licitante deverá apresentar prospecto(s), e/ou catálogo(s) específico para cada produto ofertado, com descritivos técnicos detalhados com imagem do mesmo, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material(s) ofertado(s) atende(m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

7.4 - Somente serão considerados prospectos, manuais e/ou catálogos extraídos via internet, se constarem seus endereços eletrônicos conjuntamente com o link devidamente informado.

7.5 - O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emitido pela ANVISA/MS, ou Ministério da Saúde ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União. Base legal: Art. 30, IV, do Diploma Federal nº 8.666/93, bem como no art. 12, da Lei Federal nº 6.360/76, que nos certames que visem à aquisição de Drogas, materiais/insumos hospitalares, Insumos farmacêuticos (art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Saneantes domissanitários (Art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Produtos Dietéticos (art. 46, da Lei Federal nº 6.360/76), e demais produtos previstos na Lei Federal nº 6.360/76, que se exija registro dos produtos, podendo ser Cópia da Publicação no Diário Oficial da União, bem como documentos emitidos pela ANVISA, hábeis a comprovar o devido registro, observado o devido prazo de validade.

7.6 - O local onde estiver impresso o registro deverá estar em destaque e com indicação da referência ao item relativo ao registro.

7.7 - Exceção ao item anterior se faz para os produtos cujo registro seja expressamente dispensado pela ANVISA, situação que deverá ser comprovada pelo licitante.

7.8 - A não apresentação do registro, ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na não aceitação da proposta.

7.9 - Estando o registro do produto vencido, o licitante deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.

7.10 - Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes.

7.11 - Na proposta deverão constar o preço unitário e total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

7.12 - Juntamente com as propostas as empresas deverão apresentar a Cópia da Publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto junto a ANVISA, observando-se a validade.

7.13 - Apresentar na proposta, o código do produto (que faz referência ao produto ofertado) relativo à sua proposta. Este código deverá ser mencionado de forma clara e concisa de modo que possa ser relacionado (identificar) o produto ofertado.

7.14 - As propostas serão processadas e julgadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM."

Após a consideração supra, segue abaixo a planilha contendo a análise das propostas recebidas, conforme informações do Termo de Referência, nos descritivos técnicos dos produtos ofertados.

ITEMS CONFORME SAMS (0011560075) ANEXA AO EDITAL, SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO Equipe de licitação DELTA (0014594556)

ITEM 01 - DIALISADOR DE CAPILAR BAIXO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/ VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290MM; POSSUI 2 ADAPTADORI ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	5.000 unidades	CX. C/ 24 UNIDADES	0014746062	80,00	400.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY	INFORMADO	DD-ELIS
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	5.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	98,18	490.900,00	FRESENIUS	FRESENIUS MEDICAL CARE	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 02 - DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/C VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADOR ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	15.000 UNIDADES	CX. C/ 24 UNIDADES	0014746062	80,00	1.200.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY	INFORMADO	DD-ELISI
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	15.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	70,38	1.055.700,00	FRESENIUS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 03 - DIALISADOR DE CAPILAR BAIXO FLUXO REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFON/ VOLUME DE PREENCHIMENTO 110-120 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 291 MM; POSSUI 2 ADAPTADORE ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	5.000 UNIDADES	CX. C/ 24 UNIDADES	0014746062	80,00	400.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY	INFORMADO	DD-ELIS
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	5.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	111,69	558.450,00	FRESENIUS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 04 - DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO REPROCESSÁVEL: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFON/ M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTI SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM IND REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	25.000 UNIDADES	CX. C/ 24 UNIDADES	0014746062	80,00	2.000.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION ODATE FACTORY	INFORMADO	DD-ELISI

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	25.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	117,81	2.945.250,00	FRESENIUS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
--	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	--------	--------------	-----------	---------------------------	-----------	------------------

ITEM 07 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERI DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	1.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	117,81	117.810,00	FRESENIUS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 09 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410-415 CM, SEM CATI DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTI-COAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO AR SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ET ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
OESTEMED COM. REP. LTDA - A . G. D. OLIVEIRA - EPP	63.774.269/0001-45	55.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014744954	8,60	473.000,00	Dialine 72BRAAR0018S	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	08.474.646/0001-12	55.000 UNIDADES	CX C/ 50 UNIDADES	0014745520	8,630	474.650,00	FORTECARE	FORTECARE	INFORMADO	ART08I
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	55.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	7,57	416.350,00	FORTECARE	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	55.000 UNIDADES	CX. C/ 44 UNIDADES	0014746062	15,00	825.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION LIMITED	INFORMADO	A011(
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	55.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	14,28	785.400,00	NIPROMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 10 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320-325 CM; VO MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP'S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXT EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	08.474.646/0001-12	60.000 UNIDADES	CX C/ 50 UNIDADES	0014745520	8,630	517.800,00	FORTECARE	FORTECARE	INFORMADO	VEN00:
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	60.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	7,35	441.000,00	FORTECARE	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
NIPRO MEDICAL CORPORATION	13.333.090/0001-84	60.000 UNIDADES	CX. C/ 44 UNIDADES	0014746062	15,00	900.000,00	NIPRO	NIPRO CORPORATION LIMITED	INFORMADO	V602(

PRODUTOS MÉDICOS LTDA										
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	60.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	13,26	795.600,00	NIPROMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
Fresenius Medical Care Ltda.	01.440.590/0001-36	60.000 UNIDADES	CX c/ 24 unidades	0014757793	5,86	351.600,00	Fresenius Medical Care Ltda.	Afri Medical CO. Egito	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

á

ITEM 14 - AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 16G : AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PARE TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA, DE COR VERDE, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM PROTECTOR (PROTECTOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	08.474.646/0001-12	60.000 UNIDADES	CX C/350 UNIDADES	0014745520	1,80	108.000,00	FORTECARE	FORTECARE	INFORMADO	FIS101
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	13.333.090/0001-84	60.000 UNIDADES	CX. C/150 PARES	0014746062	3,00	180.000,00	NIPRO	NIPRO MEDICAL LTDA	INFORMADO	FA+2162530I
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	60.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	2,96	177.600,00	NIPRO	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 16 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: CATETER DUPLO LÚMEN SILICONIZADO 13,5-14,5 FR X 40 CM, CADA LÚMEN E CONECTORES LUER LOCK, COM AGULHA INTRODUTÓRIA, BISTURI, DILATADOR DE VASO, FIO GUIA FLEXÍVEL E DUAS TAMPAS PROTETORAS PARA OS S

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	1.082,37	216.474,00	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO. PORÉM CATÁLOGO NÃO CONSTA A MEDIDA DE FRENCH 13,5 -14,5 FR X 40 CM	NÃO INFORI PROPC
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	1.080,00	216.000,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	1.060,72	212.144,00	KFF	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORI PROPC

ITEM 17 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIP FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
--------------	------	------------	-------------------	----------	--------------------	-------------	-------	------------	-------------------------	--------------------

LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	1.127,00	225.400,00	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO. PORÉM CATÁLOGO NÃO CONSTA A MEDIDA DE FRENCH 13,5 -14,5 FR X 36 CM	NÃO INFORI PROPC
ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	1.080,00	216.000,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	1.104,46	220.892,00	KFF	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORI PROPC
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	200 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	2.500,00	500.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CS-1536

ITEM 18 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	1.078,00	107.800,00	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	1.080,00	108.000,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	1.056,44	105.644,00	KFF	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORI PROPC
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	2.500,00	500.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CS-1532

ITEM 19- KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	1.003,51	50.175,50	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
COTACAO COM	58.950.775/0001-	50	NÃO	0014757735	851,67	42.583,50	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO.	HLP14D

REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	08	UNIDADES	INFORMADO NA PROPOSTA							
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	1.080,00	54.000,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	834,63	41.731,50	KFF	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORI PROPC
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	2.500,00	125.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CS-1528

ITEM 20 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH : 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIP FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	873,80	43.690,00	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	900,00	45.000,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	58.950.775/0001-08	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757735	740,92	37.046,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO.	HLP12D
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	780,00	39.000,00	KFF	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	NÃO INFORI PROPC
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	2.500,00	125.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CS-1524

ITEM 21 - KIT CDL CURVO 11.5- 12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP AD INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	230,00	69.000,00	Joline	Joline	INFORMADO	00087000 PKHF11
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	144,70	43.410,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12D16

ITEM 22 - KIT CDL CURVO 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADV INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS	05.885.332/0001-14	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	196,00	58.800,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	259,99	77.997,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKHF13I 0008700
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	192,08	57.624,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12D2:

ITEM 23 - KIT CDL RETO 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADV INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	78.300,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORI PROPC
M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS	05.885.332/0001-14	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	260,00	78.000,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	259,99	77.997,00	Joline	Joline	INFORMADO	0008700 PKHF11
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	350,00	105.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CV-1212
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	200,00	60.000,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12D1

ITEM 24 - KIT CDL RETO 11.5-12FR X 20-21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADV INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	78.300,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
M.A. BATISTA JUNIOR ME. -	05.028.965/0001-06	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	260,00	78.000,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

NRX MEDICAL SYSTEMS										
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	259,99	77.997,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKHF13F00087000
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	350,00	105.000,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CV-1512
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	300 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	200,00	60.000,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12D2

ITEM 25 - KIT CDL RETO 11,5 -12,5 FR X 24 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADV INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	110 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	262,00	28.820,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKHF13F00087000

ITEM 26 - KIT CDL RETO 12,5 – 14,5 FR X 30 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AVANÇADOR ONESTEP ADV INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	230,00	11.500,00	Joline	Joline	NÃO INFORMADO A MEDIDA DE COMPRIMENTO SOLICITADA	00087000
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	50 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	225,40	11.270,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H14D2

ITEM 27 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	39.150,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	290,00	43.500,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	310,00	46.500,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKTHF1300087000

ITEM 28 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	290,00	43.500,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	310,00	46.500,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKTHF13 00087000

ITEM 29 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM / TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	39.150,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	244,00	36.600,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	310,00	46.500,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKTHF1: 00087000
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	409,00	61.350,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CV-121
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	155,60	23.340,66	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12T1:

ITEM 30 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM / TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	39.150,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
M.A. BATISTA JUNIOR ME. - NRX MEDICAL SYSTEMS	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757827	244,00	36.600,00	Balton	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	310,00	46.500,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKTHF1: 00087000
Promed Comércio de Suprimentos Hospitalares Eireli/EPP	26715034000156	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757910	409,00	61.350,00	ARROW	ARROW	INFORMADO	CV-151
SC COMERCIO DE PRODUTOS	34.396.122/0001-60	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO	0014757950	149,96	22.494,48	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H12T2:

HOSPITALARES EIRELI			NA PROPOSTA							
---------------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

ITEM 31 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN RETO (CTL) 11,5-12 FR X 24 CM:1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA COM AV TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AGULHA 30 X 7, 1 DILATADOR DE VASO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	11.619.992/0001-56	50 UNIDAS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757867	310,00	15.500,00	Joline	Joline	INFORMADO	PKTHF1: 00087000

ITEM 32 - KIT CDL PEDIÁTRICO 7FR X 10 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 7 FR X 10 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AV 1(UM) DILATADOR, 2 (DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1(UMA) SERINGA DE 5CC, 1(UMA) AGULHA 30 X 7 E 1(UM) BISTURI COM LÂ

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	253,90	38.085,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H7D10

ITEM 33 - KIT CDL PEDIÁTRICO 9 FR X 12 CM: 1 (UM) CATETER DE POLIURETANO DUPLO LÚMEN 9 FR X 12 CM, 1(UM) FIO GUIA 0,035 X 70 CM C/ AV 1(UM) DILATADOR, 2(DUAS) TAMPAS PARA INJEÇÃO COM ROSCA PARA CONECTOR LUER, 1(UMA) SERINGA DE 5CC, 1(UMA) AGULHA 30 X 7 E 1(UM) BISTURI COM LÂ

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	253,90	38.085,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	153,90	38.085,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	H9D12

ITEM 34 - PROTETOR DE CONE LUER: PARA VEDAÇÃO DE CATETERES ENDOVENOSOS PARA HEMODIÁLISE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	08.474.646/0001-12	80.000 UNIDADES	CX C/ 1.200 UNIDADES	0014745520	1,13	90.400,00	FORTECARE	FORTECARE	INFORMADO	CON00
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	80.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	0,18	14.400,00	BIOTEC PROD HOSP LTDA	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	BIOT 00.13.
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	80.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	0,16 1,18	12.800,00 94.400,00	GVS DO BRASIL LTDA - BRASIL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP	10.661.826/0001-55	80.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014758024	0,15	12.000,00	GVS	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E	INFORMADO	RN179AXM

COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICO-
HOSPITALARES
LTDA - BRASIL

ITEM 35 - ISOLADOR DE PRESSÃO: MEMBRANA HIDROFÓBICA E HIDRO-REPELENTE. DISPOSITIVO PLÁSTICO LUER-LOCK MACHO/FÊMEA, PROVIDO DE F TRANSMITIR A PRESSÃO DA LINHA DE SANGUE ARTERIAL OU VENOSA AO MONITOR DE DIÁLISE, EVITANDO SUA CONTAMINAÇÃO PELO SANGUE DO PACIENTE.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP	10.661.826/0001- 55	60.000 UNIDADES	Quantidade / Caixa 4.000 unidades	0014758024	4,00	240.000,00	GVS	GVS DO BRASIL LTDA	INFORMADO	TP041ANA

ITEM 36 - CONECTOR TEGO CONECTOR PARA CATETER DE HEMODIÁLISE: COMPRIMENTO: 24 MM, PRIMING 0,085 ML, TIPO DE CONEXÃO: CONEXÃO SISTEMA FECHADO REDUZINDO A EXPOSIÇÃO E MANIPULAÇÃO COM CATETER, POSSUI PRESSÃO NEUTRA. PERMITE ALTO FLUXO SANGUÍNEO.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001- 06	5.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	17,30	86.500,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP	10.661.826/0001- 55	5.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014758024	15,00	75.000,00	BLENTA	TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - BRASIL	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 37 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 31 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO I ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001- 60	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	160,00	16.000,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	T2N31

ITEM 38 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 32 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO EM SILICONE DE GRAU TRANSLÚCIDO, ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
SC COMERCIO DE PRODUTOS	34.396.122/0001- 60	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	150,00	15.000,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	T2P32

HOSPITALARES EIRELI										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM 39 - TENCKHOFF PEDIÁTRICO DE 37 CM: CATETERES RETOS, TEM LINHA DE RADIOPACA, DIÂMETRO INTERNO DE 2,6 MM E DIÂMETRO EXTERNO I ADAPTA-SE A TODOS OS PACIENTES ADULTOS, CATETER DE 02 CUFFS.

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.396.122/0001-60	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757950	150,00	15.000,00	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	INFORMADO	T2AU3

ITEM 43 - ÁCIDO PERACÉTICO, NA CONCENTRAÇÃO DE 5% PARA USO HOSPITALAR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, UTILIZADO NA LIMPEZA E DES LITROS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP	10.661.826/0001-55	450 UNIDADES	BAMBONAS 5 LTS	0014758024	250,00	112.500,00	PEROXIDE	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

ITEM 44 - INDICADOR PARA ÁCIDO PERACÉTICO: SOLUÇÃO ESTABILIZADA DE SAIS DE TITÂNIO, EM MEIO ÁCIDO E ÁGUA, ACONDICIONADO EM RECIPIEI

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO CO IDENTIFI
TAUROVITA COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP	10.661.826/0001-55	300 UNIDADES	EMBALAGEM PRIMARIA 100 ML	0014758024	80,00	24.000,00	PEROXIDE	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	INFORMADO	NÃO INFORI PROPC

NOTA; 1- Sugiro exigir das empresas apresentação da cópia do DOU da publicação do registro dos produtos na ANVISA.

2- Alguns itens tiveram propostas que não estão totalmente coerentes com o Termo de referencia, contudo à análise , observou se que o mesmo atende a necessidade do serviço a que se destina, desta forma tendo em vista não haver proposta melhor ou que atenda na integra ao termo de referencia, este técnico optou pela aceitação com vistas a evitar o desabastecimento do estoque e consequente prejuizo aos usuários do Sistema Único de Saúde.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Meireles Nogueira, Assessor(a)**, em 02/12/2020, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0014835824** e o código CRC **161C0810**.



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: CAIS-ASTEC

Para: CAFIINP

Processo Nº: 0036.023111/2020-39

Assunto: Pedido de reanálise (0015107934, 0015195970) de Conformidade Técnica das Propostas ofertadas relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 601/2020/SUPEL/RO.

Em face do despacho CAFIINP (0015200964), com pedido de reanálise de Conformidade Técnica das propostas e produtos ofertados relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 601/2020/SUPEL/RO, materiais/produtos de nefrologia, em atendimento ao despacho SUPEL-DELTA (0015199358) em que devolve o processo administrativo em tela, solicitando reanálise das propostas apresentadas pelas licitantes ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (0014757629) itens, 27 e 28, L R F BATISTA (0014745775), item 18 e NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARE (0014747758), item 07.

Reiteramos que a análise em questão tem por escopo a verificação de conformidade técnica das propostas apresentadas pelas empresas bem como se as mesmas atendem aos requisitos exigidos no edital/Termo de Referência. Nesse contexto, a avaliação deste técnico restringe-se especificamente às propostas efetivamente apresentadas e seus aspectos técnicos, não se imiscuindo na análise da forma de contratação, valores apresentados, duração e desenvolvimento do certame, bem ainda quaisquer elementos de atribuição da Comissão de Licitação.

Impõe-se que a presente análise técnica se atenha estritamente ao Edital e ao Termo de Referência, os quais apresentam a descrição técnica dos produtos a serem adquiridos. Sendo assim, os participantes do certame devem compreender a necessidade de apresentação de suas propostas em consonância aos instrumentos em questão.

O Termo de Referencia (0014268590), trata das propostas em seu item 7 estabelecendo o seguinte:

"7 - DAS PROPOSTAS

7.1 - A(s) proposta(s) da(s) empresa(s) deverá conter a marca do produto ofertado, o fabricante, quantidade por embalagem (ex: caixa com 50 unidades) e procedência do produto (ex: origem Brasil, origem Itália).

7.2 - Seguir estritamente as Especificações Técnicas, onde os materiais deverão estar em conformidade com o que fora solicitado, material de fabricação, tamanho, condições de conservação, etc..

7.3 - A empresa licitante deverá apresentar prospecto(s), e/ou catálogo(s) específico para cada produto ofertado, com descritivos técnicos detalhados com imagem do mesmo, para que a equipe de licitação possa avaliar se o material(s) ofertado(s) atende(m) às especificações e aos requisitos de qualidade prevista neste Termo de Referência.

7.4 - Somente serão considerados prospectos, manuais e/ou catálogos extraídos via internet, se constarem seus endereços eletrônicos conjuntamente com o link devidamente informado.

7.5 - O Registro Sanitário do Produto - Deverá ser entregue junto com a proposta de preços, prova de registro material emitido pela ANVISA/MS, ou Ministério da Saúde ou de sua isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de registro junto ao Diário Oficial da União. Base legal: Art. 30, IV, do Diploma Federal nº 8.666/93, bem como no art. 12, da Lei Federal nº 6.360/76, que nos certames que visem à aquisição de Drogas, materiais/insumos hospitalares, Insumos farmacêuticos (art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Saneantes domissanitários (Art. 16, da Lei Federal nº 6.360/76), Produtos Dietéticos (art. 46, da Lei Federal nº 6.360/76), e demais produtos previstos na Lei Federal nº 6.360/76, que se exija registro dos produtos, podendo ser Cópia da Publicação no Diário Oficial da União, bem como documentos emitidos pela ANVISA, hábeis a comprovar o devido registro, observado o devido prazo de validade.

7.6 - O local onde estiver impresso o registro deverá estar em destaque e com indicação da referência ao item relativo ao registro.

7.7 - Exceção ao item anterior se faz para os produtos cujo registro seja expressamente dispensada pela ANVISA, situação que deverá ser comprovada pelo licitante.

7.8 - A não apresentação do registro, ou do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na não aceitação da proposta.

7.9 - Estando o registro do produto vencido, a licitante deverá apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação (protocolo) juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de revalidação do referido registro.

7.10 - Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes.

7.11 - Na proposta deverão constar o preço unitário e total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro, frete e embalagem, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

7.12 - Juntamente com as propostas as empresas deverão apresentar a Cópia da Publicação no Diário Oficial da União do Registro do Produto junto a ANVISA, observando-se a validade.

7.13 - Apresentar na proposta, o código do produto (que faz referência ao produto ofertado) relativo à sua proposta. Este código deverá ser mencionado de forma clara e concisa de modo que possa ser relacionado (identificar) o produto ofertado.

7.14 - As propostas serão processadas e julgadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM."

Feitas as considerações acima, dispomos abaixo planilha contendo o resultado da reanálise de conformidade das propostas apresentadas no que se refere ao atendimento dos principais requisitos fixados pelo Termo de Referência:

ITEMS CONFORME SAMS (0011560075) ANEXA AO EDITAL, SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO Equipe de licitação DELTA (0014594556)

ITEM 07 - DIALISADOR CAPILAR USO ÚNICO BAIXO FLUXO: MATERIAL EM FIBRAS POLISSULFONA OU FIBRA SIMILAR 100% SINTÉTICA ESTÉRIL, SUPERF DE 8 ML/H X MMHG, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.											
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUANT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO COM REF. P/	F

					R\$	R\$				IDENTIFICAÇÃO
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	19.769.575/0001-00	1.000 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014747758	117,81	117.810,00	FRESENIUS	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA

ITEM 18 - KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA T -14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADA

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO COM REF. P/ IDENTIFICAÇÃO
LR DISTRIBUIDORA	19.859.630/0001-44	100 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014745775	1.078,00	107.800,00	BIOMEDICAL	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO.	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA

ITEM 27 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 15-16 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA CO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AG

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO COM REF. P/ IDENTIFICAÇÃO
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	261,00	39.150,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA.

ITEM 28 - KIT CATETER TRIPLO LÚMEN CURVO (CTL) 11.5-12FR X 19 - 21 CM: 1(UM) CATETER EM POLIURETANO, PARA HEMODIÁLISE, 1 FIO GUIA CO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA, 2 TAMPAS LÁTEX FREE PARA INJEÇÃO COM ROSCA LUER, 1 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA N. 11, 1 SERINGA DE 5 CC COM AG

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	QUANTIDADE	QUNT. P/EMBALAGEM	PROPOSTA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓDIGO COM REF. P/ IDENTIFICAÇÃO
ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	05.028.965/0001-06	150 UNIDADES	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	0014757629	290,00	43.500,00	MEDCORP	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA	INFORMADO	NÃO INFORMADO NA PROPOSTA

A partir dos resultados das análises elencados acima, pode-se observar que as licitantes em questão apresentaram propostas com diversas inconformidades com os requisitos técnicos fixados no Edital e no Termo de Referência, como pode ser observado no item 7 destacado anteriormente.

Dito isso, a fim de prestar maiores esclarecimentos aos licitantes, sugerimos a essa Pregoeira que os informe acerca dos tópicos em que foram verificadas inconsistências/inconformidades nas propostas analisadas, os quais foram destacados em cinza na tabela acima e resumidos na coluna "Observação".

Acrescentamos, por fim, que em alguns casos podem ser contemporizadas certas inconsistências nas propostas quando estas forem de pouca relevância e/ou não representarem prejuízos reais à verificação de qualidade dos itens ofertados, bem como não ofereçam riscos aos profissionais e pacientes.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Meireles Nogueira, Assessor(a)**, em 16/12/2020, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015263798** e o código CRC **7530024C**.