

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.121972/2020-32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 331/2020

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO), ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO, VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS) - SESAU

ANEXO ÚNICO DA ATA

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/11/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 03/11/2020

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha ( de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.	6,00	UND	WEM	R\$ 18.500,00	R\$ 17.296,00	-6,51	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
0002	ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO C/ SUPORTE E RODÍZIOS - Aspirador para utilização médica com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível, com válvula de segurança antitransbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. Frascos coletores de policarbonato (inquebrável), de 5 litros, transparentes e autoclaváveis. Pedal para acionamento contínuo/intermitente. Sistema eletrônico com alarme e desligamento automático para frasco cheio. Microfiltro bacteriológico. Tensão Nominal: 220 V monofásico.	8,00	UND	OLIDEF	R\$ 1.999,53	R\$ 1.999,53	0,00	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.121972/2020-32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 331/2020

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO), ASPIRADOR COMPRESSOR CIRÚRGICO, VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS) - SESAU

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 428/2020

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 12/11/2020

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 03/11/2020

0003	VÍDEOGASTROSCÓPIOS ELETRÔNICOS ADULTOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz; com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.400 mm, Comprimento funcional mínimo: 1.100 mm, Diâmetro externo máximo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 2.8 mm, Diâmetro distal máximo: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; profundidade de campo não superior a 4~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 100 graus, Para esquerda: 100 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A VIDEOPROCESSADORA FUJINON, MODELO EPX-2500/ EXISTENTE NO SERVIÇO.	10,00	UND	FUJIFILM	R\$ 78.333,33	R\$ 75.000,00	-4,26	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA
------	---	-------	-----	----------	---------------	---------------	-------	--

**Márcio Rogério Gabriel**  
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**  
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 -	RIBEIRAO PRETO - SP	VILMA SUELI BENETÃO PEIXEIRO	019.772.548-10	(16)3512-4600
29.926.189/0001-20	SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	RUA: ASSIS BRASIL, 4233 - PONTA DE BAIXO	SAO JOSE - SC	LUIZE CRISTINE SPERANDIO	096.543.639-09	(48) 3375-1151 / 98870-8789
32.150.633/0004-15	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Rua Izabel Ramos Fabeni, 96 - São João	ITAJAI - SC	Edilene de Melo Nunes Guiraudeli	094.156.827-01	(47) 3344-1612 / 8157-8140