

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.019320/2019-03

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 574/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 31/2021

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 29/01/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS (COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) - SESAU

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 21/01/2021

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	BISTURI ELETRÔNICO (ELETROCAUTÉRIO) - Potência nominal mínima: 400 W, Tensão Nominal: 220 V monofásico, Deve Possuir circuito de corte puro, blend e coagulação, contendo 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve vir acompanhado com no mínimo os seguintes acessórios: Pedal de acionamento com pino guitarra mono, Caneta padrão de baixa, Placa neutra permanente em inox, Cabo de ligação da placa neutra, Eletrodo tipo faca reta pequena, Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 2,1mm), Eletrodo tipo bola (Ø de aproximadamente 4,2mm), Eletrodo tipo alça peq. (Ø de aproximadamente 4,5mm), Eletrodo tipo agulha (de aproximadamente 85mm), Eletrodo tipo agulha de depilação, Manual do usuário e Certificado de garantia.	5,00	UND	WEM	R\$ 23.765,00	R\$ 18.400,00	-22,58	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
0002	VÍDEOCOLONOSCÓPIOS ELETRÔNICOS com as seguintes características mínimas: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; deverá possuir botão para congelamento e captura de imagens; ser totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; com canal auxiliar para irrigação direta; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; deverá ser compatível com recurso virtual de realce de vasos capilares, sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz, com as seguintes especificações técnicas aproximadas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total mínimo: 1.990mm, Comprimento funcional mínimo: 1.690 mm, Diâmetro externo máximo: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho mínimo: 3.8 mm, Diâmetro distal máximo: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão (em graus) mínimo: 140°; Profundidade de Campo não inferior a 3~100 mm; deverá possuir no mínimo 02 Guias de iluminação. ÂNGULOS DE DEFLEXÃO MÍNIMOS: Para cima: 180 graus, Para baixo: 180 graus, Para direita: 160 graus, Para esquerda: 160 graus. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A VIDEOPROCESSADORA FUJINON, MODELO EPX-2500 EXISTENTE NO SERVIÇO.	4,00	UND	FUJIFILM	R\$ 99.986,67	R\$ 99.986,00	0,00	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0049.019320/2019-03**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 31/2021**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA) - SESAU**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 574/2020**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 29/01/2021**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 21/01/2021

Israel Evangelista Da Silva
Superintendente Estadual de Licitações
Interino

Genean Prestes dos Santos
Coordenadora do Registro de Preços

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
54.611.678/0001-30	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	Rua Mal. Mascarenhas de Moraes, 550 -	RIBEIRAO PRETO - SP	LUCAS PERSONA DE ALMEIDA	351.848.288-26	(11) 2187-6053
32.150.633/0004-15	LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA	Rua Izabel Ramos Fabeni, 96 - São João	ITAJAI - SC	Edilene de Melo Nunes Guiraudeli	094.156.827-01	(47) 3344-1612 / 8157-8140