



Equipe Delta SUPEL/ RO &lt;delta.supel@gmail.com&gt;

**PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO- PE 770/2020 - SUPEL/RO**

2 mensagens

**Siebra, Catia (GE Healthcare)** <Catia.Siebra@ge.com>  
Para: "delta.supel@gmail.com" <delta.supel@gmail.com>

28 de janeiro de 2021 20:55

**AO****ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPEL /RO**

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA** pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na [Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800](#), Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem, tempestivamente, com fulcro no item 11 do Edital, bem como do artigo 12 do Decreto n.º 3.555/2000, oferecer a presente

**IMPUGNAÇÃO**

ao Edital de Pregão Eletrônico nº 770/2020 em referência, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

**DOS FATOS**

Interessada em participar da licitação, a GE verificou a presença de obrigações e especificações técnicas no Edital as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em data anterior ao certame.

Assim, a GE solicita a análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas.

**DA NECESSÁRIA ALTERAÇÃO A SER REALIZADA NO EDITAL**

O edital solicita aquisição de **ARCO CIRÚRGICO**, visando atender as necessidades do Hospital Regional de Cacoal - HRC com itens técnicos nos quais necessitam ser flexibilizados de maneira que se amplie a participação editalícia. (vide itens abaixo)

Nesse sentido, outras grandes empresas fabricantes e fornecedoras de tais equipamentos que pretendem participar deste certame serão prejudicadas, e o tão consagrado princípio da competitividade será ferido.

Abaixo a GE aponta os itens nos quais não são atendidos por diversas empresas deste mercado, os quais necessitarão ser alterados de maneira a, repita-se, se ampliar a participação neste certame. Vejamos:

**ITEM 01- ARCO CIRURGICO**

Ocorre que da maneira como consta o edital, diversas empresas aptas e interessadas em fornecer a esta Administração terão sua participação obstada, considerando que não possuem equipamento compatível com a verba estimada para a aquisição, bem como com características exatas solicitadas.

Portanto, mantendo-se o edital desta maneira, verifica-se que o princípio da impessoalidade não atingirá sua plena eficácia, uma vez que certas discriminações feitas no edital, restringirão o acesso de diversas empresas fabricantes do equipamento.

Para melhor elucidar os fatos, a GE, por exemplo possui equipamento que atende plenamente às necessidades desta Administração, no entanto com características que não correspondem à exatidão do edital, fato este que em nada interfere quanto à execução e resultado dos exames, uma vez que as especificações técnicas oferecidas pelo equipamento da GEHC, ressalta-se, atende às necessidade desta Administração.

Desta maneira, a fim de que se amplie a participação editalícia, requer seja alterado o edital para que passe a constar com a seguinte redação:

**EDITAL SOLICITA:**

02 Monitores mínimo 19 polegadas, resolução mínima: 1280 x 1024 pixels, LCD/LED COM carrinho separado e independente do arco;

**ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA:**

02 Monitores mínimo 19 polegadas, resolução mínima: 1280 x 1024 pixels, LCD/LED COM carrinho separado e independente do arco, ou Monitor único TFT/LED ou LCD de no mínimo 27 polegadas com resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, montado em braço articulado no arco, com capacidade de apresentação de duas imagens simultâneas, uma ao vivo e outra de referência.

**JUSTIFICATIVA:**

Os tradicionais pares de monitores de 19 polegadas estão sendo substituídos por um novo monitor com tamanho de 27 polegadas e alta resolução HD, que entrega a mesma funcionalidade de dois monitores com duas imagens simultâneas, sendo uma de referência e outra em tempo real, esse novo monitor possui duas áreas de imagem maiores que a área dos monitores de 19 polegadas, entregando melhor visibilidade e maior qualidade de imagem.

**EDITAL SOLICITA:**

Capacidade térmico do ânodo mínimo: 100KHU;

**ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA:**

Capacidade térmica do ânodo mínima: 70KHU; Capacidade térmica de resfriamento do ânodo mínima: 35 KHU/min; Capacidade térmica do Housing mínima: 900.000HU.

**JUSTIFICATIVA:**

A capacidade calórica do equipamento é um ponto muito importante a ser solicitado, mas ele não é composto apenas por uma referência como foi solicitado e sim um conjunto de capacidades de armazenamento e resfriamento, que quando devidamente combinadas oferecem maior tempo de utilização do equipamento com segurança.

**EDITAL SOLICITA:**

Programas com técnicas de emissão de radiação em função dos órgãos examinados;

**ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA:**

Programas com técnicas de emissão de radiação em função dos órgãos examinados ou técnicas de emissão com ajuste automático de acordo com o modo de aquisição selecionado;

**JUSTIFICATIVA:**

Todos os equipamentos do mercado já possuem ajuste de técnica automático para todos os modos de aquisição, minimizando erro e gerando aumento de produtividade nas cirurgias.

**EDITAL SOLICITA:**

Radiografia por cassete: 40 a 110KVmínimo 20mA;

**ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA:**

Radiografia digital: 40 a 110KVmínimo 20mA;

**JUSTIFICATIVA:**

Atualmente todos os equipamentos já possuem aquisição digital com modo totalmente automático de ajuste de dose substituindo a obsoleta aquisição por cassete no centro cirúrgico, assim minimizando o erro e trazendo economia de tempo nos procedimentos.

**EDITAL SOLICITA:**

Porta USB incorporada para exportação de imagens estáticas nos formatos JPEG ou BMP; Gravador de CD ou DVD incorporado, com possibilidade back-up de exames e arquivamento de imagens estáticas ou dinâmicas formatos JPEG ou BMP;

**ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA:**

Porta USB incorporada ou Gravador de CD ou DVD incorporado, com possibilidade back-up de exames e exportação para arquivamento de imagens estáticas ou dinâmicas formatos JPEG, BMP ou DICOM;

**JUSTIFICATIVA:**

Com a evolução da tecnologia trazendo maior conectividade aos equipamentos, a unidade CD e DVD está caindo em desuso, sendo amplamente substituída pela gravação de imagem via porta USB ou até mesmo pela porta de rede, atualmente todos os fabricantes já possuem conectividade DICOM e porta USB, facilitando assim o envio dos arquivos com maior segurança do que as mídias de CD e DVD que têm suas capacidades limitadas em 700Mb e 4.7G quando comparadas a um pendrive por exemplo de 64 Gb, outro ponto importante a se considerar é que os novos computadores já não dispõem de leitor de CD/DVD o que dificulta sua visualização inutilizando este tipo de mídia CD ou DVD. O formato DICOM é o mais utilizado atualmente para fins diagnósticos e todos os fabricantes já possuem tal funcionalidade.

**II- DO PRAZO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS**

O Edital, dispõe que o prazo de entrega **será 30** dias após o recebimento da Nota de empenho.

Ocorre, no entanto, que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Vejamos.

O prazo de entrega estipulado no referido edital não é condizente com os processos burocráticos de importação brasileiros, uma vez que somente a licença de importação expedida pela ANVISA pode consumir tal período.

Vale lembrar que os outros procedimentos não foram levados em consideração no item anterior como, por exemplo, o desembaraço aduaneiro propriamente dito, frete internacional, despachos da Receita Federal, entre outros.

Ademais, os equipamentos que são montados e/ou fabricados no Brasil também sofrem importações, uma vez que parte das peças vem de fornecedores do exterior, quando não quase todo o aparelho, tendo apenas um pequeno percentual de partes nacionais.

É importante esclarecer que cada aparelho possui diversas peculiaridades, conforme se denota do descritivo técnico dos Equipamentos requeridos no edital. Por conta disto, as empresas não os fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial).

Além disso, o custo de manter aparelhos em estoque para pronta entrega seria repassado aos preços, tanto o financeiro quanto o montante do imobilizado, que ficaria aguardando o faturamento para clientes.

Esse custo revertido no preço não interessa ao setor público que visa buscar nos pregões o menor valor dentre os licitantes que participam.

Deste modo, bastante difícil que alguma empresa - seja de produção nacional, seja proveniente de importação - consiga viabilizar a produção e entrega destes equipamentos em 30(trinta) dias após o recebimento da Nota de empenho.

Ainda assim se o fizer, a empresa certamente repassaria os custos expostos acima ao preço final, portanto, se o prazo definido for maior, previsivelmente o preço do equipamento seria menor.

Vislumbrando um aspecto prático mais realista, a Impugnante requer seja alterado o Edital quanto a este quesito de forma que passe a constar prazo de entrega de **“60 a 90 dias”**, ao invés de **“30 dias”**, **ou um solicitação de prorrogação de entrega** do equipamento mediante a justificativa? pelos motivos acima colocados.

### **DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente pedido de esclarecimento, como correta medida de direito.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 28 de Janeiro de 2021.

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

Catia Siebra

Government Sales Administrative Analyst

GE Healthcare

CEL. 11 99593-4632

[catia.siebra@ge.com](mailto:catia.siebra@ge.com)  
[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com)

Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800

Cidade Jardim Corporate Center

Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05676-120

General Electric do Brasil Ltda

---

**Equipe Delta SUPEL/ RO** <delta.supel@gmail.com>  
Para: "Siebra, Catia (GE Healthcare)" <Catia.Siebra@ge.com>

29 de janeiro de 2021 08:42

Bom dia!

Prezado licitante,

Acusamos o recebimento do seu pedido de impugnação, todavia por tratar-se de tema acerca do objeto do Pregão Eletrônico 770/2020/SUPEL/DELTA/RO, informamos que ele será encaminhado ao Órgão solicitante do objeto para manifestação.  
Atenciosamente.

Róger Martins Cardoso  
Equipe de apoio a Pregoeira da SUPEL-DELTA  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--  
Governo do Estado de Rondônia  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL/RO  
Equipe DELTA  
(69) 3212-9265