

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DE RONDÔNIA

Assunto: Pedido de Esclarecimento

PREGÃO ELETRÔNICO 770/2020

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas licitantes, nos tópicos a saber:

Do edital:

“O equipamento deverá ser entregue e instalado na unidade do Hospital Regional de Cacoal - HRC. Caso necessário, a empresa deverá ser responsável por toda infra-estrutura (elétrica/civil/mecânica) necessária para a perfeita instalação dos equipamentos bem como o seu funcionamento. Incluindo os materiais como fios elétricos, quadros, disjuntores, tubos, eletrodutos entre outros. É ideal que a empresa realize uma vistoria do local de instalação, para estimativa de custos. A licitante vencedora deverá agendar junto a Direção da Unidade de Saúde, dia e horário para a instalação”

Gostaríamos de esclarecer quanto à possibilidade da exclusão da parte que tange ao preparo do site, visto que trata-se de equipamento móvel, não fazendo parte do escopo da licitante a garantia de infraestrutura para seu uso.

“O atendimento técnico deverá ocorrer nos dias úteis (segunda-feira a sexta- feira) de 07:30 às 13:30 horas.”

Gostaríamos de esclarecer quanto à aceitabilidade do horário de atendimento das 8:00 às 17:00, em dias úteis.

“O estabelecimento indicado para prestações dos serviços de manutenção durante o período de garantia, deverá esta sediado na região de Rondônia ou que garanta atendimento em 24 (vinte e quatro) horas.”

Gostaríamos de esclarecer quanto à exclusão desta exigência, e a aceitabilidade de especialista de campo não residente em Rondônia, bem como prazo de atendimento em prazo superior a 24 horas.

Do prazo de entrega

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos médicos, uma vez que se tratam de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.

Gostaríamos de esclarecer ainda quanto a aceitabilidade do prazo de 60 (sessenta) dias.

Esclarecimento Técnico

Profundidade de imersão mínimo: 65cm

Pedimos que aceitem equipamentos com 61cm de profundidade. Esse valor foi desenvolvido para acomodar diversos tipos de pacientes e mesas cirúrgicas podendo movimentar o arco facilmente para as aquisições que forem necessárias

Capacidade térmico do ânodo mínimo: 100KHU

Pedimos que aceitem equipamentos com capacidade térmica de 50KHU, o valor pedido de 100KHU nenhuma empresa consegue atender com um equipamento de potência de 2,3kW requisitada no edital. O valor de 50KHU é compatível com a potência do equipamento e com os procedimentos clínicos solicitados

Fluoroscopia com capacidade para atingir até 110KV com no mínimo 8mA

Pedimos que aceitem equipamentos com corrente de fluoroscopia de 7,2mA. A diferença de 0,8mA não irá representar perdas significativas uma vez que nosso equipamento possui intensificador com maior sensibilidade requisitando menos radiação para formação da imagem.

A corrente de 7,2mA irá acomodar os procedimentos clínicos sem prejuízos além de permitir participação de mais empresas no certame

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail anelisa.coelho@philips.com

Atenciosamente,

Varginha, 03 de fevereiro de 2021.



AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES PHILIPS MEDICAL