



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

**FW: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO**

2 mensagens

**Coelho, Anelisa Gomes** <Anelisa.Coelho@philips.com>  
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>  
Cc: "Borges, Sonia" <Sonia.Borges@philips.com>

27 de janeiro de 2021 08:57

Estimada Comissão, bom dia!

Cumprimentando-os, venho respeitosamente reitar o pedido de esclarecimentos enviado tempestivamente em 25/01/2021.

Sem mais para o momento, colocando-me à disposição, renovo votos de estima e elevada consideração.

Cordialmente / Kind regards,

**Anelisa Gomes Coelho**

Analista de Licitações

Global Business Service (GBS)

Philips Medical System

Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B6 - Parte B

Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG

Telefone: +55 35 3219-7087

E-mail: [anelisa.coelho@philips.com](mailto:anelisa.coelho@philips.com)

Conecte-se com a Philips



---

**From:** Coelho, Anelisa Gomes  
**Sent:** segunda-feira, 25 de janeiro de 2021 13:47  
**To:** [sigma.supel@gmail.com](mailto:sigma.supel@gmail.com)  
**Cc:** Borges, Sonia <[Sonia.Borges@philips.com](mailto:Sonia.Borges@philips.com)>  
**Subject:** Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO

Estimada Comissão, boa tarde!

Interessados em participar no pleito em referência, vimos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimentos, nos termos do documento anexo.

Colocando-nos a disposição, renovamos votos de estima e elevada consideração.

Cordialmente / Kind regards,

**Anelisa Gomes Coelho**

Analista de Licitações

Global Business Service (GBS)

Philips Medical System

Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B6 - Parte B

Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG

Telefone: +55 35 3219-7087

E-mail: [anelisa.coelho@philips.com](mailto:anelisa.coelho@philips.com)



Conecte-se com a Philips



---

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy all copies of the original message.

----- Mensagem encaminhada -----

From: Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@philips.onmicrosoft.com>

To: "Coelho, Anelisa Gomes" <Anelisa.Coelho@philips.com>

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 25 Jan 2021 16:47:39 +0000

Subject: Delivered: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO

### **A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:**

[Borges, Sonia \(Sonia.Borges@philips.com\)](mailto:Sonia.Borges@philips.com)

Assunto: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO

Final-recipient: RFC822; [Sonia.Borges@philips.com](mailto:Sonia.Borges@philips.com)

Action: delivered

Status: 5.4.0

X-Supplementary-Info: <#2.0.0 smtp;250 2.0.0 OK>

X-Display-Name: Borges, Sonia

----- Mensagem encaminhada -----

From: "Coelho, Anelisa Gomes" <Anelisa.Coelho@philips.com>

To: "sigma.supel@maill.com" <sigma.supel@maill.com>

Cc: "Borges, Sonia" <Sonia.Borges@philips.com>

Bcc:

Date: Mon, 25 Jan 2021 16:47:22 +0000

Subject: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO

Estimada Comissão, boa tarde!

Interessados em participar no pleito em referência, vimos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimentos, nos termos do documento anexo.

Colocando-nos a disposição, renovamos votos de estima e elevada consideração.

Cordialmente / Kind regards,

**Anelisa Gomes Coelho**

Analista de Licitações

Global Business Service (GBS)

Philips Medical System

Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B6 - Parte B

Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – Varginha/MG

Telefone: +55 35 3219-7087

E-mail: [anelisa.coelho@philips.com](mailto:anelisa.coelho@philips.com)



Conecte-se com a Philips



---

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy all copies of the original message.

---

#### 4 anexos



**013 - Pedido de esclarecimento - SUPEL RO - PE 797.2021 - US.pdf**  
473K



**013 - Pedido de esclarecimento - SUPEL RO - PE 797.2021 - US.pdf**  
473K



**Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO.eml**  
686K



**Delivered: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO.eml**  
691K

---

**EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA** <sigma.supel@gmail.com>

27 de janeiro de 2021 09:47

Para: "Coelho, Anelisa Gomes" <Anelisa.Coelho@philips.com>

Atestamos o recebimento e informamos que o documento foi remetido ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para análise e resposta

Atenciosamente

27/01/2021

Gmail - FW: Pedido de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico 797/2020 - SUPEL RO

**Nilseia Ketes Costa**  
**Pregoeira**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

Superintendência Estadual  
de Licitações



**RONDÔNIA**  
Governho do Estado

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – ESTADO DE RONDÔNIA

Assunto: Pedido de Esclarecimento

PREGÃO ELETRÔNICO 797/2020

**PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**, CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo.

Necessita-se a adequação do descritivo técnico do equipamento de ultrassom, uma vez que nem mesmo transdutores estão sendo solicitados, algo que pode prejudicar o andamento do certame e a aquisição de um equipamento de acordo com a necessidade clínica.

E ainda:

**“2.2.2 O prazo para substituição das peças danificadas que estejam dentro do prazo de garantia será de até 7 (sete) dias;”**


Algumas peças podem ser passíveis de importação e o processo por não depender somente da Philips, pode ultrapassar alguns dias. Atrasos com esse motivo, em um prazo de até 15 dias podem ser justificados?

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail [anelisa.coelho@philips.com](mailto:anelisa.coelho@philips.com)

Atenciosamente,

Varginha, 25 de janeiro de 2021.



**AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA**  
**LICITAÇÕES PHILIPS MEDICAL**