



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

RE: EXT: PE 797/2020 - SUPEL

4 mensagens

Neto, Jaime (GE Healthcare) <jaime.neto@ge.com>
Para: EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

3 de fevereiro de 2021 06:33

Bom dia a todos!

Em análise ao novo descritivo, gostaria de solicitar uma atenção especial a alguns pontos para esclarecimento.

1 - No descritivo onde se Lê: "Aquecedor de gel acoplado ao equipamento." . Solicitamos considerar : Aquecedor acoplado ao equipamento ou externo.

2 - No descritivo onde se dá as informações de transdutores (sondas) considerar a variação +1/-1Mhz para as frequências. Esta variação não trará nenhum impacto negativo a realização de exames ou até mesmo diminuição de qualidade de imagem, e ermitirá que mais concorrentes participem do certame.

3 - No descritivo é solicitado MACA. Gostaríamos se solicitar a retirada deste item, uma vez que NENHUM fabricante de equipamentos tem no portfólio de fabricação este item, e a GE não tem HOMOLOGADO um fornecedor para tal item, estando esta solicitação mantida aredito que algumas marcas que participam diretamente do certame como FABRICANTE não vão estar presentes, considerando assim apenas as empresas que trabalham de forma a representar e/ou distribuir equipamentos de ultrassom, oque geralmente traz um custo maior aos equipamentos.

Certo a apreciação , desde já agradeço. Reforçamos que a GE HEALTHCARE, tem total interesse em participar do certame e torna-lo economicamente mais efetivo ao órgão e os 3 pontos levantados são de fácil resolução e se acatados não vão trazer impactos negativos ao processo do certame!

Abraços!

Jaime Santana Neto

Consultor de vendas - Ultrassom

Minas Gerais

GE Healthcare

| M +55 34 99819 3276

Av. Magalhães de Castro, 4.800 - 12º andar

Cidade Jardim Corporate Center – Continental Tower

São Paulo, SP – CEP 04533-085 – Brasil

General Eletric do Brasil Ltda



From: EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Sent: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 12:51

Subject: EXT: PE 797/2020 - SUPEL

Bom dia senhor licitante.

Informamos que devido às divergências entre o descritivo contido no TR e no Edital, realizamos as devidas correções conforme adendo modificador que segue em anexo.

As alterações já estão disponíveis no sistema COMPRASNET e site da SUPEL.

Atenciosamente

Marina D. de M. Taufmann

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

Para: "Neto, Jaime (GE Healthcare)" <jaime.neto@ge.com>

3 de fevereiro de 2021 08:17

As alterações necessárias já foram realizadas pela equipe técnica responsável pela elaboração do termo de referência.

Os produtos/marcas ofertadas serão analisadas após a fase de lances sendo sempre considerado produtos/equipamentos de natureza superior ao exigido.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Neto, Jaime (GE Healthcare) <jaime.neto@ge.com>
Para: EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

3 de fevereiro de 2021 08:23

Bom dia!

Isso quer dizer que as solicitações enviadas, não serão atendidas?

Caso positivo, a GE não participará, pois não temos condições de atender ao descritivo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>
Para: "Neto, Jaime (GE Healthcare)" <jaime.neto@ge.com>

3 de fevereiro de 2021 11:01

Vamos encaminhar sua solicitação para a Unidade requisitante para deliberação a respeito.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL