



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE - 797 - 2020 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL - PORTO VELHO - RO - UL

2 mensagens

Jairo Palma <jairo.palma@br.medical.canon>
Para: "sigma.supel@gmail.com" <sigma.supel@gmail.com>
Cc: Concorrencia <concorrencia@br.medical.canon>

4 de fevereiro de 2021 19:11

Prezados, boa tarde!

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54**, vem tempestivamente, solicitar **ESCLARECIMENTO do Edital, ITEM 01 – APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de esclarecer alguns pontos, para que todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

- **ANALISE DO TERMO DE REFERÊNCIA:**

Onde se lê: mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores

- **Alterar ou Permitir:** mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica
- **Justificativa:** Entendemos que essa exigência apenas barra a participação de mais empresas, sem gerar benefícios clínicos ou de operação aparentes. Gostaríamos de saber se será aceito **“três portas para transdutores com seleção eletrônica”** sem ocorrer desclassificação, pois permitirá ampla concorrência no certame, gerando economicidade ao erário

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de Esclarecimento da descrição técnica para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Atenciosamente,

Jairo Leiva

Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação

[Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120](#)

P (55 11) 4134-0053 | **M** (55 11) 95079-9235

E jairo.palma@br.medical.canon | **W** br.medical.canon

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA <sigma.supel@gmail.com>
Para: Jairo Palma <jairo.palma@br.medical.canon>

5 de fevereiro de 2021 07:32

Atestamos o recebimento e informamos que o pedido será remetido ao setor responsável pela elaboração do termo de referência.

Atenciosamente

Nilseia Ketes Costa
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Equipe SIGMA/SUPEL

Superintendência Estadual
de Licitações

