



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

PREGÃO ELETRÔNICO: 812/2020/DELTA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.350758/2020-31/SESAU

OBJETO: Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo "EQUIPOS E LINHAS ARTERIAL E VENOSA" - (Materiais Médico-Hospitalares/Penso - Equipo Microgotas, Equipo Macrogotas, Equipo Fotossensível, Cateter Intravenoso Periférico N.º 14, Bolsa Pressórica para Infusão de Líquidos e outros).

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro nomeado na Portaria nº 132/2020/GAB, publicada no DOE do dia 05 de Novembro de 2020, em resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO recebido, vem neste ato esclarecer o que se segue:

Considerando que a questão levantada no pedido de esclarecimento tem sua origem no Termo de Referência, enviamos o pedido, e anexos, via Sei à **SESAU-CAFIINP (0017071625)**, para manifestação, pelo que discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade. As respostas também constam abaixo.

► EMPRESA “A” - TERMOS DA EMPRESA: ZAMMI MEDICAL INNOVATION (0017071534)

Solicitamos esclarecimento conforme abaixo:

- Será Necessário cabos em comodato?
- Qual a quantidade de cabos em comodatos será necessário?

Com referência ao Item 20:

EQUIPO PAM (TRANSDUTOR DE PRESSÃO ARTERIAL OU SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO). KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE: 01 (UM) TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL; 01 (UM) EQUIPO DE SORO SIMPLES; 01 (UM) DISPOSITIVO DE FLUXO CONTÍNUO, 3ML/H; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 120CM; 01 (UM) TUBO DE PRESSÃO COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, 30CM; 02 (DUAS) TORNEIRAS DE 3 VIAS E 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS NÃO PERFURADAS. COMPATÍVEL COM APARELHOS DIXTAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NA ANVISA.

- Quais as quantidades, modelos e marcas dos monitores existentes na Instituição?

“Para podermos participar deste certame com um valor adequado, solicitamos a confirmação exata da quantidade de cabos para comodato na Instituição.”

► RESPOSTAS DA SESAU-CAFIINP

Atualmente temos em estoque o TRANSDUTOR DESCARTÁVEL KMP, Código:7004 da marca ZAMMI, e até o momento nenhuma unidade de saúde solicitou "cabos em regime comodato". Sendo assim fica valendo o descritivo do edital e seu respectivo quantitativo sem comodato.

Atenciosamente.

Cirlene de Fátima Rossi

Assessor(a)

Tendo em vista o resultado da análise quanto ao pedido de esclarecimento, informamos que prevalecem inalteradas todas as cláusulas do edital, e em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, **fica mantido o prazo inicialmente estabelecido**, conforme abaixo:

DATA: 07/04/2021 às 09h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio através dos telefones (69) 3212-9265 ou pelo email: delta.supel@gmail.com.

Porto Velho, 01 de Abril de 2021.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS

Pregoeira/Delta/SUPEL

MAT. 300148746



Documento assinado eletronicamente por **Fabíola Menegasso Dias, Pregoeiro(a)**, em 01/04/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017098348** e o código CRC **FAD29EEB**.