



Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

DESPACHO

De: IDARON-GIPOA

Para: SUPEL-BETA

Processo Nº: 0015.101611/2020-67

Assunto: **Análise e Parecer da compatibilidade dos objetos ofertados**

Senhor(a),

Realizamos a análise das propostas (IDs: **0016512375, 0016512531, 0016513733, 0016514031, 0016514339, 0016514757 e 0016514804**), em comparação com a Lista de Materiais Técnicos (ID: **0010590165**) e Relação de Itens (ID: **0016266850**).

Produzimos a planilha a baixo, contendo todos os equipamentos, comentários a respeito das especificações técnicas e a avaliação dos produtos se atende as necessidades dessa Gerência de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal - GIPOA.

ANÁLISE DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GIPOA – 02/2021 - (ID: 0017694368)

Empresa	item	Produto apresentado	Marca	Modelo	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO
FORMIS	1	MEDIDOR DE pH (AKSO	AK90	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	O equipamento apresenta especificações que atendem às necessidades elencadas no termo de referência, porém, não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/) informações sobre o certificado de calibração.	Aceitável, desde que apresente o Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)

FORMIS	5	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO (-50 ~ 380°C) COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	AKSO	TI38	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	O equipamento apresenta especificações que atendem às necessidades elencadas no termo de referência, porém, não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/) informações sobre o certificado de calibração.	Aceitável, desde que apresente o Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)
FORMIS	6	TERMOMETRO DIGITAL COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	FORMIS	FOR-200	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	Referência de modelo, fabricante, especificações e certificado de calibração não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/) para comparação com o termo de referência.	Não conforme/Proposta recusada
FORMIS	7	TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	FORMIS 20 500,00 10.000,00	FOR-650	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00	Referência de modelo, fabricante, especificações e certificado de calibração não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/) para comparação com o termo de referência.	Não conforme/Proposta recusada
FORMIS	8	MEDIDOR DE CLORO LIVRE, TOTAL E PH COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	AKSO	MI411	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	O equipamento apresenta especificações que atendem às necessidades elencadas no termo de referência, porém, não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/) informações sobre o certificado de calibração.	Aceitável, desde que apresente o Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)
FORMIS	9	LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 0 A 200000 LUX COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	INSTRUTHERM	ITLD270	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	Referência de modelo, fabricante, especificações e certificado de calibração não encontrados no site da empresa (https://www.formis.com.br/loja/busca.php?loja=632258&palavra_busca=luximetro) e do fabricante (https://www.instrutherm.com.br/catalogsearch/result/?q=luximetro) para comparação com o termo de referência.	Não conforme/Proposta recusada
FLOPTECH	1	pHmetro AT 315 SP Microprocessado C/	ALFAKIT/ ALFAKIT	AT 315 SP	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	O equipamento apresenta especificações que atendem às necessidades elencadas no termo de referência,	Aceitável, desde que apresente

		Temperatura	EIRELI					porém, no site da empresa (https://www.floptech.com.br/phmetro-at-315-sp-microprocessado-cod-6425/1/) informam que o certificado de calibração e sonda para compensação e leitura de temperatura são opcionais.	sonda para pH, sonda para compensação e leitura de temperatura e Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)
FLOPTECH	8	Medidor de Cloro II Microprocessado	ALFAKIT/ ALFAKIT EIRELI	II	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	No site da empresa (https://www.floptech.com.br/medidor-de-cloro-ii-microprocessado-c-memoria-cod-6226/1/), não informa se o aparelho faz medições de cloro livre e cloro total e apresenta certificado de calibração como opcional.	Não conforme/Proposta recusada
MDD COMÉRCIO E SERVIÇOS	9	LUXÍMETRO DIGITAL ATÉ 50.000 LUX -	HLX-881	HIKARI	5	R\$ 207,00	R\$ 1.035,00	O equipamento apresenta especificações que atendem as necessidades apresentadas no termo de referência, porém, na proposta da empresa não contempla certificado de calibração.	Aceitável, desde que apresente o Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)
CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA	1	TERMÔMETRO PARA MOTOR (pHmetro)	Cucudy	H30493-D	10	R\$ 218,00	R\$ 2.180,00	De acordo com a proposta da empresa, o equipamento faz a compensação automática da temperatura, porém, não informa se faz a indicação dupla de temperatura e pH, não apresenta informações sobre certificado de calibração.	Não conforme /Proposta recusada
Northwest Atacadista	4	Trena Ótica	Milessey	Milessey X5	20	R\$ 173,00	R\$ 3.460,00	A proposta apresentada atende às necessidades elencadas no termo de referência	Conforme/Proposta Aceita
amr Soluções Laboratoriais	1	P h m e t r o	AKSO	AK90	10	R\$ 453,39	R\$ 4.533,90	Não houve apresentação de carta proposta para esse item	Não conforme/Proposta recusada

amr Soluções Laboratoriais	2	Datalogger de Temperatura à Prova D'Água - AK170, Marca AKSO nacional	AKSO	AK170	10	R\$ 924,81	R\$ 9.248,10	O equipamento apresenta especificações que atendem as necessidades elencadas no termo de referência, porém, na proposta da empresa não contempla certificado de calibração.	Aceitável, desde que apresente o Certificado de Calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 (INMETRO/Cgcre)
P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	Trena Eletrônica	Bosch	GLM 250 VF Professional	2	R\$ 3.934,00	R\$ 7.868,00	A proposta apresentada atende às necessidades elencadas no termo de referência. (https://www.bosch-professional.com/br/pt/products/glm-250-vf-0601072100)	Conforme/Proposta aceita

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Margarete Eliane Garbellini Aprigio, Fiscal**, em 05/05/2021, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017634869** e o código CRC **08976AD4**.