



EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

**IMPUGNAÇÃO - PE N°. 213/2021/SIGMA/SUPEL/RO (Proc. 0036.320359/2019-10) -  
EMPRESA: TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA**

2 mensagens

**Marcos - Ger. Comercial TMH-MT** <vendascba@tiradentessaude.com.br>  
Para: sigma.supel@gmail.com

10 de maio de 2021 11:20

Bom dia!!

A/C: NILSEIA KETES COSTA

Pregoeira da equipe SIGMA/SUPEL/RO

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO N°: 213/2021/SIGMA/SUPEL/RO  
- DATA DE ABERTURA: 18 de maio de 2021 - HORÁRIO: às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)  
- 2.1. Do Objeto: Registro de Preços visando à futura, eventual aquisição de materiais de consumo (Películas de Raio-X analógico, Películas de Raio-X digital, revelador, fixador e outros), com equipamentos por meio de comodato (impressoras a seco - DRY e nobreak), visando atender as Unidades de Saúde do Estado.

Segue em anexo IMPUGNAÇÃO DETALHADA.

Favor confirmar recebimento!!

Atenciosamente,

**Marcos José de Assis**

Gerente Comercial - Filial MT

Celular: +55 65 99218-6512

Fone: (65) 3621-4030 - 0800 62 8900

Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 488,

Báú, Cuiabá/MT CEP: 78.008-000

Site: [www.tiradentessaude.com.br](http://www.tiradentessaude.com.br) Impugnacao-Questionamentos - SUPEL (Processo de Filmes com COMODATO).pdf  
971K

EQUIPE DE LICITAÇÕES SIGMA &lt;sigma.supel@gmail.com&gt;

10 de maio de 2021 19:32

Para: "Marcos - Ger. Comercial TMH-MT" &lt;vendascba@tiradentessaude.com.br&gt;

Atestamos o recebimento.

Os questionamentos serão remetidos ao setor responsável para análise e manifestação visto tratar-se de questões técnicas definidas no Termo de Referência.

Atenciosamente

Nilseia Ketes Costa  
Pregoeira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Equipe SIGMA/SUPEL**

Superintendência Estadual  
de Licitações



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



À  
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO  
EQUIPE DE LICITAÇÃO SIGMA

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 213/2021/SIGMA/SUPEL/RO

**OBJETO:** Registro de Preços visando à futura, eventual aquisição de materiais de consumo (Películas de Raio-X analógico, Películas de Raio-X digital, revelador, fixador e outros), com equipamentos por meio de comodato (impressoras a seco - DRY e nobreak), visando atender as Unidades de Saúde do Estado.

**ASSUNTO:** IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.

A empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 01.536.135/0001-39, com sede na Rua 74, n. 152, Centro, Goiânia-GO, CEP: 74.045-020, através de seu representante infra-assinado, vem, tempestivamente, IMPUGNAR o Edital, expondo e requerendo: –

## **I. DA IMPUGNAÇÃO AO ITEM 10 QUANTO AS CARACTERÍSTICAS DAS IMPRESSORAS E NOBREAKS QUE DEVERÃO SER CEDIDAS EM COMODATO.**

Ao analisar o Edital em referência, verifica-se que a descrição do Item 10 contém elementos na especificação técnica que não podem ser atendidos pela maioria das empresas que atuam neste segmento de mercado, prejudicando, assim, o caráter competitivo e igualitário dos certames públicos, conforme se verá a seguir.

## **II - DAS ESPECIFICAÇÕES DAS IMPRESSORAS E NOBREAKS EM COMODATO SOLICITADAS QUANTO AO ITEM 10 EXTRAÍDAS DO EDITAL:**

### **A) Impressoras DRY com uma Bandeja:**

- \* Impressão a seco tipo DRY;
- \* Funcionamento com os filmes/películas para radiologia digitais, cuja compatibilidade seja comprovada através do manual do equipamento.
- \* **14 (quatorze) impressoras com duas bandejas.**
- \* Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento do equipamento;
  
- \* **Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;**
- \* **Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz;**
- \* **Aterramento através do cabo de alimentação;**
- \* **Capacidade da Bandeja de Entrada de 100 a 200 películas por bandeja;**
- \* **Desempenho mínimo de 75 folhas/hora;**
- \* **Protocolo de comunicação DICOM ou compatível com a impressora ofertada;**
- \* **Compatível com filmes/películas de tamanhos: 20x25 cm, 25x30 cm, 28x35 cm, 35x35 cm, 35x43cm;**
- \* **Capacidade de dois tamanhos de filmes/películas on-line;**

**TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.**

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 – CENTRO – CEP 74.045-020 – FONE (62) 3221 8900 – FAX (62) 3212 8550 – CNPJ: 01.536.135/0001-39  
FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS – 202, BLOCO C – LOJA 28 – CEP 70.232-535 – FONE (61) 3225 1020 – FAX (62) 3226 5678 – CNPJ: 01.536.135/0002-10  
FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 – FONE: (65) 3621-4030 – FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

**TELEVENDAS: 0800 62 8900**



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



- \* Compatível com filmes/películas base azul, base transparente.
- \* Resolução de Impressão: Geométrica entre 300 a 350 ppi, Contraste entre 10 a 16 bits

## **B) Impressoras DRY com duas Bandejas:**

- \* Impressão a seco tipo DRY;
- \* Funcionamento com os filmes/películas para radiologia digitais, cuja compatibilidade seja comprovada através do manual do equipamento.
- \* **14 (quatorze) impressoras com duas bandejas.**
- \* Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento do equipamento;
- \* **Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;**
- \* **Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz;**
- \* Aterramento através do cabo de alimentação;
- \* Capacidade da Bandeja de Entrada de 100 a 200 películas por bandeja;
- \* **Desempenho mínimo de 75 folhas/hora;**

- \* Protocolo de comunicação DICOM ou compatível com a impressora ofertada;
- \* Compatível com filmes/películas de tamanhos: 20x25 cm, 25x30 cm, 28x35 cm, 35x35 cm, 35x43cm;
- \* Capacidade de dois tamanhos de filmes/películas on-line;
- \* Compatível com filmes/películas base azul, base transparente.
- \* Resolução de Impressão: Geométrica entre 300 a 350 ppi, Contraste entre 10 a 16 bits

## **C) Impressoras DRY com três Bandejas:**

- \* Impressão a seco tipo DRY;
- \* Funcionamento com os filmes/películas para radiologia digitais, cuja compatibilidade seja comprovada através do manual do equipamento.
- \* **6 (seis) impressoras com 3 bandejas;**
- \* Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento do equipamento;
- \* **Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;**
- \* **Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz;**
- \* Aterramento através do cabo de alimentação;
- \* Capacidade da Bandeja de Entrada de 100 a 200 películas por bandeja;
- \* **Desempenho mínimo de 75 folhas/hora;**
- \* Protocolo de comunicação DICOM ou compatível com a impressora ofertada;
- \* Compatível com filmes/películas de tamanhos: 20x25 cm, 25x30 cm, 28x35 cm, 35x35 cm, 35x43cm;
- \* Capacidade de três tamanhos de filmes/películas on-line;
- \* Compatível com filmes/películas base azul, base transparente, mammo;
- \* Resolução de Impressão: Geométrica entre 480 a 530 ppi, Contraste entre 10 a 16 bits.

## **D) Nobreak:**

- \* **Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;**
- \* Aterramento através do cabo de alimentação;

**TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.**

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 - CENTRO - CEP 74.045-020 - FONE (62) 3221 8900 - FAX (62) 3212 8550 - CNPJ: 01.536.135/0001-39

FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP 70.232-535 - FONE (61) 3225 1020 - FAX (62) 3226 5678 - CNPJ: 01.536.135/0002-10

FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 - FONE: (65) 3621-4030 - FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

**TELEVENDAS: 0800 62 8900**

Página 02 de 06



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



- \* Potencia nominal mínima de **3500 KVA**;
- \* 6 a 8 tomadas
- \* Tensão de bateria entre 12 a 14V;

### III - DAS INCOERÊNCIAS QUE RESTRIGEM A AMPLA PARTICIPAÇÃO NO LOTE 10.

#### Alterações Solicitadas:

##### A) Quanto as impressoras de 1 bandeja:

Onde se lê: "14 (quatorze) impressoras com duas bandejas"

Alterar para: " 08 (oito) impressoras com uma bandeja"

Motivo: *Pois este é o correto quantitativo e tipo de impressora relacionado na tabela descrita no item 23.8 do edital.*

Onde se lê: "Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;

Onde se lê: "Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz"

Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois se tratando de comodato e com a exigência de fornecimento de nobreak para utilização junto a impressora. Não a necessidade de que a impressora seja bivolt e sim que o nobreak esteja adequado a tensão e utilização junto a impressora.*

Onde se lê: "Desempenho mínimo de 75 folhas/hora"

Alterar para: "Desempenho mínimo de 40 folhas/hora no tamanho 35x43 cm"

Retirar/motivo/exclarecimento: *Como não é informado qual tamanho deverá ser utilizado como referência de desempenho a alteração apresentada está utilizando o parâmetro de velocidade por hora e tamanho de filme padrão exigido em diversas licitações para este tipo de equipamento e que propiciará uma maior participação de licitantes no certame. Lembramos que, quanto menor o tamanho do filme, maior a velocidade de processamento de folhas/hora.*

Onde se lê: "Compatível com filmes/películas de tamanhos: 20x25 cm, 25x30 cm, 28x35 cm, 35x35 cm, 35x43cm"

Alterar para: "Compatível com filmes/películas de tamanhos: 20x25 cm, 25x30 cm, 28x35 cm, 35x43cm"

Retirar/motivo/exclarecimento: *O tamanho de filme 35x35 nem foi solicitado no processo;*

Onde se lê: "Capacidade de dois tamanhos de filmes/películas on-line"

Alterar para: "Capacidade de um tamanho de filme/película on-line"

Retirar/motivo/exclarecimento: *Esta alteração se faz necessária pois trata-se de solicitação de equipamento de 1 bandeja, ou seja, que possui a capacidade de apenas 01(um) tamanho de filme/película on-line;*

##### B) Quanto as impressoras de 2 bandejas:

Onde se lê: "14 (quatorze) impressoras com duas bandejas"

Alterar para: " 11 (onze) impressoras com duas bandejas"

**TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.**

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 - CENTRO - CEP 74.045-020 - FONE (62) 3221 8900 - FAX (62) 3212 8550 - CNPJ: 01.536.135/0001-39  
FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP 70.232-535 - FONE (61) 3225 1020 - FAX (62) 3226 5678 - CNPJ: 01.536.135/0002-10  
FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 - FONE: (65) 3621-4030 - FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

**TELEVENDAS: 0800 62 8900**



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois este é o correto quantitativo e tipo de impressora relacionado na tabela descrita no item 23.8 do edital;*

Onde se lê: “Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;

Onde se lê: “Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz”

Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois se tratando de comodato e com a exigência de fornecimento de nobreak para utilização junto a impressora. Não a necessidade de que a impressora seja bivolt e sim que o nobreak esteja adequado a tensão e utilização junto a impressora;*

Onde se lê: “Desempenho mínimo de 75 folhas/hora”

Alterar para: “Desempenho mínimo de 65 folhas/hora no tamanho 35x43 cm”

Retirar/motivo/exclarecimento: *Como não é informado qual tamanho deverá ser utilizado como referência de desempenho a alteração apresentada está utilizando o parâmetro de velocidade por hora e tamanho de filme padrão exigido em diversas licitações para este tipo de equipamento e que propiciará uma maior participação de licitantes no certame. Lembramos que, quanto menor o tamanho do filme, maior a velocidade de processamento de folhas/hora.*

## C) Quanto as impressoras de 3 bandejas:

Onde se lê: “6 (seis) impressoras com três bandejas”

Alterar para: “ 3 (três) impressoras com três bandejas”

Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois este é o correto quantitativo e tipo de impressora relacionado na tabela descrita no item 23.8 do edital;*

Onde se lê: “Tensão de alimentação elétrica bi-volts na faixa de 110 - 240 V ou sistema bivolt automático de tensão;

Onde se lê: “Frequência de alimentação: 50 - 60 Hz”

Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois se tratando de comodato e com a exigência de fornecimento de nobreak para utilização junto a impressora. Não a necessidade de que a impressora seja bivolt e sim que o nobreak esteja adequado a tensão e utilização junto a impressora;*

Onde se lê: “Desempenho mínimo de 75 folhas/hora”

Alterar para: “Desempenho mínimo de 150 folhas/hora no tamanho 35x43 cm”

Retirar/motivo/exclarecimento: *Como não é informado qual tamanho deverá ser utilizado como referência de desempenho a alteração apresentada está utilizando o parâmetro de velocidade por hora e tamanho de filme padrão exigido em diversas licitações para este tipo de equipamento e que propiciará uma maior participação de licitantes no certame. Lembramos que, quanto menor o tamanho do filme, maior a velocidade de processamento de folhas/hora.*

## D) Quanto aos nobreaks:

Onde se lê: nobreak de 3.500 KVA (especificação mínima);

Onde se lê: “Nobreak compatível com a impressora ofertada, conforme normas exigida pelo fabricante da impressora”.

Retirar/motivo/exclarecimento: *Pois se tratando de fornecimento em comodato e que o nobreak será utilizado nas impressoras a serem cedidas, não a necessidade de que o nobreak seja bivolt ou mesmo a exigência de potência mínima, pois cada*

**TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.**

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 - CENTRO - CEP 74.045-020 - FONE (62) 3221 8900 - FAX (62) 3212 8550 - CNPJ: 01.536.135/0001-39

FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP 70.232-535 - FONE (61) 3225 1020 - FAX (62) 3226 5678 - CNPJ: 01.536.135/0002-10

FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 - FONE: (65) 3621-4030 - FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

**TELEVENDAS: 0800 62 8900**

Página 04 de 06



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



*tipo de impressora exige uma determinada potência adequada para o seu funcionamento. Mediante isso, recomendamos que seja solicitado que os nobreaks ofertados sejam adequados a tensão local e de acordo para utilização nas impressoras fornecidas.*

#### IV - DO PEDIDO DE DESCLARECIMENTO

##### **O que consta no item 23.1 do edital:**

23.1 - Registra-se que os interessados/licitantes que arrematarem e consequentemente registrarem preço para os filmes/películas de raio-x digital deverão proceder a entrega em comodato dos seguintes produtos/equipamentos:

- I - 8 (oito) impressoras tipo 1 bandeja;
- II - 11 (onze) impressoras tipo 2 bandejas;
- III - 3 (três) impressoras tipo 3 bandejas (impressão radiográficas)
- IV - 20 (vinte) nobreak de 3.500 KVA (especificação mínima);

O que consta no item 23.8 do edital quanto a relação dos equipamentos/produtos que deverão ser dispostos por unidade de saúde:

22 - Unidades - NOBREAK 3.500 kva (especificação mínima) para proteção elétrica das impressoras em uso.

*Mediante dos fatos apresentados, vimos através de esclarecimento e a título de informação, verificar junto ao órgão quanto o real quantitativo solicitado referente aos nobreaks? 20 ou 22 unidades? Lembrando que pelo quantitativo de impressoras a real solicitação deverá ser de 22 unidades.*

#### V- DO DIREITO

Transcrevemos abaixo, dispositivo da Lei 8.666/93 que fundamenta o explanado, tendo em vista a maior participação de licitantes e consequentes benefícios para o Município de Taquari / MT mediante a aquisição de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Parágrafo 1.º “É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. (negritos nossos).

#### TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 – CENTRO – CEP 74.045-020 – FONE (62) 3221 8900 – FAX (62) 3212 8550 – CNPJ: 01.536.135/0001-39  
FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS – 202, BLOCO C – LOJA 28 – CEP 70.232-535 – FONE (61) 3225 1020 – FAX (62) 3226 5678 – CNPJ: 01.536.135/0002-10  
FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 – FONE: (65) 3621-4030 – FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

TELEVENDAS: 0800 62 8900



# TIRADENTES®

PRODUTOS PARA A SAÚDE



## VI- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, respeitavelmente, solicitamos:

A) Seja retificado a especificações exigidas para os equipamentos ofertados em comodato. Para uma ampla participação de empresas/fabricantes no certame. Propiciando assim a SUPEL, a análise de todas as propostas e a escolha da mais vantajosa.

B) Que seja esclarecido o real quantitativo exigido para os nobreaks a serem fornecidos por comodato.

Pede e espera deferimento.

Goiânia - GO, 10 de maio de 2021

  
Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.

Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.  
Marcos José de Assis - Procurador  
CI nº. 3028401-5 - SESP/MT  
CPF nº. 690.666.201-53

01 536 135/0001 - 39

Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda

Rua 74 nº. 152 - Centro  
CEP 74.045-020

GOIÂNIA - GO

**TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.**

MATRIZ GOIÂNIA-GO: RUA 74 Nº 152 - CENTRO - CEP 74.045-020 - FONE (62) 3221 8900 - FAX (62) 3212 8550 - CNPJ: 01.536.135/0001-39  
FILIAL: BRASÍLIA-DF: SHCS - 202, BLOCO C - LOJA 28 - CEP 70.232-535 - FONE (61) 3225 1020 - FAX (62) 3226 5678 - CNPJ: 01.536.135/0002-10  
FILIAL: CUIABÁ-MT: RUA VILA MARIA N. 343, BAÚ, 78.008-060 - FONE: (65) 3621-4030 - FAX (65) 3621-6655 - CNPJ: 01.536.135/0005-62

**TELEVENDAS: 0800 62 8900**