

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**  
**Equipe de licitação KAPPA**

**TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0028.403399/2019-19**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/2021/KAPPA/SUPEL/RO**

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos (Fotômetro Portátil para Cloro Livre e Total e outros), visando atender o Laboratório de Análise Ambiental - LAA, a pedido da SEDAM.

**DA ADMISSIBILIDADE**

O pedido da empresa **XXXX**, fora encaminhado, via e-mail, no dia **23/06/2021**, nesse sentido considerando que a sessão inaugural estar agendada para o dia **01/07/2021 às 10 horas** (horário de Brasília), informamos, portanto, que resta recebido e conhecido ambos pedidos por reunirem as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo ele **tempestivo**.

**DOS QUESTIONAMENTOS**

**QUESTIONAMENTO 1** – Solicitamos esclarecimentos para o item 06:

- Não fica claro no edital, se a instalação e treinamento é exigida para este item.

Caso seja, visto tratar-se de equipamento de fácil instalação e utilização (basta tirar da caixa e colocar na tomada), a exigência de instalação e treinamento acarretará em um custo adicional desnecessário para a instituição.

Quando falamos em um custo adicional desnecessário, estamos nos reportando a gastos de passagem aérea, técnico e alimentação.

Por isso insistimos em saber se realmente seria necessário exigência de instalação e treinamento, visto que a permanência desta exigência acaba por restringir a participação de fornecedores não locais, infringindo assim o princípio da ampla concorrência, beneficiando somente fornecedores locais que não terão estes custos de deslocamento até o órgão.

Temos como sugestão que aceitem treinamento e instalação via acesso remoto (o que não trará despesas para ambas as partes) tendo em vista o momento que estamos atravessando com a pandemia da COVID 19. Diversos órgãos estão aceitando essa opção que além de reduzir custos, preserva o contato das pessoas nesse momento de pandemia e não acarreta prejuízo algum ao órgão visto atendimento remoto.

**QUESTIONAMENTO 2** – É solicitado diafragma com marcação de posição de guia 4, 10, 40, 60 e 100, porém no descritivo não é reportado a quantidade de objetivas, para este equipamento e nem quais objetivas serão necessárias, é solicitado revólver quádruplo ou quártuplo, haja vista a existência de exigência de diafragma com guia 4, 10, 40, 60 e 100.

**DAS RESPOSTAS.**

**RESPOSTA SEDAM AO QUESTIONAMENTO 1**

**Resposta ao questionamento 1:** informo que não será necessário instalação que demande ao técnico responsável do item 6, **Medidor de Condutividade Elétrica de Bancada**.

**Resposta ao questionamento 2:** Informo são 5 (cinco) objetivas contendo os respectivos diafragmas com marcação de posição de guia para os valores 4x (quatro)/0.10, 10x (dez)/0.25, 40x

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**  
**Equipe de licitação KAPPA**

(quarenta)/0.65, 60x (sessenta)/0.58 e 100x (cem)/1.25 microscopicamente do item 7, **Microscópio Binocular Ótico.**

**DA DECISÃO**

Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários através do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho, 30 de junho de 2021.

**IZAURA TAUFMANN FERREIRA**  
**Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL/RO**