



Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

DESPACHO

De: AGEVISA-NRB

Para: NMC/GTAF

Processo Nº: 0002.112118/2021-01

Assunto: Análise técnico

Senhor(a),

Em referência a análise de compatibilidade dos objetos ofertados pelas empresas participantes desse processo licitatório, temos a informar que todas tem compatibilidade, porém o diferencial é que a empresa NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, pregão 2962021, apresentou seringas hipodérmicas de uso único para uso manual que podem possuir bico do tipo Luer Lock, ou seja, bico rosca ou Luer Slip, bico liso . Sendo que na vacinação antirrábica de cães e gatos a preferência é a utilização da seringa do bico Luer Lock para evitar a desconexão da agulha com o corpo da seringa no ato da aplicação do imunobiológico, consequentemente evitando a perda de vacinas e seringas agulhadas.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Ana de Nazare Silva do Nascimento, Chefe de Núcleo**, em 09/06/2021, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CESARINO JUNIOR LIMA APRIGIO, Técnico**, em 09/06/2021, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018456233** e o código CRC **EB8A25FC**.



Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia - AGEVISA

DESPACHO

De: AGEVISA-NRB

Para: NMC/GTAF

Processo Nº: 0002.112118/2021-01

Assunto: **Certificação de conformidade técnica**

Senhor(a),

Em complementação ao despacho (0018456233), esclarecemos que o produto ofertado pela empresa NRX MEDICAL SYSTEMS COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS MANU, através da proposta (0018428706) onde apresentou o menor valor unitário para os itens 1 e 2 (R\$ 0,54), atende todos os requisitos e critérios técnicos elencados pelo edital, sendo suficientes à aplicação que se pretende.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Ana de Nazare Silva do Nascimento, Chefe de Núcleo**, em 10/06/2021, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CESARINO JUNIOR LIMA APRIGIO, Gerente**, em 10/06/2021, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018488873** e o código CRC **1688F767**.