



Policlínica Oswaldo Cruz - POC

DESPACHO

De: **Núcleo de Oftalmologia- NOFTAL**

Para: **Equipe de Licitações DELTA/SUPEL/RO**

Processo Nº: 0036.090020/2018-94

**Assunto: Análise Técnico do Núcleo de Oftalmologia -SESAU.**

Senhora Pregoeira,

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, venho através deste, tratar do parecer técnico referente ao processo de aquisição de materiais de consumo para atender o Banco de Olhos de Rondônia – BORO e o Serviço de Transplantes de Tecidos Oculares do Hospital de Base “Dr. Ary Pinheiro” pelo período de 12 (doze) meses, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 333/2021/DELTA/SUPEL/RO.**

2. Após análise da proposta apresentada, passamos a expor conforme abaixo:

EMPRESA: HOSPMED COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ: 18.224.182/0001-40

ANÁLISE DA PROPOSTA

001 Os itens propostos pela empresa **ATENDE** todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 0018768635.

Conforme consta no ANEXO I do PE 333-2021, os itens de 01 a 04 abaixo relacionados com as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
------	---------------

01	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6, características adicionais com sistema aspiração em
----	---

	silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade
02	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.
04	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.

A empresa esta propondo os itens de 01 a 04 com as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.  RMS: 80122640015  MARCA: RUMEX
02	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.  RMS: 80122640015  MARCA: RUMEX
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em

	<p>silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>RMS: 80122640015</p> <p>MARCA: RUMEX</p>
04	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>RMS: 80122640015</p> <p>MARCA: RUMEX</p>

EMPRESA: MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A CNPJ Nº:  
21.998.885/0001-30

#### ANÁLISE DA PROPOSTA

001 Os itens propostos pela empresa **ATENDE** todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 0018768635.

Conforme consta no ANEXO I do PE 333-2021, os itens de 02 a 04 abaixo relacionados com as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
02	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.
04	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo,

componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.

A empresa esta propondo os itens de 02 a 04 com as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
02	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 6,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>Modelo: TVR – Marca: CORONET</p> <p>FABRICANTE: Network medical products limited - inglaterra (Reino Unido)</p> <p>Distribuidor: Mediphacos</p> <p>Procedência: Estrangeira (Inglaterra)</p> <p>ANVISA: 10161020025</p> <p>Embalagem: unitário</p>
03	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>Modelo: TVR – Marca: CORONET</p> <p>FABRICANTE: Network medical products limited - inglaterra (Reino Unido)</p> <p>Distribuidor: Mediphacos</p> <p>Procedência: Estrangeira (Inglaterra)</p> <p>ANVISA: 10161020025</p> <p>Embalagem: unitário</p>
04	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p>

Modelo: TVR – Marca: CORONET

FABRICANTE: Network medical products limited - Inglaterra (Reino Unido)

Distribuidor: Mediphacos

Procedência: Estrangeira (Inglaterra)

ANVISA: 10161020025

Embalagem: unitário

EMPRESA: LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA C.N.P.J.:  
19.859.630/0001-44

### ANÁLISE DA PROPOSTA

001 Os itens propostos pela empresa **ATENDE** todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 0018768635.

Conforme consta no ANEXO I do PE 333-2021, os itens de 03 e 04 abaixo relacionados com as seguintes especificações:

ITEM ESPECIFICAÇÃO	
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.
04	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.

A empresa esta propondo os itens de 03 e 04 com as seguintes especificações:

ITEM ESPECIFICAÇÃO	
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada,

	<p>diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>ANVISA: 80420200061</p> <p>MARCA/ MODELO: SURGISTAR / RECEPTOR</p> <p>FABRICANTE: SURGISTAR INC.</p> <p>PAÍS DE ORIGEM: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</p>
04	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>ANVISA: 80420200061</p> <p>MARCA/ MODELO: SURGISTAR / RECEPTOR</p> <p>FABRICANTE: SURGISTAR INC.</p> <p>PAÍS DE ORIGEM: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</p>

EMPRESA: ASLI COMERCIAL EIRELLI CNPJ: 01.578.276/0001-14							
ANÁLISE DA PROPOSTA							
001	<p>Os itens propostos pela empresa <b>ATENDE</b> todas as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 0018768635.</p> <p>Conforme consta no ANEXO I do PE 333-2021, os itens de 03 e 04 abaixo relacionados com as seguintes especificações:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.	04	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração
ITEM	ESPECIFICAÇÃO						
03	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.						
04	Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração						

em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.

A empresa esta propondo os itens de 03 e 04 com as seguintes especificações:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
03	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>RMS: 80420200074</p> <p>MARCA: SURGISTAR</p> <p>MODELO: 7MM</p> <p>EMBALAGEM: INDIVIDUAL</p> <p>FABRICANTE: SURGISTAR INC. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</p>
04	<p>Trepano cirúrgico, tipo kit de trepanação córnea, á vácuo, componentes lâmina metálica/seringa plástica c/mola acoplada, diâmetro lâmina 7,5, características adicionais com sistema aspiração em silicone ou similar, aplicação transplante de córnea, estéril, descartável, ou similar de melhor qualidade.</p> <p>RMS: 80420200074</p> <p>MARCA: SURGISTAR</p> <p>MODELO: 7,5MM</p> <p>EMBALAGEM: INDIVIDUAL</p> <p>FABRICANTE: SURGISTAR INC. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA</p>

3. Certo de contar com vossa colaboração, colocamo-nos a disposição a eventuais dúvidas que possa vir existir.

Atenciosamente.

Porto Velho, 08 de julho de 2021.

**HIRAN ESPÍNDOLA DE MACÊDO E SILVA GALLO**

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

**RICHAEL MENEZES COSTA**

Coordenador do Núcleo de Oftalmologia-NOFTAL



Documento assinado eletronicamente por **Richael Menezes Costa, Coordenador(a)**, em 12/07/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019164935** e o código CRC **8BEBAC86**.