



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer nº 36/2021/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0036.317759/2020-73						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2021/DELTA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,3 X 8MM (EM POLEGADAS 30G X 5/16") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR)	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDIDO DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDIDO DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
2	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,40 X 13MM (EM POLEGADAS 27G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDIDO DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDIDO DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDIDO DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

3	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,45X13MM (EM POLEGADAS 26G X 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		HOSPFAR INDUSTRIA	SOL-CARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
4	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		HOSPFAR INDUSTRIA	SOL-CARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI

					SOLICITADO	DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
5	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,80 X 25MM (EM POLEGADAS 21G X 1 ") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		HOSPFAR INDUSTRIA	SOL-CARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	UNISSIS	INFORMADO/INAPTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	O PRODUTO OFERTADO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
6	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 25MM (EM POLEGADAS 18G X 1") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	LABOR IMPORT	INFORMADO/INAPTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NÃO APRESENTA O TAMANHO SOLICITADO (1,20X25MM)
7	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,70 X 30MM (EM POLEGADAS 22G X 1 1/4") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE

						VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		HOSPFAR INDUSTRIA	SOL-CARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	LABOR IMPORT	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
8	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 0,80 X 30MM (EM POLEGADAS 21G X 1 1/4") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		HOSPFAR INDUSTRIA	SOL-CARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		SALUTARY	WILTEX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
9	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,20 X 40MM (EM POLEGADAS 18G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST

						E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
10	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, SILICONIZADA 1,60 X 40MM (EM POLEGADAS 16G X 1 1/2") HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA DE BISEL TRIFACETADA, CANHÃO PLÁSTICO, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM CORES DE ACORDO COM O PADRÃO DE CODIFICAÇÃO DO CALIBRE (NBR).	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
11	SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		J R LACERDA	RYMCO	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
12	SERINGA DE 1 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS

	COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.					AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		SALUTARY	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		GOLDEN PLUS	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	RYMCO	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR C SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
13	SERINGA DE 3 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.					

14	SERINGA DE 3 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		GOLDEN PLUS	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		J R LACERDA	PRO CARE	NÃO INFORMADO/INAPTO	EM DESACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO FOLDER EM ANEXO AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE NÃO ENCONTRAMOS A VERSÃO DO PRODUTO (LUER LOCK)
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
15	SERINGA DE 5 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIONUTRI	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		J R LACERDA	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI

				SOLICITADO	DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL	
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
16	SERINGA DE 10 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		BIONUTRI	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		GOLDEN PLUS	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	RYMCO	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		L R DISTRIBUIDORA	MEDIX	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
17	SERINGA DE 20 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER SLIP, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA	Descarpack	INFORMADO/APTO	DE ACORDO	APRESENTOU

		EIRELI			COM O SOLICITADO	PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		GOLDEN PLUS	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	PROCARE	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
18	SERINGA DE 20 ML, SEM AGULHA DESCARTÁVEL, LUER LOCK, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Descarpack	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		GOLDEN PLUS	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	RYMCO	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		J R LACERDA	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL
19	SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, LUER-LOCK ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO , PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL , EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE .	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOST COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.

		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Descarpack	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		CENTRAL MIX	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
20	SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, LUER-SLIP ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Descarpack	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		CENTRAL MIX	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	ADVANTIVE	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUE O PRODUTO EXISTE

					E ATENDE AO SOLICITADO.	
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
21	SERINGA DE 60 ML, SEM AGULHA, DESCARTAVEL, BICO CATETER, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE .	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Descarpack	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		CENTRAL MIX	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		COVAN	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		G F DOS SANTOS EIRELI	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		L R DISTRIBUIDORA	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		SALUTARY	SR	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		STAR COMERCIO	DESCARPACK	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
22	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 0,33X13MM (EM POLEGADAS 29G X 1/2") DESCARTÁVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMBOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QUO O PRODUTO EXISTE E ATENDE AO SOLICITADO.
		A G D DE OLIVEIRA EIRELI	Vacuplast	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
		NRX MEDICAL	Vacuplast	INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

						ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
23	SERINGA LUER LOCK DE 3 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
24	SERINGA LUER LOCK DE 5 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
25	SERINGA LUER LOCK DE 10 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	SR	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. MAS AO CONSULTAR O SITE DO FABRICANTE VERIFICOU-SE QU O PRODUTO EXIST E ATENDE AO SOLICITADO.
26	SERINGA LUER LOCK DE 20 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA 0,70 X 25MM (EM POLEGADAS 22G X 1") DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM A NR 32, ESTERILIZADA, A GÁS OXIDO DE ETILENO, ACIOPACA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CILINDRO RETO SILICONIZADO, PAREDE UNIFORME, COM ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O DESPRENDIMENTO DO EMOLO DO CILINDRO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVE ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	A A SANTOS DISTRIBUIDORA	BD	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL. VERIFICAMOS NO SITE DO FABRICANTE.
		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	RYMCO	NÃO INFORMADO/APTO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	NÃO APRESENTO PROSPECTO/FOLDI DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA

Porto Velho, 20 de julho de 2021.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA
Farmacêutica- CAFII/ SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 21/07/2021, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019405531** e o código CRC **C2339753**.