

Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049518473202064
1.2. Nº Procedimento	PE 00262/2021
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de permanente(VÍDEODUODENOSCÓPIOS ELETRÔNICOS TERAPÊUTICOS) para atender os centros cirúrgicos deste Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	11.386.336/0001-50	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	11.386.336/0001-50	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
1	11.386.336/0001-50	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	NÃO	NÃO	R\$ 547.137,32	R\$ 535.000,00	-2,22%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 547.137,32</b>	<b>R\$ 535.000,00</b>	<b>-2,22%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	18/02/2021 00:00:00	ANÁLISE MATERIAL DO TERMO DE REFERÊNCIA	19/02/2021 00:00:00	1
2	19/02/2021 00:00:00	ENVIADO PARA READEQUAR O TERMO DE REFERENCIA	13/04/2021 00:00:00	53
3	13/04/2021 00:00:00	ANÁLISE MATERIAL DO NOVO TERMO DE REFERÊNCIA	15/04/2021 00:00:00	2
4	15/04/2021 00:00:00	ENVIADO PARA COTAÇÃO	22/04/2021 00:00:00	7
5	22/04/2021 00:00:00	ELABORAÇÃO DE EDITAL	28/04/2021 00:00:00	6
6	28/04/2021 00:00:00	ENVIADO PARA PARECER JURÍDICO	13/05/2021 00:00:00	15
7	13/05/2021 00:00:00	ATENDER AO PARECER	18/05/2021 00:00:00	5
8	18/05/2021 00:00:00	ENVIADO PARA SECRETARIA ATENDER AO PARECER	01/06/2021 00:00:00	14
9	01/06/2021 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÕES	02/06/2021 00:00:00	1
10	02/06/2021 00:00:00	ENVIADO NOVAMENTE PARA ATENDER AO PARECER	28/07/2021 00:00:00	56
11	28/07/2021 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL, CADASTRAMENTO E PUBLICAÇÕES	02/08/2021 00:00:00	5
12	02/08/2021 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA. Abertura dia: 13/08/2021 as 8h30min	13/08/2021 00:00:00	11
13	13/08/2021 00:00:00	ENVIADO PARA ANÁLISE TÉCNICA	16/08/2021 00:00:00	3
14	16/08/2021 00:00:00	FASE DE ACEITAÇÃO. Dia: 18/08/2021	18/08/2021 00:00:00	2
15	17/08/2021 00:00:00	RELATÓRIO FINAL	18/08/2021 00:00:00	1
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 182</b>

## Observações:

\*

Não houve cadastro reserva, pois apenas uma licitante participou do certame.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 18 de agosto de 2021 .

**FABIOLA MENEGASSO DIAS**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300148746

**ROSEANNA NASCIMENTO ALVES DA SILVA**

Equipe Apoio

Matrícula 300171478

**NATHÁLIA VERONEZI RODRIGUES DA SILVA**

Equipe Apoio  
Matrícula 300167750

**IVANIR BARREIRA DE JESUS**

Equipe Apoio  
Matrícula 300138122

**PREGÃO ELETRÔNICO**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão Eletrônico Nº 00262/2021**

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**11.386.336/0001-50 - SALUTE SERVICOS HOSPITALARES EIRELI**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Lenco</u> de tecido	Unidade	2	R\$ 547.137,3200	R\$ 267.500,0000	R\$ 535.000,0000

**Marca:** FUJINON/FUJIFILM

**Fabricante:** FUJINON/FUJIFILM

**Modelo / Versão:** ED-530XT8

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VÍDEODUODENOSCÓPIO ELETRÔNICO TERAPÊUTICO com as seguintes características: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido; botão para congelamento e captura de imagens; corpo de operação leve e com contorno antiderrapante, porém com superfície lisa, minimizando as áreas de retenção de impurezas, otimizando a desinfecção; dotado de capa na ponta distal, removível para melhor esterilização; elevador da pinça hermético, mantendo-o livre de contaminação; botões comutáveis no corpo de operação, que permitem o controle de funções da processadora e/ou equipamentos periféricos; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno glutaraldeído ou ácido peracético; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; sistema de ZOOM ELETRÔNICO; com as seguintes especificações técnicas: TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.550 mm, Comprimento funcional: 1.250 mm, Diâmetro externo: 11.5mm Diâmetro do canal de trabalho: 4.2mm, Diâmetro distal: 13.1 mm. ÓTICA: Visão: Lateral (8º retrovisão); Ângulo de visão (em graus): 100º Profundidade de Campo: 4~60 mm; 01 Guia de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 130 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita: 110 graus, Para esquerda: 90 graus. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Compatível com a processadora Fujinon, modelo EPX-4450, existente no serviço do Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro. Modelo: ED-530XT8 Marca: FujiFilm Procedência: Japão Registro na Anvisa: 10317490094

**Total do Fornecedor: R\$ 535.000,0000**

**Valor Global da Ata: R\$ 535.000,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)