



Equipe Delta SUPEL/ RO <delta.supel@gmail.com>

ESCLARECIMENTOS PE 403/2021

1 mensagem

20 de agosto de 2021 09:33

Para: "delta.supel@gmail.com" <delta.supel@gmail.com>

Prezados Senhores, bom dia!

Visando participação no Pregão Eletrônico 403/2021, vimos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

- ITEM 01: seriam aceitos dialisadores de 1,8m² de área de superfície?

Desde já,

Grata,

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_PE N. 403/2021_SESAU/RO-SUPEL**

1 mensagem

23 de agosto de 2021 09:33

A
RONDÔNIA - GOVERNO DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de Licitação DELTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2021/DELTA/SUPEL/RO
Processo Administrativo nº 0036.023111/2020-39

vem pelo presente solicitar esclarecimentos para oferta de nossos dialisadores conforme abaixo:

Referente ao que se pede nos itens n. 07 e 08 temos:

Item 07: AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 15G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, DOTADA DE **BACK EYE**; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, COM 30MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA, DE COR CREME, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTETOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.
UNIDADE DE REFERÊNCIA: **UNIDADE**

Item 08: AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 17G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE **BACK EYE**; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA, DE COR LARANJA, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTETOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.
UNIDADE DE REFERÊNCIA: **UNIDADE**

Gostaríamos de esta ofertando nossas agulhas abaixo descritas, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VENDIDAS EM EMBALAGEM **DUPLA** afim de podermos participar da licitação acima mencionada.

Seguem abaixo, os descritivos para os referidos itens 07 e 08 que o as possibilidades abaixo:

Item 07: Agulha para punção de fístula arterio venosa com cânula 15G trifacetada, de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor creme, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e dispositivo de segurança para perfurocortantes; embalagem contendo 2 unidades, aprotogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.
UNIDADE DE REFERÊNCIA: **DUPLA**

Item 08: Agulha para punção de fístula arterio venosa com cânula 17G trifacetada, de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor laranja, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e dispositivo de segurança para perfurocortantes; embalagem contendo 2 unidades, aprotogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.
UNIDADE DE REFERÊNCIA: **DUPLA**

Segue também anexo, o catálogo com informações mais completas para vossa avaliação!

Aguardamos vossa análise e resposta para que possamos participar do processo em epígrafe.

Att,

**2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITENS 1 E 2_PE N. 403/2021_SESAU/RO-SUPEL**

1 mensagem

23 de agosto de 2021 16:22

A
RONDÔNIA - GOVERNO DO ESTADO
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
Equipe de Licitação DELTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2021/DELTA/SUPEL/RO
Processo Administrativo nº 0036.023111/2020-39

Referente ao que se pede nos **itens n. 01 e 02** temos:

Item 01: DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 70 A 75 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPÁ, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; **CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA**; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE. .

Item 02: DIALISADOR DE CAPILAR MÉDIO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 35MM OU 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPÁ, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; **CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA**; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

* Nossa linha de **dialisadores ELISIO H** é de **polipropileno** e não de policarbonato, gostaríamos de esta ofertando a linha para participação no certame!

** Lembrando que estamos fornecendo nossos dialisadores a esta Secretaria através do PE N. 601/2020.

Aguardamos vossa análise e resposta para que possamos participar do processo em epígrafe.

Att,

