

Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB

DESPACHO

De: HB-CGTX

Para: Equipe de Licitações DELTA/SUPEL/RO

Processo Nº: 0036.090020/2018-94

Assunto: **Reanálise Técnica**

Senhor(a),

Restituímos os autos em resposta ao Despacho 0019499365, encaminhando parecer técnico (0019830363) realizado por profissionais médicos transplantadores deste serviço, justificando a inviabilidade em aceitar a aquisição dos trépanos em questão. O planejamento adequado da trepanação no transplante de córnea é de fundamental importância para proporcionar uma redução significativa de complicações que podem acometer o paciente no pós-operatório.

Sendo assim, solicitamos que sejam atendidas as especificações quanto aos trépanos serem estéril, a vácuo e descartáveis.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Elessandro Ferreira Dutra, Coordenador(a)**, em 09/08/2021, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GILMARA MARINHO DO NASCIMENTO, Coordenador(a)**, em 09/08/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019593308** e o código CRC **1237C055**.



Coordenação Geral de Transplantes Hospita de Base <coordenacaogtx@gmail.com>

## Fwd: Avaliação técnica dos trépanos para transplante de córnea

1 mensagem

**Central Estadual de Transplantes de Rondônia** <gcetro@gmail.com>

6 de agosto de 2021 09:53

Para: Coordenação Geral de Transplantes Hospita de Base <Coordenacaogtx@gmail.com>

Segue,  
Att  
Renata

### CET-RO

CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTES DE RONDÔNIA



(69) 8491-3262

(69) 3216-5738 (fax) ou 3216-5747

Anexo ao Hospital de Base Dr.º Ary Pinheiro

Av. Gov. Jorge Teixeira, nº3766, Bairro: Industrial, CEP:  
76821-090, Porto Velho/RO

*"Você tem nas mãos a oportunidade  
de salvar vidas, não deixe que ela escape.  
Doe órgãos, Doe Vida, avise sua família"*



Aproxime a câmera do seu celular  
para enviar uma mensagem  
para o Plantão 24h da OPO RO



----- Forwarded message -----

De: **Ivanete Souza** <[ivas2005@hotmail.com](mailto:ivas2005@hotmail.com)>

Date: qui., 5 de ago. de 2021 às 13:37

Subject: Avaliação técnica dos trépanos para transplante de córnea

To: Central Estadual de Transplantes de Rondônia <[gcetro@gmail.com](mailto:gcetro@gmail.com)>

Boa tarde segue parecer técnico da aquisição dos trépanos.

Declaro que os trépanos permanentes não atendem o nosso objetivo , visto que os mesmos perdem o corte e assim prejudicam a trepanação deixando o corte irregular causando altos graus de astigmatismo ao paciente após o transplante de córnea.

Os mesmos não são a vácuo , isto também altera a regularidade do corte e assim causam astigmatismo elevado.

O corte da córnea com trépano à vácuo tem melhor resultado cirúrgico.

Portanto para a cirurgia de transplante de córnea trépanos e punch devem ser descartáveis para um melhor resultado da cirurgia.

Atenciosamente.

dra. Maria Ivanete de Oliveira Souza  
médica transplantadora



EQUIPE TRANSPLANTE CÓRNEA RONDONIA &lt;transplantecornea.ro@gmail.com&gt;

---

**Fwd: Justificativa dos trepanos**

2 mensagens

**Dr. Rodrigo** <rodrigo.oftalmo@hotmail.com>

6 de agosto de 2021 20:34

Para: "transplantecornea.ro@gmail.com" &lt;transplantecornea.ro@gmail.com&gt;

Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada:

**De:** "Dr. Rodrigo" <rodrigo.oftalmo@hotmail.com>**Data:** 6 de agosto de 2021 17:19:38 AMT**Para:** Central de Transplante <gcetro@gmail.com>**Assunto:** Justificativa dos trepanos

Eu, Rodrigo Pascoal Azevedo, médico oftalmologista, CRM: 3281, venho esclarecer algumas duvidas pertinentes ao processo número 0036.090020/2018-94.

Solicitamos o trépano corneano cirúrgico com o componente a vácuo em diversos diâmetros para melhor eficácia em nossas cirurgias oftalmológicas.

O Trepano "permanente" na verdade é reesterilizável e não permanente. A eficácia dos cortes são questionáveis apos serem esterilizáveis por isso, não utilizamos em nossos serviços.

A cirurgia oftalmológica deverá ser minuciosa e com a esterilização dos trépanos o corte torna-se imprecisos podendo ocasionar complicações no intra operatório.

A evolução da medicina nos proporciona melhores resultados cirúrgicos com os trépanos a vácuo com menores complicações.

Eu, como médico, preciso oferecer o que há de mais seguro para o meu paciente e para o cirurgião oftalmologista

Atenciosamente,

Rodrigo Pascoal Azevedo

CRM: 3281

---

**Central Estadual de Transplantes de Rondônia** <gcetro@gmail.com>

9 de agosto de 2021 10:05

Para: EQUIPE TRANSPLANTE CÓRNEA RONDONIA &lt;transplantecornea.ro@gmail.com&gt;

# CET-RO

CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTES DE RONDÔNIA



(69) 8491-3262

(69) 3216-5738 (fax) ou 3216-5747

Anexo ao Hospital de Base Dr.º Ary Pinheiro

Av. Gov. Jorge Teixeira, nº3766, Bairro: Industrial, CEP:  
76821-090, Porto Velho/RO

*"Você tem nas mãos a oportunidade  
de salvar vidas, não deixe que ela escape.  
Doe órgãos, Doe Vida, avise sua família"*



Aproxime a câmera do seu celular  
para enviar uma mensagem  
para o Plantão 24h da OPO RO



[Texto das mensagens anteriores oculto]