



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

EXAME

EXAME DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO I

PREGÃO ELETRÔNICO: 403/2021/DELTA/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0036.023111/2020-39/SESAU

OBJETO: Sistema de Registro de Preços visando à futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de consumo (Materiais Médicos Hospitalares/Penso - Dialisadores, Equipos linha arterial e venosa, Kit cateter, Soluções ácida e básica e outros).

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua pregoeira nomeada nas Portaria nº 132/2020/SUPEL/GAB, publicada no DOE do dia 05 de novembro de 2020 e nº 44/GAB/SUPEL publicada no DOE dia 22 de abril de 2021, em resposta a contestação recebida, vem neste ato esclarecer o que se segue:

Considerando que a questão levantada no pedido de contestação tem sua origem na SAMS e Quadro Estimativo de Preço, enviamos o pedido, e anexos, via Sei à **SESAU-CAFIINP**, para manifestação, pelo que discriminaremos o assunto resumidamente e, em, a resposta dada pela Unidade:

► EMPRESA “A”: ESCLARECIMENTO: (0020119276)

(...)

Visando participação no Pregão Eletrônico 403/2021, vimos, por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

- ITEM 01: seriam aceitos dialisadores de 1,8m² de área de superfície?

► RESPOSTAS DA SESAU-CAFIINP EM FACE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA “A”: (0020193794)

Em resposta, informamos que não é viável a utilização de dialisadores 1,8 M², tendo em vista que as demandas dos serviços da rede de nefrologia é o que está especificado na solicitação abaixo:

Dialisador de capilar alto fluxo uso único: filtro dialisador de fibra oca, de membrana sintética de polietersulfona e/ou polissulfona, com 40µm de espessura; área de **superfície de 1.7 m²**, volume de preenchimento 100-110 ml, coeficiente de ultrafiltração 70 a 75 ml/h/mmHg, comprimento do filtro 271 mm; possui 2 adaptadores laterais com conector tipo hansen macho e 2 conectores de tampa, sendo estes tipo luer lock; câmara externa transparente de policarbonato rígido, acoplamento de fibras de poliuretano, embalagem individual, estéril, apirogênica; etiqueta de identificação com informações de registro anvisa, procedência, orientação de uso e data de validade.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GUEDES
BRANDAO, Coordenador(a)

► EMPRESA "B": ESCLARECIMENTO: (0020152372)

(...) solicitar esclarecimentos para oferta de nossos dialisadores conforme abaixo:

Referente ao que se pede nos itens n. 07 e 08 temos:

Item 07: AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 15G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, DOTADA DE **BACK EYE**; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, COM 30MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA, DE COR CREME, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTETOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.

UNIDADE DE REFERÊNCIA: **UNIDADE**

Item 08: AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE AVF 17G: AGULHA COM CÂNULA 25 MM DE PAREDE ULTRAFINA, SILICONIZADA, COM 30 MM DE COMPRIMENTO, DOTADA DE **BACK EYE**; TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO, DOTADA DE CLAMP DE SEGURANÇA; ASA FIXA, DE COR LARANJA, COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR LUER LOCK COM ROSCA DUPLA; LUER CAP (TAMPA DE PROTEÇÃO ROSQUEADA JUNTO AO LUER LOCK) E PROTECTOR (PROTETOR DA CÂNULA); EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE.

UNIDADE DE REFERÊNCIA: **UNIDADE**

Gostaríamos de esta ofertando nossas agulhas abaixo descritas, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, VENDIDAS EM EMBALAGEM **DUPLA** afim de podermos participar da licitação acima mencionada.

Seguem abaixo, os descritivos para os referidos itens 07 e 08 que o as possibilidades abaixo:

Item 07: Agulha para punção de fístula arterio venosa com cânula 15G trifacetada, de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor creme, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e dispositivo de segurança para perfurocortantes; embalagem contendo 2 unidades, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.

UNIDADE DE REFERÊNCIA: **DUPLA**

Item 08: Agulha para punção de fístula arterio venosa com cânula 17G trifacetada, de parede ultrafina, siliconizada, com 25mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de PVC flexível e macio, com 300mm de comprimento, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor laranja, com trava de segurança; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock), Protector (protetor da cânula) e dispositivo de segurança para perfurocortantes; embalagem contendo 2 unidades, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.

UNIDADE DE REFERÊNCIA: **DUPLA**

► **RESPOSTAS DA SESAUCAFIINP EM FACE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA "B": (0020193794)**

Em tempo, esclarecemos que os itens 07 e 08 possuem na especificação a necessidade de dispositivo de segurança, **podendo a embalagem possuir 01 ou 02 agulhas**, tendo em vista que para puncionar o paciente, utilizamos 02 agulhas para conexão do sistema de diálise. Abaixo a especificação do item no Termo de Referência:

Agulha para punção arterial e venosa para procedimento de hemodiálise AVF 16G : agulha com cânula 25mm de parede ultrafina, siliconizada, com 30mm de comprimento, dotada de back eye; tubulação de pvc flexível e macio, dotada de clamp de segurança; asa fixa, de cor verde, **com trava de segurança**; conector luer lock com rosca dupla; luer cap (tampa de proteção rosqueada junto ao luer lock) e protector (protetor da cânula); embalagem contendo 1 unidade, apirogênica e esterilizada em gás óxido de etileno; etiqueta de identificação com informações de registro ANVISA, procedência e data de validade.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA GUEDES BRANDAO, Coordenador(a)**

► **EMPRESA "C": ESCLARECIMENTO: (0020176402)**

(...) vem pelo presente solicitar esclarecimentos para oferta de nossos dialisadores conforme abaixo:

Referente ao que se pede nos **itens n. 01 e 02** temos:

Item 01: DIALISADOR DE CAPILAR ALTO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 70 A 75 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; **CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA**; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

Item 02: DIALISADOR DE CAPILAR MÉDIO FLUXO USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 35MM OU 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 1.7 M², VOLUME DE PREENCHIMENTO 100-110 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 20 A 25 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 271 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; **CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA**; ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM INFORMAÇÕES DE REGISTRO ANVISA, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO E DATA DE VALIDADE.

* Nossa linha de dialisadores ELISIO H é de polipropileno e não de policarbonato, gostaríamos de esta ofertando a linha para participação no certame!

** Lembrando que estamos fornecemos nossos dialisadores a esta Secretaria através do PE N. 601/2020.

► **RESPOSTAS DA SESAUCAFIINP EM FACE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA "C": (0020193794)**

Em resposta, esclarecemos que poderá ser utilizado o ELISIO H de **polipropileno**, tendo em vista que já fora utilizado anteriormente pelo serviço e não houve objeções por parte das unidades demandantes.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA GUEDES BRANDAO, Coordenador(a)**.

Tendo em vista o resultado da análise quanto ao pedido de esclarecimento, informamos que prevalecem inalteradas todas as cláusulas do edital, e em atendimento ao art. 20 do Decreto Estadual nº. 12.205/06, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, **fica mantido o prazo inicialmente estabelecido**, conforme abaixo:

DATA DA ABERTURA: 27/08/2021 as 09:30H (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio pelos telefones (69) **3212-9265** ou pelo e-mail: delta.supel@gmail.com.

Porto Velho, 25 de agosto de 2021.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL
Mat. 300148746



Documento assinado eletronicamente por **Fabíola Menegasso Dias, Pregoeiro(a)**, em 25/08/2021, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020211758** e o código CRC **C3F686C2**.