



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.350855/2020-23

Assunto: Considerações e resposta frente ao Despacho SUPEL-DELTA (0018605800)

Prezada Senhora Pregoeira,

Ao tempo em que lhes cumprimentamos, vimos pelo presente expediente manifestar nossas considerações e resposta frente ao Despacho SUPEL-DELTA (0018605800).

I - DOS PEDIDOS:

De: SUPEL-DELTA

Para: SESAU-CAFIINP

Processo Nº: 0036.350855/2020-23

Assunto: **ANALISAR E RESPONDER O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2021.**

Senhor(a),

Encaminhamos cópia do pedido de esclarecimentos impetrado por empresa licitante 0018605700, referente ao **pregão eletrônico acima mencionado**, a fim de que seja apreciado e deliberado, haja vista, que as matérias suscitadas pelas licitantes **QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, são de caráter específico do Termo de Referência (especificação dos produtos).

Outrossim, solicitamos que este órgão proceda à análise encaminhando a esta Equipe o relatório contendo os fundamentos do pleito, visando subsidiar resposta as impetrantes com a maior brevidade possível, preferencialmente até o dia 17/06, dia pois a licitação **está com sua abertura marcada para o dia 21/06/2021**, as 08:30 h (RO), e as resposta precisam ser disponibilizadas até no máximo 24 horas antes da abertura.

Caso não seja possível encaminhar a resposta em tempo hábil, favor nos comunicar imediatamente, para que possamos remarcar a nova data da reabertura do certame.

Atenciosamente,

Porto Velho-RO, 16 de junho 2021.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL
Mat. 300148746

II - DAS ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

Relativo aos argumentos aduzidos pela empresa QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA:

Questionamento 01: No item 13 solicita que a fita seja de polipropileno e braços de fixação de polidimetilsiloxano. Será aceito também que a tela seja de polipropileno, monofilamento e macroporoso, com porção sub uretral selada e sem pontas?

Item 1 KIT PARA CIRURGIA DE SLING (INCONTINÊNCIAURINÁRIA, TVT OBTURADOR OU SLINGTRANSOBTURATÓRIO): COMPOSTO DE FITA DEPOLIPROPILENO E BRAÇOS DE FIXAÇÃO DEPOLIDIMETILSILOXANO E DUAS AGULHASHELICOIDAIS (SEMICIRCULARES) PARA INSERÇÃOVIA TRANSOBTURATÓRIA. ESTÉRIL.

Resposta ao questionamento 01:

Sim será aceito. Ao analisar um produto com as características ofertadas por outras marcas no questionamento acima. Verificou-se que são atributos individuais de acabamento do produto de acordo com cada fabricante. Nesse caso o material tem que atender a função a que foi fabricado desde que não traga nenhum prejuízo aos envolvidos no procedimento médico em que ele é utilizado.

Questionamento 02: Neste item é solicitado que o grampo seja com altura ajustável. Para não restringir a participação de empresas que atendam tal produto, porém não possuem altura ajustável, solicito que seja aceito grampeador com altura não ajustável.

Item 03 GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 25 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉCARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL.

Questionamento 03 Neste item é solicitado que o grampo seja com altura ajustável. Para não restringir a participação de empresas que atendam tal produto, porém não possuem altura ajustável, solicito que seja aceito grampeador com altura não ajustável.

Item 04 GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 28 A 29 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉCARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL.

Questionamento 04: Neste item é solicitado que o grampo seja com altura ajustável. Para não restringir a participação de empresas que atendam tal produto, porém não possuem altura ajustável, solicito que seja aceito grampeador com altura não ajustável.

Item 05 GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 31 A 33 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM.

Questionamento 05 Neste item é solicitado que o grampo seja com altura ajustável. Para não restringir a participação de empresas que atendam tal produto, porém não possuem altura ajustável, solicito que seja aceito grampeador com altura não ajustável.

Item 06 GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM

Resposta aos questionamentos 02, 03, 04 e 05 : Proceder-se-a alteração de descritivo conforme abaixo (além do descritivo do item 07 visando um não questionamento futuro):

Item 03

Onde se lê:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 25MM. LÚMEN 16.4MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Leia-se:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 25MM. LÚMEN 16.4MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Item 04

Onde se lê:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 28 A 29MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA

NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Leia-se:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 28 A 29MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Item 05

Onde se lê:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 31 A 33MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Leia-se:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR 31 A 33MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0MM A 2,5MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS.

Item 06

Onde se lê:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM

DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Leia-se:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 21 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Item 07

Onde se lê:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 23 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Leia-se:

GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR CURVO 23 MM. COMPRESSÃO DO TECIDO CONTROLADA. GRAMPOS COM ALTURA AJUSTÁVEL OU NÃO AJUSTÁVEL – ACOMODA ESPESSURAS DE TECIDO COMPRIMIDO DE 1,0 MM A 2,5 MM. PRÉ-CARREGADO COM GRAMPOS DE TITÂNIO DE ATÉ 5,5MM DE COMPRIMENTO DA PERNA ABERTA PERMITE UMA FORMAÇÃO DE GRAMPOS ADEQUADA NO TECIDO ESPESSO. COM DISPOSITIVO AUDITIVO E TÁCTIL. O INSTRUMENTAL FOI PROJETADO PARA FACILITAR A INSERÇÃO, OPERAÇÃO E RETIRADA. DESENHO ERGONÔMICO – O CABO ANTIDERRAPANTE E A DISTÂNCIA REDUZIDA NO CABO AUMENTAM O CONFORTO E CONTROLE. OS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO COMPREENDEM ANASTOMOSE TÉRMINO-TERMINAL, TÉRMINO-LATERAL E LÁTERO-LATERAL. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Neste sentido retornamos os autos para prosseguimento de feitos.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Cirlene de Fátima Rossi, Assessor(a)**, em 16/06/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018619791** e o código CRC **FB58B388**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.350855/2020-23

SEI nº 0018619791



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CAFIINP

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.350855/2020-23

Assunto: **ANÁLISE E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2021.**

Prezado senhor(a), pregoeiro(a)

Ao tempo em que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente expediente, apresentar análise e resposta ao pedido de esclarecimento pregão eletrônico **Nº 300/2021**, solicitado no despacho **0018813416**

1. DO SOLICITADO

De: SUPEL-DELTA

Para: SESAU-CAFIINP

Processo Nº: **0036.350855/2020-23**

Assunto: **ANALISAR E RESPONDER O PEDIDO DE ESCLARECIMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2021.**

Senhor(a),

Encaminhamos cópia do pedido de esclarecimentos impetrado por empresa licitante 0018813396, referente ao **pregão eletrônico acima mencionado**, a fim de que seja apreciado e deliberado, haja vista, que as matérias suscitadas pelas licitantes **HPF SURGICAL LTDA**, são de caráter específico do Termo de Referência (especificação dos produtos).

Outrossim, solicitamos que este órgão proceda à análise encaminhando a esta Equipe o relatório contendo os fundamentos do pleito, visando subsidiar resposta as impetrantes com a maior brevidade possível, preferencialmente até o dia **28/06/2021**, dia pois a licitação **está com sua abertura marcada para o dia 01/07/2021**, as 08:30 h (RO), e as resposta precisam ser disponibilizadas até no máximo 24 horas antes da abertura.

Caso não seja possível encaminhar a resposta em tempo hábil, favor nos comunicar imediatamente, para que possamos remarcar a nova data da reabertura do certame.

Atenciosamente,

Porto Velho-RO, 24 de junho 2021.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira - Equipe DELTA/SUPEL
Mat. 300148746
Atenciosamente.

2. ANÁLISE E RESPOSTA

Questionamento da empresa HPF SURGICAL LTDA 0018813396:

Solicitar esclarecimentos aos termos do edital PE SRP 300/2021, a ser realizado em 01/07/2021 às 09:30 horas.

ITEM 02: CLIP DE TITÂNIO PARA COLECISTECTOMIA LT 300, CARTUCHO (BLISTER) DE COR VERDE COM 6 CLIPS, DE LARGURA APROXIMADA DE 5,5 MM ABERTO E 8,7 MM FECHADO TAMANHO MÉDIO/GRANDE. ESTÉRIL, EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Será necessário comodato de clipador ou endoclipador?

Caso seja necessário informar o tipo de cirurgia que o hospital realiza: vídeo ou aberta e a quantidade que ficará em comodato. Cirurgia por Vídeo: utiliza endoclipador Cirurgia aberta: utiliza clipador

RESPOSTA: Não será necessário comodato de clipador ou endoclipador, tendo em vista que as unidades já possuem os mesmos. Ratificamos o solicitado no item 02 da SAMS 0013352693.

Sem mais para o momento, subscrevemos o presente expediente.

Atenciosamente,

Porto Velho-RO, 25 de junho 2021.

CIRLENE DE FÁTIMA ROSSI
Farmacêutica/Assessora
CAFII/SESAU-RO

TADEU SANCHEZ PINHEIRO
Coordenador/Assessor
CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Cirlene de Fátima Rossi, Assessor(a)**, em 25/06/2021, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018831008** e o código CRC **251514EF**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.350855/2020-23

SEI nº 0018831008