

**ANÁLISE**

Análise nº 12/2021/SESAU-NMJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.070283/2021-83								
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2021/DELTA/SUPEL/RO								
ANÁLISE TÉCNICA DOS PRODUTOS OFERTADOS								
<b>Método:</b> Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.								
<b>Objetivo:</b> Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra								
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE / APRESENTAÇÃO	EMPRESA / LICITANTE	PRODUTO	LABORATÓRIO / FABRICANTE	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
1	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA.	PACOTE	GLOBAL COM.	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS NÃO ESTERIL PACOTE COM 500 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA.	TEXCARE	INFORMADO	UNIDADE	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
2	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ESTERIL PACOTE COM 10 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA.	PACOTE	LR DISTRIBUIDORA MEDICAL DA AMAZÔNIA GLOBAL COM. MAXIMUS CENTRO NORTE	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 5 DOBRAS 8 CAMADAS 13 FIOS ESTERIL PACOTE COM 10 UNIDADES O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTE DADOS: DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REG. NA ANVISA.	POLAR FIX ANDREONI EUROPA ANDREONI	INFORMADO	UNIDADE	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
3	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO P, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 5 A 10 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	LR DISTRIBUIDORA MEDICAL DA AMAZÔNIA CENTRALMIX COMERCIAL GLOBAL COM. MAXIMUS CENTRO NORTE	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO P, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 5 A 10 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	MARDAM BABY WILLY BABY WILLY LIPPY BABY PLENA FRALDAS	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
4	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO M, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 11 A 15 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA CENTRALMIX COMERCIAL GLOBAL COM. LABNORTE CIRURGICA SALUTARY MAXIMUS CENTRO NORTE	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO M, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 11 A 15 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	BABY WILLY BABY WILLY LIPPY BABY BABY WILLY BABY WILLY PLENA FRALDAS	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
5	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO G, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 16 A 20 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	LR DISTRIBUIDORA MEDICAL DA AMAZÔNIA CENTRALMIX COMERCIAL GLOBAL COM. MAXIMUS CENTRO NORTE	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO G, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 16 A 20 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	MARDAM BABY WILLY BABY WILLY LIPPY BABY PLENA FRALDAS	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
6	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO EG, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 20 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA CENTRALMIX COMERCIAL GLOBAL COM. MAXIMUS CENTRO NORTE	FRALDAS DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICA/INFANTIL TAMANHO EG, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 20 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	BABY WILLY BABY WILLY LIPPY BABY PLENA FRALDAS	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
7	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 40 E 70 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA CENTRALMIX COMERCIAL GLOBAL COM. MAXIMUS CENTRO NORTE	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 40 E 70 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9	MASTERSOFT MASTERSOFT MAXICONFORT PLENA FRALDAS	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO

8	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 20 E 40 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 20 E 40 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	SLIM	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			CENTRALMIX COMERCIAL		SLIM / MARDAM			
			GLOBAL COM.		MAXICONFORT			
			MAXIMUS CENTRO NORTE		PLENA FRALDAS			
9	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 70 E 80 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	UNIDADE	LR DISTRIBUIDORA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G PARA PACIENTES COM PESO ENTRE 70 E 80 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	MARDAM / SLIM GERIATRICES	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MEDICAL DA AMAZÔNIA		SLIM			
			CENTRALMIX COMERCIAL		SLIM / MARDAM			
			GLOBAL COM.		MAXICONFORT			
10	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EG PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 80 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO EG PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 80 KILOS, COMPOSTA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, MACIO E DE ALTA ABSORÇÃO, SUPERFÍCIE UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM RECORTES NAS PERNAS DE 2 E/OU 4 ELÁSTICOS COM BARREIRAS LATERAL ANTI VAZAMENTOS, TIRAL LATERIAS PARA BOA FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, COMPRIMENTO TOTAL DA FRALDA DE NO MÍNIMO 45 CM DE LARGURA, TOTAL DA MANTA DE NO MÍNIMO 9 CM.	SLIM	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			GLOBAL COM.		MAXICONFORT			
			MAXIMUS CENTRO NORTE		PLENA FRALDAS			
11	SENSOR DE GLICOSE ENLITE, COMPATÍVEL COM A MARCA MEDTRONIC	UNIDADE	NÃO HOUVE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM (DESERTO)					
12	RESERVATORIO PARA BOMBA DE INSULINA (PCT COM 10 UNID.) COMPATÍVEL COM A MARCA MEDTRONIC.	CAIXA/PACOTE	NÃO HOUVE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM (DESERTO)					
13	CONJUNTO DE INFUSÃO BOMBA DE INSULINA 6MM - QUICK-SET, C/10 UNIDADES, COMPATÍVEL COM A MARCA MEDTRONIC	CAIXA/PACOTE	NÃO HOUVE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM (DESERTO)					
14	APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET, COMPATÍVEL COM A MARCA MEDTRONIC	UNIDADE	NÃO HOUVE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM (DESERTO)					
15	COLCHÃO HOSPITALAR INFLÁVEL TIPO "CAIXA DE OVO" FECHADO, QUE OFERTE CONFORTO, SEGURANÇA E HIGIENE, SUPORTÁVEL PESO ENTRE 120 A 130 KG (variação +/- 5kg). PERMITA ASSEPSIA EM TODO O PRODUTO. MEDIDAS: 1,95m X 95cm (variação +/- 5cm). INFLÁVEL POR AR.	UNIDADE	LR DISTRIBUIDORA	COLCHÃO HOSPITALAR INFLÁVEL TIPO "CAIXA DE OVO" FECHADO, QUE OFERTE CONFORTO, SEGURANÇA E HIGIENE, SUPORTÁVEL PESO ENTRE 120 A 130 KG (variação +/- 5kg). PERMITA ASSEPSIA EM TODO O PRODUTO. MEDIDAS: 1,95m X 95cm (variação +/- 5cm). INFLÁVEL POR AR.	AQUASONUS 16	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
16	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, COM ELÁSTICO, MATERIAL 100% TNT, COM AJUSTE (CLAMP) NASAL, MEDIDAS: 18 X 10 CM (VARIAÇÃO +/- 5CM), COR: AZUL OU BRANCA, COM EFICIÊNCIA DO FILTRO BACTERIANA EFB>95%, ATÓXICA, ANTIALÉRGICA. COM REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, COM ELÁSTICO, MATERIAL 100% TNT, COM AJUSTE (CLAMP) NASAL, MEDIDAS: 18 X 10 CM (VARIAÇÃO +/- 5CM), COR: AZUL OU BRANCA, COM EFICIÊNCIA DO FILTRO BACTERIANA EFB>95%, ATÓXICA, ANTIALÉRGICA. COM REGISTRO NA ANVISA.	DESCARBOX	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			CW ARTIGOS		MEDICAL KDU			
			GLOBAL COM.		NAYR			
			AZULMED IND.		AZULMED			
			PGSA COM.		KOCH			
MAXIMUS CENTRO NORTE	DESCARPACK							
17	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, USO HOSPITALAR, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COM ELÁSTICO REVESTIDO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	CIRÚRGICA BIOMÉDICA	TOUCA DESCARTÁVEL, SANFONADA, USO HOSPITALAR, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, NÃO ESTÉRIL, COM ELÁSTICO REVESTIDO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA	TALGE	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			GLOBAL COM.		BIOTECH			
			PGSA COM.		PREVEMAX			
			MAXIMUS CENTRO NORTE		DEXCAR			
18	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS AEROSOL, COM TUBO TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL ATÓXICO; FORMATO ANATÔMICO; MÁSCARA COM TAMANHO ÚNICO;	UNIDADE	MEDVICES PROD. MÉDICOS	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS AEROSOL, COM TUBO TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL, COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL, MATERIAL ATÓXICO; FORMATO ANATÔMICO; MÁSCARA COM TAMANHO ÚNICO;	ELEFANT-AIR / PLASTIC AWAY	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			LR DISTRIBUIDORA		MAXX-CHAMBER			
19	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO MASCULINO N.12 TIPO SPEEDICATH, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	BMD COM.	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO MASCULINO N.12 TIPO SPEEDICATH, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	GENTLECATH GLIDE	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			LABNORTE CIRURGICA SALUTARY		BARD			
			MEDPLUS COM.		COLOPLAST			
			MAXIMUS CENTRO NORTE		SPEEDICATH / COLOPLAST			
20	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO N.12 TIPO SPEEDICATH, USO FEMININO, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	BMD COM.	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO N.12 TIPO SPEEDICATH, USO FEMININO, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	GENTLECATH GLIDE	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			LABNORTE CIRURGICA SALUTARY		BARD			
			MEDPLUS COM.		COLOPLAST			
			MAXIMUS CENTRO NORTE		SPEEDICATH / COLOPLAST			
21	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO MASCULINO N.10 TIPO SPEEDICATH, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	M N ANDRADE FILHO LTDA (NOVO COMÉRCIO)	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO MASCULINO N.10 TIPO SPEEDICATH, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL.REGISTRO NA ANVISA.	SPEEDICATH / COLOPLAST	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS CENTRO NORTE		COLOPLAST			
	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO FEMININO		M N ANDRADE FILHO LTDA	CATETER HIDROFÍLICO LUBRIFICADO FEMININO N.10 TIPO SPEEDICATH,	SPEEDICATH /			INFORMOU REGISTRO NA

22	N.10 TIPO SPEEDICATH, 100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	(NOVO COMÉRCIO) MAXIMUS CENTRO NORTE	100% SILICONE GRAU MÉDICO; PONTA ARREDONDADA E ORIFÍCIO NO EXTREMO DISTAL, COMPRIMENTO DE 40 CM (VARIAÇÃO +/- 2 CM) E LINHA RADIOPACA; ESTÉRIL. REGISTRO NA ANVISA.	COLOPLAST COLOPLAST	INFORMADO	APTO	ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
23	SENSOR DO DISPOSITIVO FREESTYLE LIBRE	UNIDADE	J A COMÉRCIO	SENSOR DO DISPOSITIVO FREESTYLE LIBRE	FREESTYLE	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
24	SONDA DE GASTROSTOMIA (BOTTON) MIC-KEY 24 FR, L: 2 CM	UNIDADE	CENTRALMIX COMERCIAL LABNORTE CIRÚRGICA	SONDA DE GASTROSTOMIA (BOTTON) MIC-KEY 24 FR, L: 2 CM	G-FLEX AMÉRICA LATINA TOTAL MEDICAL	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS CENTRO NORTE		GFF			
			<b>SALUTARY</b>	<b>KIT DE GASTROSTOMIA, 24 FR, L: 2 CM</b>	<b>GEE</b>	<b>INFORMADO</b>	<b>INAPTO</b>	<b>PRODUTO EM DESACORDO COM O SOLICITADO. SOLICITADO SONDA TIPO BOTTON. OFERTADO KIT COM A SONDA LONGA.</b>
25	CIRCUITO CPAP - MÁSCARA, TRAQUEIA, CONECTOR, FIX. TECIDO, VÁLVULA PEEP. CONTEUDO: 1 MÁSCARA PARA CPAP - REF.: 04CPM + 1 CONECTOR - REF.: 52CC + 1 TRAQUEIA CORRUGADA - REF.: 52T2.1 + 1 VÁLVULA DE PEEP DESCARTÁVEL - REF.: 04VPA + 1 FIXADOR CEFÁLICO DE TECIDO. MÁSCARA: CORPO EM PVC BIOCOMPATÍVEL E COXIM INFLÁVEL DE SILICONE. TRAQUEIA CORRUGADA: TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM ONDULAÇÕES. CONEXÃO PADRÃO PARA CONECTAR-SE AO GERADOR DE FLUXO, CONECTOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO, UTILIZADO PARA CONECTAR A TRAQUEIA CORRUGADA À MÁSCARA. APRESENTA DUAS ABERTURAS DE CONEXÃO EM TAMANHOS DIFERENTES. LIVRE DE LÁTEX, FIXADOR CEFÁLICO: TECIDO DE ALGODÃO BRANCO. APRESENTA PERFURAÇÕES PARA UM PERFEITO AJUSTE DA MÁSCARA À FACE DO PACIENTE. SEU AJUSTE MÚLTIPLO PROPORCIONA VEDAÇÃO APROPRIADA E CONFORTO, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL: PVC. ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, REGISTRO NA ANVISA.	UNIDADE	MEDICAL DA AMAZÔNIA MAXIMUS CENTRO NORTE	CIRCUITO CPAP - MÁSCARA, TRAQUEIA, CONECTOR, FIX. TECIDO, VÁLVULA PEEP. CONTEUDO: 1 MÁSCARA PARA CPAP - REF.: 04CPM + 1 CONECTOR - REF.: 52CC + 1 TRAQUEIA CORRUGADA - REF.: 52T2.1 + 1 VÁLVULA DE PEEP DESCARTÁVEL - REF.: 04VPA + 1 FIXADOR CEFÁLICO DE TECIDO. MÁSCARA: CORPO EM PVC BIOCOMPATÍVEL E COXIM INFLÁVEL DE SILICONE. TRAQUEIA CORRUGADA: TUBO FLEXÍVEL EM PVC COM ONDULAÇÕES. CONEXÃO PADRÃO PARA CONECTAR-SE AO GERADOR DE FLUXO, CONECTOR: FABRICADO EM POLIPROPILENO, UTILIZADO PARA CONECTAR A TRAQUEIA CORRUGADA À MÁSCARA. APRESENTA DUAS ABERTURAS DE CONEXÃO EM TAMANHOS DIFERENTES. LIVRE DE LÁTEX, FIXADOR CEFÁLICO: TECIDO DE ALGODÃO BRANCO. APRESENTA PERFURAÇÕES PARA UM PERFEITO AJUSTE DA MÁSCARA À FACE DO PACIENTE. SEU AJUSTE MÚLTIPLO PROPORCIONA VEDAÇÃO APROPRIADA E CONFORTO, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL: PVC. ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, REGISTRO NA ANVISA.	NEW MED MAKE LINE	INFORMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
26	<b>EQUIPO PARA DIETA ENTERAL VIA SONDA. INFUSÃO POR GRAVIDADE, EQUIPO GRAVITACIONAL, COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E EXTENSÃO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1,60 A 2,00 MTS (VARIAÇÃO 10 CM), CONTROLE DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO. REGISTRO NA ANVISA.</b>	UNIDADE	<b>NÃO HOUVE PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM (DESERTO)</b>					
27	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	PAR	CIRÚRGICA BIOMÉDICA GLOBAL.COM.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	SANRO LÁTEXBR	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS CENTRO NORTE		MEDIX			
28	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	PAR	CIRÚRGICA BIOMÉDICA GLOBAL.COM.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	SANRO LÁTEXBR	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS CENTRO NORTE		MEDIX			
29	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	PAR	CIRÚRGICA BIOMÉDICA GLOBAL.COM.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	SANRO LÁTEXBR	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS		MEDIX			
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	PAR	CIRÚRGICA BIOMÉDICA GLOBAL.COM.	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0, EM LÁTEX, UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EMBALAGEM ACONDICIONANTE. REGISTRO NA ANVISA.	SANRO LÁTEXBR	INFOMADO	APTO	INFORMOU REGISTRO NA ANVISA DO PRODUTO, ATRAVÉS DO ENVIO DA CÓPIA DA BULA DO MESMO
			MAXIMUS CENTRO NORTE		MEDIX			



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Brasil da Silva, Farmacêutico(a)**, em 03/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Lima Arouca, Farmacêutico(a)**, em 06/09/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020310747** e o código CRC **A8BE0416**.





Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

## DESPACHO

De: SESAU-NMJ

Para: SUPEL-DELTA

Processo Nº: 0036.070283/2021-82

**Assunto: 1ª Análise Técnica de Produtos Ofertados junto ao PE 273/2021/DELTA/SUPEL-RO (GERAIS XII) por parte das empresas/licitantes.**

Ilustríssimo (a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria servimo-nos do presente expediente para manifestar informações e respostas frente ao Despacho SUPEL-DELTA (0020288758).

Dando prosseguimento nas análises, vejamos o que o supracitado despacho solicitava (dizia o seguinte):

DESPACHO

De: Equipe de Licitações DELTA/SUPEL/RO

Para: SESAU-NMJ

Processo Nº: 0036.070283/2021-82

Objeto: **Implantação de SRP para futura, eventual e parcelada contratação de materiais de consumo (Materiais Médico-Hospitalares/Penso) para atender as necessidades e demandas do Núcleo de Mandados Judiciais - NMJ**

Encaminhamos o processo administrativo referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 273/2021/DELTA/SUPEL/RO**, solicitando que seja realizada a Análise das propostas das empresas, em virtude da especificidade técnica do objeto, atestando se as mesmas atendem os requisitos exigidos no Termo de Referência e no edital:

(1) AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HO (0020284022)

(2) BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0020274792)

(3) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0020274898)

- (4) CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI (0020274677)  
 (5) CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI(0020274331)  
 (6) G F DOS SANTOS EIRELI (0020288698)  
 (7) GLOBAL COMERCIAL EIRELI (0020282942)  
 (8) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (0020274878)  
 (9) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA (0020285298)  
 (10) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0020273386)  
 (11) M N ANDRADE FILHO LTDA (0020274827)  
 (12) MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0020274758)  
 (13) MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (0020273861)  
 (14) MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (0020287165)  
 (15) PGSA COMERCIAL LTDA (0020285119)  
 (16) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0020286406)

Informamos que anexamos as propostas iniciais das licitantes GLOBAL COMERCIAL EIRELI, AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HO, PGSA COMERCIAL LTDA, LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA, SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI, G F DOS SANTOS EIRELI e MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

Visando agilizar a análise, segue a ordem de classificação das empresas, por item, sendo que para os itens identificados com " - ", as empresas ofertaram valores acima do estimado, sem êxito na negociação com as primeiras colocadas:

ITEM	ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO		
	1ª COLOCADA	2ª COLOCADA	3ª COLOCADA
1	-	-	-
2	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - 17.892.706/0001-08
3	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA 09.222.411/0001-04	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44
4	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA 09.222.411/0001-04	GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 12.040.718/0001-90
5	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA 09.222.411/0001-04	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44	-
10	-	-	-
11	<b>DESERTO</b>		

12		<b>DESERTO</b>	
13		<b>DESERTO</b>	
14		<b>DESERTO</b>	
15	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44	-	-
16	CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI 06.283.056/0001-87	AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HO 37.041.236/0001-86	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49
17	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17	PGSA COMERCIAL LTDA 38.398.257/0001-16	GLOBAL COMERCIAL EIRELI 17.892.706/0001-08
18	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24.774.241/0001-56	LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 19.859.630/0001-44	-
19	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 09.603.161/0004-97	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA 03.033.345/0001-30	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 10.193.608/0002-14
20	BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 09.603.161/0004-97	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA 03.033.345/0001-30	MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 10.193.608/0002-14
21	M N ANDRADE FILHO LTDA 37.297.457/0001-10	-	-
22	M N ANDRADE FILHO LTDA 37.297.457/0001-10	-	-
23	-	-	-
24	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA 09.222.411/0001-04	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA 03.033.345/0001-30	SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI 04.383.642/0001-78
25	MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI 34.758.599/0001-49	-	-
26		<b>DESERTO</b>	
27	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17	GLOBAL COMERCIAL EIRELI 17.892.706/0001-08	G F DOS SANTOS EIRELI 13.442.393/0001-35
28	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17	GLOBAL COMERCIAL EIRELI 17.892.706/0001-08	G F DOS SANTOS EIRELI 13.442.393/0001-35
29	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17	GLOBAL COMERCIAL EIRELI 17.892.706/0001-08	-
30	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI 11.215.901/0001-17	GLOBAL COMERCIAL EIRELI 17.892.706/0001-08	-

Caso não atendam, **fundamentar tecnicamente o motivo**, para que possamos informar aos licitantes, por ocasião da continuidade da sessão pública.

A aceitação da proposta se dará com base no parecer técnico, por ordem de classificação da fase de lances.

Por fim, solicitamos que o processo retorne a esta Equipe de Licitação, para que possamos dar continuidade aos demais atos pertinentes e necessários para finalização do certame e registro dos preços ofertados.

Porto Velho/RO, 30 de agosto de 2021.

**FABÍOLA MENEGASSO DIAS**

Pregoeira - Equipe Delta/SIPEL

Mat. 300148746

Sendo assim realizamos as seguintes análises:

**1 - Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas, registro sanitário e análise de catálogo/prospecto/folder do material/produto solicitado no Termo de Referência e Edital:**

**RESPOSTA:**

**a)** Com base nas análises presentes nos documentos (Análise nº 12/2021/SESAU-NMJ) id 0020310747 no formato do sistema SEI, informo-vos que as propostas ofertadas pelas empresas/licitantes:

**(1) AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTECAO HO (0020284022)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(2) BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0020274792)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(3) CENTRALMIX COMERCIAL LTDA (0020274898)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(4) CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI (0020274677)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.



**(5) CW ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI(0020274331)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(6) G F DOS SANTOS EIRELI (0020288698)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(7) GLOBAL COMERCIAL EIRELI (0020282942)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(8) J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (0020274878)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(9) LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACA (0020285298)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(10) LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (0020273386)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(11) M N ANDRADE FILHO LTDA (0020274827)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(12) MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (0020274758)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(13) MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI (0020273861)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(14) MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (0020287165)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(15) PGSA COMERCIAL LTDA (0020285119)**

Todos os itens ofertados foram considerados aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

**(16) SALUTARY CENTRO NORTE COMERCIAL EIRELI (0020286406)**

Os itens 4, 19 e 20 encontra-se aptos. De acordo com o solicitado no edital/termo de referência.

O item 24 encontra-se inapto. Em desacordo com o solicitado no edital/termo de referência.

Desta feita após as devidas análises retornamos o processo em tela para prosseguimento de feitos.

Sem mais para o momento subscrevemos o presente.

Atenciosamente.

**Porto Velho/RO, 03 de setembro de 2021.**

**MARCELO BRASIL DA SILVA**

Farmacêutico/Assessor  
NMJDJ/SESAU-RO

**MARCELO DE LIMA AROUCA**

Farmacêutico/Assessor  
Chefe do Setor NMJDJ/SESAU-RO

**DENIS OLIVEIRA DE ALENCAR**

Chefe do Núcleo de Mandados Judiciais - SESAU/RO  
NMJ/SESAU/RO



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Brasil da Silva, Farmacêutico(a)**, em 03/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Denis Oliveira de Alencar, Chefe de Núcleo**, em 03/09/2021, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto](#)



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Lima Arouca, Farmacêutico(a)**, em 06/09/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0020310781** e o código CRC **EB537E2D**.

**Referência:** Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.070283/2021-82

SEI nº 0020310781