



Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC
Assessoria Técnica - LEPAC-ASTEC

Parecer nº 12/2021/LEPAC-ASTEC

AValiação Técnica das Propostas

ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº.377/2021/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0062.111885/2021-80 - Tipo: **Menor preço**. Adjudicação: **Por item**.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS (TUBOS PARA COLETA SANGUÍNEA) Itens Fracassados da ATA 043/2021 - PE 725/2020, para atendimento das necessidades na realização de coleta sanguínea para a realização de exames laboratoriais de pacientes do sistema de saúde estadual, da Rede de Patologia Clínica do Estado de Rondônia por período de 12(doze) meses.

1. A equipe técnica deste LEPAC/RO, em atenção ao Despacho SUPEL-SIGMA (0021343521), no exercício de suas atribuições, após análise das propostas enviadas pelas empresas os relacionadas abaixo, acostada ao norte do Processo Administrativo: 0062.111885/2021-80, proferimos o resultado da análise das propostas do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº.377/2021/SUPEL/RO**.

- Propostas das empresas

1. Proposta MEDICAL LIFE item 01 (0021343452)

Das análise das propostas

2. Dos critérios de análise constante no Edital PE 377-2021 com adendo modificador nº 01 (0020865159) e Termo de Referência LEPAC-ASTEC (0019314010), proferimos o que segue:

a) **DA CONFORMIDADE TÉCNICA:**

Da análise de conformidade técnica conforme Consta no Edital PE 377-2021 com adendo modificador nº 01 (0020865159) e Termo de Referência LEPAC-ASTEC (0019314010), quanto a especificação técnica dos produtos ofertados emitimos o seguinte parecer:

01 - Empresa MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI ME - CNPJ: 14.425.382/0001-00 - Proposta (0021343452)

Item	Descrição Conforme descrição em Proposta <i>Empresa MEDICAL LIFE - Proposta (0021343452)</i>	Unid.	Qtd.	Marca	Registro ANVISA	Análise do Requisito
01	AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO 25X0,7MM com janela de visualização do sangue, silicizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 22g e dispositivo de segurança.	UND	60.000	INJEX MODELO: 51.002.00061	REG. MS: 16160610063 (VIGENTE)	A licitante apresenta no descritivo da pr DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO 2 segurança. ", porém não foi possível cor dispositivo; Solicitamos desta SUPEL-SIGMA realizar mesma ratifique os termos da proposta ofertado atende ao requisito " com disp
02	AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO 25X0,8MM com janela de visualização do sangue, silicizada, bisel trifacetado a laser, estéril, acondicionada individualmente em invólucro de plástico rígido, com lacre, calibre 21g e dispositivo de segurança.	UND	60.000	INJEX MODELO: 51.002.00060	REG. MS: 16160610063 (VIGENTE)	A licitante apresenta no descritivo da pr DESCARTÁVEL PARA COLETA A VÁCUO 2 segurança. ", porém não foi possível cor dispositivo; Solicitamos desta SUPEL-SIGMA realizar mesma ratifique os termos da proposta ofertado atende ao requisito " com disp

3. **DA CONCLUSÃO**

3.1. Após análise das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº.377/2021/SUPEL/RO**, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) **A empresa MEDICAL LIFE COMÉRCIO EIRELI ME - CNPJ: 14.425.382/0001-00 - Proposta (0021343452) - NÃO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.377/2021/SUPEL/RO** - Processo Administrativo: 0062.111885/2021-80, **no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS 01, 02**, Solicitamos da SUPEL-SIGMA realizar diligência junto a licitante para que a mesma ratifique os termos da proposta confirmando assim que o produto ofertado atende ao requisito "**com dispositivo de segurança**".

4. Ante o exposto, após a análise da documentação acostada aos autos, sendo que a mesma é de total responsabilidade de quem as produziu, retornamos os autos para continuidade do certame.

Atenciosamente.

Porto Velho, 14 de outubro de 2021.

PAULO JOSÉ GIROLDI
COORDENADOR GERAL/LEPAC/RO
300062449

ALEX MUNIZ
ASTEC/LEPAC/RO
300132301



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alex dos Santos Muniz, Técnico**, em 14/10/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Jose Giroldi, Assessor(a)**, em 14/10/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0021350085** e o código CRC **93304F4E**.