



Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas - LEPAC
Assessoria Técnica - LEPAC-ASTEC

Parecer nº 5/2021/LEPAC-ASTEC

Pregão Eletrônico Nº. **86/2021/DELTA/SUPEL/RO**.

Processo Administrativo: **0057.449333/2020-30**.

ASSUNTO: AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS - Pregão Eletrônico Nº. **86/2021/DELTA/SUPEL/RO**. - Processo Administrativo: **0057.449333/2020-30**, - Tipo: **Menor preço**. Adjudicação: **Por item**. Para todos os itens, adota-se a exclusiva participação de Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempresas – ME, método de disputa: Aberto.

Objeto: Contratação de empresa especializada no **Fornecimento de equipamentos laboratoriais para atender a estrutura própria do laboratório do HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO - HICD**.

DO PARECER E AVALIAÇÃO

1. A equipe técnica deste LEPAC/RO, em atenção ao Despacho SUPEL-DELTA (0017266376) assim como em atenção ao Despacho HICD-GAF (0017268545), no exercício de suas atribuições, após análise dos Documentos de Habilitação das empresas relacionadas abaixo:

- Com relação as Propostas Recebidas estas foram da quantia de 04(quatro) empresas manifestantes ao Pregão Eletrônico Nº **86/2021/DELTA/SUPEL/RO**, conforme abaixo:

- ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI 0017264350 - primeira colocada nos itens 1 e 3
- CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI 0017264376 - remanescente para o item 2
- V.S. COSTA & CIA LTDA 0017264431 - segunda colocada no item 3
- IRENE SARABIA LUQUETTI-ME 0017264517 - terceira colocada no item 3

Para os itens 4 e 5 não houve cadastramento de propostas, logo, os mesmos foram declarados desertos, automaticamente pelo sistema.

2. Acostada ao norte do **Processo administrativo: 0057.449333/2020-30**, proferimos o resultado da análise das propostas do Pregão Eletrônico Nº. **86/2021/DELTA/SUPEL/RO**, informamos que a análise do parecer foi dividida por GRUPO DE APRESENTAÇÃO;

Das análise das propostas:

Diante da indicação de avaliação dos critérios: 1. Preço; 2. Prazo de Entrega; 3. Conformidade Técnica; 4. idoneidade, constante no Edital PE Nº 86/2021/SUPEL/RO - Retificado (0016963439) e Termo de Referência HICD-GAF (0016657199), proferimos o que segue:

1 - DO PREÇO:

Conforme Despacho SUPEL-DELTA (0017266376):

- I - Para os itens 1 e 3 restou como 1º colocada a empresa (ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI);
- II - Para o item 2, resta remanescente somente a empresa (CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI);
- III - Para os itens 4 e 5 não houve cadastramento de propostas, logo, os mesmos foram declarados desertos, automaticamente pelo sistema.

2 - DO PRAZO DE ENTREGA:

Conforme estipulado no Edital PE Nº 86/2021/SUPEL/RO - Retificado (0016963439) e Termo de Referência HICD-GAF (0016657199),

4. ENTREGA:

- Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens individuais com impressão de dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lacrado e adequados para proteger o conteúdo contra danos durante o transporte, e ainda, deve ser entregue em perfeito estado de conservação, desde o fornecedor até o local da entrega, sob condições que envolvam embarques, desembarques, transportes, por rodovias não pavimentadas, marítimos ou aéreos.
- Não serão aceitos equipamentos que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus fabricantes.
- Local de entrega, destinação final e horário de funcionamento:** Os materiais deverão ser entregues na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio (CAP), no endereço: Rua Aparício de Moraes, nº 4348, ao lado do almoxarifado da AGEVISA e próximo ao CAFIL. Funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h30min às 13h30min. Para conferência, tombamento e emissão de cessão de uso.
- Após o feito os bens serão entregues no Hospital Infantil Cosme e Damião - HICD, Rua: Benedito de Souza Brito, nº 4045, B: Industrial - Porto Velho/RO.
- A contratada será responsável por todas as despesas referentes à montagem e/ou instalação dos equipamentos, que se fizerem necessários, quando houver;
- Prazos/Cronograma:** O prazo para entrega será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho.

Conforme as propostas das proponentes ficou estipulado o que rege o Edital PE Nº 86/2021/SUPEL/RO - Retificado (0016963439) e Termo de Referência HICD-GAF (0016657199).

3 - DA CONFORMIDADE TÉCNICA:

Da análise de conformidade técnica conforme Consta no Edital PE Nº 86/2021/SUPEL/RO quanto aos itens solicitados as empresas participantes desta licitação, quanto a especificação técnica dos produtos ofertado/apresentado e constante no presente processo, apresentaram **PRODUTOS** conforme o que segue:

PROPOSTA EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI 0017264350

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	MARCA
01	CONFORME ROYAL HOMOGENEIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE: HOMOGENEIZADOR COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 24 TUBOS, ROTAÇÃO AJUSTÁVEL DE 5 A 60 RPM, SISTEMA DE PRESILHAS PARA TUBOS TIPO VACUOTAÍNER (04 A 18 ML) OU FRASCOS DE PENICILINA (10ML), A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA(EPÓXI), DIMENSÕES	und	02	MARCA: BENFER FABRICANTE: BENFER MODELO/VERS? 060

	APROXIMADAS (LXCXA):600X180X200, VOLTAGEM: BIVOLT (110 OU 220VOLTS) 50/60 HZ. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE(QUANDO COUBER). (UND)			
03	<p>CONFORME ROYAL CENTRÍFUGA DE BANCADA MOTOR DE INDUÇÃO ROTORES INTERCAMBIÁVEIS DE ÂNGULO VARIÁVEL DE FÁCIL TROCA;VELOCIDADE 0-4000 RPM - EQUIPAMENTO DEPORTE MÉDIO, PRÁTICO, ESTÁVEL, FÁCIL DE MANUSEAR, ALÉM DE APRESENTAR NÍVEL DE RUÍDO EXTREMAMENTE BAIXO. COM ROTORES INTERCAMBIÁVEIS DE ÂNGULO VARIÁVEL DE DIVERSOS TAMANHOS,PROPORCIONANDO VÁRIOS TIPOS DE APLICAÇÕES EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO.UTILIZADA EM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA,UNIVERSIDADES,INDÚSTRIAS,LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENTRE OUTROS. (UND)</p> <p>MARCA: DAIKI FABRICANTE: DAIKI MODELO/VERSÃO: DT-4500-220V + ROTOR DT-47</p>	und	02	MARCA: DAIKI FABRICANTE: DAIKI MODELO/VERSÃO: DT-4500-220V + ROTOR DT-47

PROPOSTA EMPRESA CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI 0017264376

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	MARCA
02	<p>CONFORME EMPRESA CMK AUTOMAÇÃO IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS, compatíveis com o sistema HOS PUB (com linguagem de programação Bpo PPLA, similar a impressora ARGOX). Especificações Método de Impressão: Termo Direta ou Termo transferência Resolução de impressão: 203 dpi Velocidade de Impressão: até 102 mm/s Comprimento de impressão: 1092 mm no máximo Largura de impressão: 105 mm no máximo Memória: 8 MB DRAM (7 MB disponível ao usuário); 4 MB de Flash ROM (3 MB disponível ao usuário)Processador: 32 bits RISC Sensores: Espaço de Mídia, e reflexivo de linha negraInterfaces de Comunicação: Paralela Centronics, RS-232 e USB conexão USB 2.0, Serial RS232 e Paralela.Mídia:Largura Máxima: 110 mm Largura Mínima: 25,4 mm Espessura: 0,0635 mm a 0,254 mm (configuração especial)Capacidade Máxima de rolo: 109 mm (com núcleo de 12,7 mm)Capacidade Máxima de rolo opcionais: 109 mm (com núcleo de 25,4 mm); 96,5 mm (com núcleo de 38,1 mm) Ribbon:Largura: 25,4 mm a 101,6 mm Capacidade Máxima de rolo: 37 mm comprimento máximo: 92 m Dimensões: 186 mm x 165 mm x 278 mm (Largura x Altura x Comprimento)Peso: 2 Kg Fonte de Força:Entrada de alimentação universal: 100V a 240V +/-10%, 1,5 A, 50 a 60 Hz Saída: 24V CC</p>	und	02	Modelo: C Fabricante Marca: Co Procedênc Importad

PROPOSTA EMPRESA V.S. COSTA & CIA LTDA 0017264431

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	MARCA
03	<p>CONFORME EMPRESA V.S. COSTA Centrífuga De Bancada Motor De Indução Rotores intercambiáveis de ângulo Variável de fácil troca; Velocidade 0-4000 Rpm - equipamento de porte médio, prático, estável, fácil de manusear, além de apresentar nível de ruído extremamente baixo. Com rotores intercambiáveis de ângulo variável de diversos tamanhos, proporcionando vários tipos de aplicações em um único equipamento. Utilizada em instituições de pesquisa, universidades, indústrias, laboratórios de análises clínicas, de biologia molecular, entre outros. Especificações: Motor de corrente contínua sem escova - Bpo "brushless"; Sistema controlado por microprocessador; Display em LCD; Painel de controle microprocessado com leitura em cristal líquido alfanumérico contendo teclado de membrana Bpo soft-touch que permite ajustar os parâmetros de trabalho adequados e tecla única de "star-stop"; Tampa superior com proteção interna em alumínio pintado a pó, com visor de acrílico que permite visualizar a rotação e medi-la; Tampa com trava de segurança automática que só permite abrir a tampa após a parada total de cruzeta; Cruzeta angular específica para 24 tubos de 16 x 100mm; Aviso sonoro e abertura automática da tampa após término da centrifugação; Rotores intercambiáveis de ângulo Variável de fácil troca; Sistema anti-desbalanceamento com mecanismos de trava de velocidade para maior segurança do usuário. Construída em carcaça injetada em poliuretano, compacto; alimentação elétrica: 127 e 220 volts (bivolt); Timer 0 a 99 minutos; Nível de ruído ≤ 45db; Tensão AC 110/220 V; Frequência 50-60 Hz; Potência 200 W; Peso ≤ 23 kg; Dimensão (L x C x A) 483 x 320 x 265 mm; Área Potencial de uso: em laboratório; Procedência: Nacional; Com registro no Ministério da Saúde.</p>	und	02	DAIKI-C 4500-1

PROPOSTA EMPRESA IRENE SARABIA LUQUETTI-ME 0017264517

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	MARCA
01	<p>CONFORME EMPRESA IRENE SARABIA Homogeneizador de Sangue e Amostras Horizontal Para 30TubosCom Presilha de Fibra de Nylon HomPlus/30Permite manter as soluções em suspensão homogênea, lavar precipitados, preparar suspensões e dissolver as amostras que reagem lentamente.As presilhas injetadas em Fibra de Nylon que permitem colocar e remover frascos ou tubos com o aparelho em funcionamento, sem riscos, de danificar as etiquetas e códigos de barras.Tem capacidade para 30 tubos de ensaio de até 15 mm.Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM.Com controle eletrônico de velocidade e funciona em 110/220 volts selecionáveis.Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM);Sistema de Presilhas injetadas em Fibra de Nylon de alta resistênciaHomogeneizador horizontal com movimento de 360°Botão "Stop" para retirar o tuboChave Liga/Desliga . Motor DC anti-ruído silencioso. Consumo de 45 WattsCapacidade de 30 tubos de até 15 mmSistema de Presilhas em Fibra de Nylon de alta</p>	und	02	MARCA: NÃO INFORMADO FABRICANTE NÃO INFORMADO MODELO: HomPlus,

	resistênciaHomogeneizador Circular com movimento de 360°ChaveLiga/Desliga . Motor DC anti-ruído silênciosoConsumo de 45 WattsFabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxiVoltagem 110 ou 220v selecionável (50/60Hz)Dimensões: 26x18x17 cm (LxAxP)Peso 4 kg Registro na ANVISA: N° 82097500001			
03	<p>CONFORME EMPRESA IRENE SARABIA</p> <p>Centrífuga Clínica Spinplus - Digital Tubos 24x10/15ml CE2001REG ANVISA / MS 80633180009Alta eficiência com maior número de amostras processada em ciclo único;Capacidade: 24 tubos de 10ml e 15mlEquipamento de desenho compacto, que pode ser utilizado em espaços reduzidos;Operação com baixo nível de ruído Display digital LED de tempo e velocidade de fácil interpretação, com exibição alternada entre RPM e RCF, fácil de ler;Abertura automática da tampa ao final do processo;Bloqueio da tampa de segurança, evita a abertura da tampa até o rotor parar;Tampa com trava de segurança que impede suaabertura enquanto o processo de rotação estiver em execução;Interface de operação simples;Frenagem suave a baixas velocidades com processo de separação eficaz;Tempo de aceleração e desaceleração de 20-200 segundos;Velocidade ajustável: (400-4000 rpm, força centrífuga relativa máxima: 3634xg valores máximos dependendo do rotor).Alta precisão de velocidade e tempo, excelente desempenho;De acordo com os diferentes tipos de centrífuga, com múltiplas opções para selecionar;As operações podem ser programadas de 15 segundos a 99 minutos, com sinal sonoro ao final da operação;Centrifugação rápida por meio da tecla separada "Impulso";Sistema de ventilação e tecnologia de troca de calor que reduz a temperatura do rotor e garante a preservação da amostra;Câmara externa para absorção de ruído e redução de vibração, sistema de proteção contra desbalanceamento, excesso de tensão e velocidade garantem operação segura da centrífuga;Sinal sonoro na identificação de erros –o código de erro é exibido no display LED; Rotor de alumínio com ângulo fixo de 45° de fileira dupla para 24 tubos; Material de fabricação: Estrutura externa, tampa e adaptadores para tubos: plástico ABS;Voltagem: 110V ou 220V(60Hz)Itens Opcionais:Adaptador para 5mlEmbalagem:Centrífuga;Rotor 24x15ml;01 cabo alimentação;24 borrachas para uso em chapas;Manual de Operações.</p>	und	02	<p>MARCA: CENTRILAB</p> <p>CENTRÍFUGA CLINIC DIGITAL Spinplus - Digital Tubos 24x10/15ml MODELO: CE2001</p>

4 - DA IDONEIDADE DO PROPONENTE

A idoneidade da proponente e análise dos documentos de habilitação será realizada pela equipe SUPEL-DELTA, tendo em vista esta Comissão não se qualificar apta a realizar análise de **Idoneidade do proponente** tais como: **índices econômicos indicados na Lei 8.666/93, notadamente no artigo 31, §§ 1º e 5º, balanço financeiro, os quais destinam-se exclusivamente à seleção dos licitantes com capacidade econômico-financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato**, assim como promover diligenciamento conforme indicado **Art. 43. § 3 da Lei Federal 8.666/93** nem tampouco possui acesso as ferramentas necessárias para análise (acesso ao SICAF, banco de inscrição de fornecedores inadimplentes e outros);

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. [\[Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994\]](#)

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

O Art. 43. § 3 da Lei Federal 8.666/93 determina que:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

§ 3º É facultada à **Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência** destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

(Grifo nosso)

3. DA CONCLUSÃO

3.1. Após análise das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº. **86/2021/DELTA/SUPEL/RO**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no Fornecimento de equipamentos laboratoriais para atender a estrutura própria do laboratório do HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO - HICD, esta comissão emite o seguinte parecer:

a) A empresa ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ/MF: 24.103.721/0001-95 - Proposta (0017264350) - O ITEM 01 ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS do Pregão Eletrônico Nº. 86/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0057.449333/2020-30., no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;

a1) Quanto ao item 03 NÃO ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS do Pregão Eletrônico Nº. 86/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0057.449333/2020-30., no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;

b) A empresa CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI - CNPJ/MF: 22.416.068/0002-70 - Proposta (0017264376) - O ITEM 2 ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS do Pregão Eletrônico Nº. 86/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0057.449333/2020-30., no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;

c) A empresa V.S. COSTA & CIA LTDA - CNPJ/MF: 05.286.960/0001-83 - Proposta (0017264431) - O ITEM 03 ATENDE OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS (*Desde que observados os requisitos da tabela) do Pregão Eletrônico Nº. 86/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0057.449333/2020-30., no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;

d) A empresa IRENE SARABIA LUQUETTI-ME - CNPJ/MF: 67.957.720/0001-10 - Proposta (0017264517) - OS ITENS 01 E 03 NÃO ATENDEM OS REQUISITOS/EXIGÊNCIAS do Pregão Eletrônico Nº. 86/2021/DELTA/SUPEL/RO - Processo Administrativo: 0057.449333/2020-30., no que diz respeito as especificações mínimas exigidas dos ITENS OFERTADOS e ao REGISTRO ANVISA VÁLIDOS;

4. Ante o exposto, após a análise da documentação acostada aos autos, sendo que a mesma é de total responsabilidade de quem as produziu, retornamos os autos para continuidade do certame.

Atenciosamente.

Porto Velho, 20 de abril de 2021.

PAULO JOSÉ GIROLDI
COORDENADOR GERAL/LEPAC/RO
300062449

ALEX MUNIZ
ASTEC/LEPAC/RO
300132301



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alex dos Santos Muniz, Técnico**, em 22/04/2021, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Jose Giroldi, Diretor(a)**, em 22/04/2021, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017361558** e o código CRC **DDB192F2**.