

Pregão Eletrônico

925373.3422021 .12936 .4207 .938043510



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00342/2021

Às 10:00 horas do dia 24 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 129 de 03.11.2020 de 03/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0036.518589/2020-, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00342/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalar (Ultrassom) visando atender o Estado de Rondônia, assistindo os municípios de Cujubim, São Miguel do Guaporé, Parecis e Cabixi, oriundos de transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Lenco de tecido

Descrição Complementar: Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17'' em LCD de alta resolução; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HD de mínimo de 160GB; Formato de arquivo: Padrão Windows; Conexões: mínima 1 porta USB; Aplicações: Abdominal, vascular, obstetria, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, intra-operatório, biopsia, cardiologia, Ecocardiograma Transesofágico; Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Spectral Doppler para calculo de Velocidade, Pressão, Aceleração; M mode, calculo de Tempo, Ângulo, Distância; Medidas (cálculos): OB; tabelas Obstétricas, Doppler, Cardiologia, Ginecolog

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 468.206,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Lenco de tecido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR	Sim	Sim	4	R\$ 116.431,2000	R\$ 465.724,8000	22/09/2021 08:57:59

Marca: VINNO

Fabricante: VINNO TECHNOLOGY SUZHOU CO. LTD.

Modelo / Versão: VINNO X1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLOR Especificações:  Sistema de ultrassom digital transportável de alta resolução com tecnologia MFI que elimina ruídos indesejados e reduz a distorção do sinal resultando em imagens de alto contraste.  APLICAÇÕES: Abdominal, Ginecologia, Obstetria, Urologia, Pediátrico/Neonatal; Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Medicina Esportiva, Emergência, Vascular; Periféricos, superficial, radiologia, entre outros. Características Técnicas:  Processamento totalmente digital em avançada plataforma tecnológica de 30.000 canais para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M Anatômico.  Console ergonômico com teclas programáveis.  Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/write.  Imagem Trapezoidal possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear.  Imagem Harmônica função com aplicação para todos os transdutores.  Imagem Harmônica de Pulso Invertido.  Modo M, Modo Power Doppler Direcional.  Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real.  Power Doppler Direcional.  Modo Doppler Espectral.  Modo Doppler Contínuo.  Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral.  Modo Triplex.  Pacote cálculos específicos.  Pacote de cálculos simples.  Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler.  Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual, Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos.  Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas.  Software de análise automática em tempo real da curva Doppler.  Permite acesso às imagens salvas para pos-análise e processamento.  Possibilita

armazenar as imagens em movimento.  Cine Loop e Cine Loop Save.  Pós-Processamento.  Possibilita armazenar as imagens em movimento.  Cine loop e Cine Loop Save.  Pós Processamento de medidas.  Pós Processamento de imagens.  Banco de palavras em Português.  Monitor de LED de alta resolução de 18,5" polegadas;  Painele digital Touch-Screen de 8" polegadas;  Permitti arquivar/revisar imagens.  Frame-Rate de pelo menos 1000 quadros por segundo.  Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga.  04 (quatro) portas USB.  03 (três) portas ativas para transdutores.  Upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D.  Conectividade de rede DICOM.  DICOM 3.0 (Media Store, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query – Retrieve, MPPS (Modality Performance Produce Step), Structured Reporting).  Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática.  Gravação de imagens em pen drive.  Impressão direta.  Possui pelo menos 32 preset 's ajustáveis;  500 GB de memória de armazenamento;  Profundidade de leitura de pelo menos 31.0cm;  Memória de Cine de 9.000 quadros;  Faixa dinâmica de pelo menos 220 dB; Composição do Equipamento:  Unidade Básica VINNO X1;  Monitor de LED 18,5" polegadas;  Painele digital Touch-Screen de 8" polegadas;  Transdutor multifrequencial de banda larga Convexo faixa de frequência ajustável de 2 a 5 MHz (+/- 1MHz);  Transdutor multifrequencial de banda larga Linear faixa de frequência ajustável de 2 a 11 MHz (+/- 1MHz);  Transdutor multifrequencial de banda larga Endocavitário para exames de obstetrícia, ginecologia faixa de frequência ajustável de 4 a 9 MHz (+/- 1MHz) e FOV de 135º;  Transdutor multifrequencial de banda larga Setorial faixa de frequência ajustável 2 a 5 MHz (+/- 1MHz). ACESSÓRIOS (INCLUSOS):  Impressora a Laser colorida – Mod. Ecotank L-805 "EPSON"  Nobreak Senoidal online Pura; Proteção de Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída; Proteção Eletrônica de Sobrecarga e Curto-circuito 2000 KVA – Mod. Premium 2000 "NHS"  01 (uma) Guia de biopsia para transdutor Endocavitario;  01 (uma) Impressora Termica P/B (video/Printer);  01 (um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de 22" polegadas  Demais cabos, conexões e periféricos para a perfeita instalação funcionamento do equipamento.  Manuais de operação (em português) do equipamento

Porte da empresa: ME/EPP

10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 117.051,0000	R\$ 468.204,0000	21/09/2021 16:20:57
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: VINNO

Fabricante: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD.

Modelo / Versão: E10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 01 - APARELHO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO RÁPIDO, COMPACTO E MODERNO – VINNO E10 Devido à excelente tecnologia de processamento de sinal digital, o E10 oferece uma qualidade de imagem nítida com muitas ferramentas convenientes e rápidas, tornando o seu trabalho diário eficiente e confortável. Peso leve e ideal para espaço pequeno e maior mobilidade.LRF Equipamento ecógrafo com análise espectral Doppler para diagnóstico por imagem, sistema com tecnologias avançadas para melhor definição e desempenho. Transportável com sistema de rodizio e travamento nas quatro rodas. Imagem composta, imagem harmônica de pulso invertido, imagem trapezoidal, imagem panorâmica em tempo real e Elastografia. Pacotes de medidas para Geral, Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular, Pequenas Partes e Pediátrica. Ampla linha de transdutores de banda larga multifrequenciais. Possibilidade de sonda 4D em tempo real com HQ (alta qualidade). Possibilidade de aplicativo para visualização do exame em tempo real para smartphone, tablet (Android e IOS) e PC (Windows). Possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia. Pacote de anotação padrão em português. Body Mark (marca de corpo). 3 portas de sondas ativas. Teclas do painel retroiluminadas interativas. Painele touch screen capacitivo de 10 polegadas para ajuste de funções mais usadas promovendo um ganho de produtividade. Excelente sensibilidade Doppler, alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos. Excelente resolução de imagens bidimensionais, com funções avançadas de otimização. Possibilidade de comunicação WIFI, Bluetooth, FTP e DICOM 3.0. Possibilidade de tecnologia de envio de imagens por e-mail, direto do equipamento de ultrassom. 2D steer, Auto IMT, Auto Trace em modo PW e CW, Auto NT, Auto OB (medição automática de BPD, OFD,HC, AC, FL), Auto Inverte (direção de fluxo e doppler), Auto Fólculo em modo 2D e 3D com aplicação volumétrica. Zoom em tempo real e imagem congelada (Freeze), Zoom em Doppler e Modo Triplex. Exibição do exame em tela cheia em tempo real e em imagem congelada. Faixa dinâmica de no mínimo 280 dB. TGC com 8 potenciômetros deslizantes de ajustes. Possuir compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para imagem modo B e Doppler. Configuração padrão: Plataforma RF Inovadora (melhor resolução e definição); Monitor de 19" LED, ajustável; Sistema operacional Windows; Teclas retroiluminadas interativas; Painele touch screen 10". capacitiva; Armazenamento de 500GB; Três portas de sondas ativas; Portas USB, LAN, S-VIDEO, DVI; B, B/M, B/BC, 2B, 4B; M, PW, CFM, PDI, DPDI; Auto Frequência (Modo B e Doppler); Auto inverte (direção de fluxo e Doppler); Duplex, Triplex; Auto Trace (PW/CW); Auto OB (BPD, OFD,HC, AC, FL); Medição automática do volume da bexiga; TView (imagem trapezoidal); VFusion (Imagem composta); VSpeckle (filtro de redução de ruídos); Zoom RF e imagem em tela cheia; SGC (compensação de ganho lateral); Otimização automática (Modo B e Doppler); Harmônica de pulso invertido; Easy Compare (fácil comparação de imagem); Gerenciamento de dados do paciente; Pacote de medidas e anotação; Body mark (marca de corpo); Software e manual em Português. Tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque. Possui software de contraste de agulha para procedimentos de biopsia ou anestesia. Ajuste de presets personalizados. Modo B, M, PW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B + BC (Modo Dual Live em tempo real), Duplex, Triplex. Possibilidade de Modo CW, M Color, M Anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), Stress Echo, Auto EF, ECG. Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque. Exibição do Modo B, Color e PW com rastreamento automático e medição, ambos os modos e medição atualizados em tempo real. Sistema de envio de imagens via network e USB. Alto-falante integrado e volume ajustável. 1 LAN, 1 S-VIDEO, 1 ATERRAMENTO, 1 DVI (porta de saída digital de alta definição). Disco rígido de pelo menos 1TB. Formato de exportação de imagens: JPEG, PNG, BMP. Formato de exportação de vídeo: AVI. Monitor de 19 polegadas LED, ajustável. Sistema operacional Windows. Tensão de alimentação bivolt automático. Software e manual em Português. Acompanha os seguintes acessórios: OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital. 1. Convexo 1.4 – 5.6 MHz; 2. Linear 4.0 – 16.0 MHz; 3. Endocavitario 3 – 10 MHz, 4. Guia de biópsia reutilizável; 5. Vídeo printer preto e branco; 6. No break compatível com o equipamento. MARCA: VINNO, MODELO: E10, FABRICANTE: VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD., PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (CHINA, REPÚBLICA POPULAR), RMS: 80102512113.

Porte da empresa: ME/EPP

18.375.513/0001-42	F. F. SANTANA LTDA.	Sim	Sim	4	R\$ 135.000,0000	R\$ 540.000,0000	22/09/2021 01:40:08
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo / Versão: HS30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrassom Diagnóstico - Aparelho de ultra-som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; No mínimo de 1024 Canais de processamento digital; Mínimo 3 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame Rate: de aproximadamente 200 quadros/segundo; Dynamic Range aproximadamente mínimo de 170 dB;

Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: mínimo 500 quadros modo B e modo M; Monitor de no mínimo de 17" em LCD de alta resolução; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HD de mínimo de 160GB; Formato de arquivo: Padrão Windows; Conexões: mínima 1 porta USB; Aplicações: Abdominal, vascular, obstetrícia, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, intra-operatório, biopsia, cardiologia, Ecocardiograma Transesofágico; Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Spectral Doppler para calculo de Velocidade, Pressão, Aceleração; M mode, calculo de Tempo, Ângulo, Distância; Medidas (cálculos): OB; tabelas Obstétricas, Doppler, Cardiologia, Ginecolog

Porte da empresa: ME/EPP

00.029.372/0002-21	GE	Não	Não	4	R\$ 145.400,0000	R\$ 581.600,0000	23/09/2021
	HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA						20:03:57

Marca: GE

Fabricante: GE ULTRASOUND KOREA LTD

Modelo / Versão: LOGIQ P9/2021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de ultrassom compacto, em uma plataforma altamente ergonômica e confortável ao usuário. Excelente qualidade imagem e ferramentas de produtividade e personalização que tornam a sua rotina mais rápida e fácil. Atende a uma ampla gama de aplicações clínicas como abdominal, músculo esquelético, mama, vascular, incluindo a possibilidade de expansão para uso de tecnologias avançadas como elastografia Shear Wave, além de serviços compartilhados para cardiologia e obstetrícia 4D./Excepcional Qualidade de Imagens – Processamento ultrarrápido além de ferramentas de otimização de imagem como CrossXBeam™, SRI-HD, Harmônica Codificada (Coded Harmonic Imaging) melhorando a resolução de contraste./RawData (dados brutos) – Ferramenta de pós processamento completo de imagens. Permite um reescaneamento virtual de imagens arquivadas, para melhorar imagens, realização de medidas e anotações em imagens já arquivadas./Ergonomia – Ajustes de altura e rotação do painel. Monitor de 21,5" LCD de alta resolução com braço articulado, Touchscreen LCD de 10,4", TGC e teclado digitais touchscreen, transdutores leves e versáteis./LOGIQView – Imagem estendida panorâmica./B-Flow - Tecnologia que permite visualizar a hemodinâmica do fluxo em tempo real através de codificação digital do sinal do Modo-B. Permite a visualização de vasos de menor calibre, de baixa velocidade com maior sensibilidade./Produtividade – Ferramentas que permitem a melhoria do fluxo de trabalho e otimização do tempo de exame:/- Auto Optimization (AO): Permite o ajuste automático do Modo-B e Doppler espectral./- Auto IMT: medida automática da média intimal em protocolos de carótidas./Especificações Gerais:/ Monitor LCD Colorido 21,5" tela plana, de alta resolução./ Disco Rígido de 500 GB./ Tela de Toque LCD colorida de 10,4", programável e com ajuste de iluminação./ 04 portas ativas com alça de suporte para os cabos e aquecedor de gel integrado. Console com espaço dedicado a vídeo printer térmica. Alças de apoio dianteiras e traseiras./ O sistema fornece modos de imagem em Modo B, Modo M, Modo M com cor, Imagem estendida panorâmica LOGIQ View, Doppler Pulsado, Doppler Colorido, Power Doppler, B-Flow e/3D freehand. Modos Opcionais Doppler Contínuo para cardiologia e Modo Volume (3D estático e 4D Tempo Real)./ Modos de divisão de imagem: Modo B, B/B e 4B; Doppler Colorido: B/C com 1, 2 ou 4 imagens e modos Triplex simultâneo B/M/C e B/C/D./ Transdutores compatíveis (opcionais): Convexo, Microconvexo, Linear, Setorial e volumétricos e linear matricial./ Protocolos programáveis de imagens para exames específicos./ Pan/Zoom em tempo real para melhor visualização lateral e de profundidade./ Virtual convexo processo adaptativo que permite aumentar o campo de visão de transdutores lineares e setoriais em até 20%./ Angulação independente para Modo B e Doppler colorido em transdutores lineares./ Doppler Espectral digital com controles para ajuste de tamanho da amostra, velocidade da escala, filtro de parede, correção de ângulo, modos duplex e TRIPLEX , e inversão de imagem. Com otimização automática das frequências de Doppler Colorido/Power Doppler ou manual./ Cine Memory com 776 MB, sequência de cine selecionável, velocidade variável. Possibilidade de fazer medidas, cálculos e anotações./ Arquivo Digital de Imagens que permite captura em Raw Data possibilitando análise dos estudos após a liberação do paciente, inclusive com funções de pré-processamento como ganho, mapas de cinzas, linha de base, velocidade do espectro, ângulo Doppler, medidas, cálculos e anotações. As imagens podem ser arquivadas em formato Dicom, JPEG, JPEG2000, WMV, MPEG 4 e AVI./ DESCRITIVO COMPLETO EM ANEXO. / MODELO: LOGIQ P9/MARCA: GE/ REGISTRO ANVISA: 80071260351/ PROCEDÊNCIA: CORÉIA DO SUL/ FABRICANTE: GE ULTRASOUND KOREA LTD/VERSÃO: 2021/GARANTIA: 01 ANO/ENTREGA: 30 DIAS/ CONCORDAMOS COM TODAS AS NORMAS E ANEXOS DO EDITAL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	4	R\$ 150.000,0000	R\$ 600.000,0000	24/09/2021
							08:32:57

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo / Versão: DC-28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSON DIAGNÓSTICO com as seguintes especificações : equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 884.736 canais digitais de processamento oferecendo qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M anatômico. Modo Power Doppler, modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom read/write. Imagem trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem harmônica de pulso invertido. Modo M, modo Power Doppler. Modo color doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B+ modo color, ambos em tempo real. Power Doppler direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler contínuo. Tissue Doppler imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em modo b e modo doppler. Divisão de tela 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em modo b, modo m, modo Power, modo espectral, dual - modo de divisão dupla de tela com combinações de modos - software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possui o armazenamento de imagens em movimento. Cine Loop e Cine Loop Save. Pós Processamento de medidas. Pós- processamento de imagens. Banco de palavras em português. Monitor LCD de 17 polegadas. Permite arquivar/revisar imagens. Frame rate de 12.394. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de 1 TB. 04 portas USB no mínimo. Possui 03 portas ativas para transdutores. Passível de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D e camada íntima-média nas artérias carótidas . Conectividade de rede DICOM. DIBOM 3.0 (Média storage, verification, print, storage, storage/Commitment, worklist, Query - Retrieve, MPPS (modality performance procedure step), Structured Reporting. Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive, impressão direta. Possui 32 persets programáveis pelo usuário. Acompanha os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais. Transdutor Convexo de frequências de 1.0 a 6.0 MHZ. transdutor endocavitário com frequências de 3.0 a 13.0 MHZ, TRANSDUTOR linear com as frequências de 3.0 a 13 MHZ, transdutor setorial adulto

com as frequências de 1.0 a 5.0 Mhz. ; 01(um) Guia de biopsia para transdutor Endocavitario ; 01(um) Impressora laser color compatível com equipamento; 01 (UM) Impressora Termica P/B (video/Printer) 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de no mínimo de 22;. Tensão Bivolt, inclui: garantia 12 meses, treinamento e instalação. REGISTRO NA ANVISA 80943610083 PROCEDENCIA CHINA

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

58.598.368/0001-83 KONIMAGEM Não Não 4 R\$ 200.000,0000 R\$ 800.000,0000 20/09/2021 09:29:36
COMERCIAL
LTDA

Marca: ALLIAGE S/A

Fabricante: ALLIAGE S/A

Modelo / Versão: FT 422

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Aparelho de ultrassom digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; 245.760 Canais de Processamento Digital; 4 portas simultâneas e ativas para transdutores ofertados, sem adaptador; 256 canais de cinza para 300 o modo 2D; Frame Rate: de 1.100 quadros/segundo; Dynamic Range de 300 dB; Tecnologia totalmente digital; Cine memory integral: 500 quadros modo B e modo M; Monitor de 17" em LCD de alta resolução; Sistema de Gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HD de 500 Gb; Formato de arquivo: Padrão Windows; Conexões: 4 porta USB; Aplicações: Abdominal, vascular, obstetrícia, ginecologia, neonatal, urologia, transcranial, pequenas partes, mamas, renal, intraoperatório, biopsia, cardiologia, Ecocardiograma Transesofágico; Caliper e Medidas: B mode = Distância, Ângulo, Área, Elipse, Circunferência, Volume; Spectral Doppler para calculo de Velocidade, Pressão, Aceleração; M mode, calculo de Tempo, Ângulo, Distância; Medidas (cálculos): OB; tabelas Obstétricas, Doppler, Cardiologia, Ginecologia; Possibilidade de realizar de imagens em 3D free hand, pelo menos no transdutor convexo; Pré e pós processamento de imagens; Modos de operação: B mode = B, B/B; M mode: B/M, B/C/CM; Doppler: B/D, B/C/D (Triplex em tempo real); Color: B/C, B/C/D simultâneos; Doppler contínuo e pulsado incorporado ao equipamento; Doppler com PRF; Zoom em tempo real; Imagem Trapezoidal no transdutor linear; Otimização automática de linha de base escala em doppler; Cálculos automáticos e apresentação do resultado em tempo real da função doppler espectral; Imagem estendida de 100 cm. Estende o campo de visão da imagem; Doppler Tecidual TDI; Otimização do Doppler Espectral automático; Otimização automática da imagem 2D; Doppler direcional para detecção de baixo fluxo; Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações; Módulos/software para as aplicações informadas; Saída DICOM Acompanhar:- 01(uma) unidade de Transdutor Convexo SAEVO 3C-A de 1 a 7 Mhz; 01(uma) unidade de Transdutor Linear SAEVO L741 de 4 a 16 Mhz; 01(uma) unidade de Transdutor Endocavitário SAEVO 6V1 de 3 a 15 Mhz; 01(uma) unidade de Transdutor Setorial SAEVO 2P1 de 1 a 6 Mhz para ecocardiografia; 01(uma) unidade de Sistema de nobreak compatível com equipamento contendo: Potência Mínima 2 kVA; Online; Forma de Onda Senoidal Pura; Proteção de Sub e Sobre Tensão de Entrada e Saída; Proteção Eletrônica de Sobrecarga e Curto-circuito; Sistema compatível com todos os grupos geradores; 01(um) Guia de biopsia para transdutor Endocavitario; 01(um) Impressora laser color compatível com equipamento; 01(um) Impressora Termica P/B (video/Printer) 01(um) Monitor externo para acompanhamento do paciente de 22 polegadas; Alimentação elétrica: Bivolt automático 127/220V/60Hz.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	58.598.368/0001-83	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 600.000,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 581.600,0000	00.029.372/0002-21	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 540.000,0000	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 468.204,0000	10.769.989/0001-56	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 465.724,8000	28.767.561/0001-30	24/09/2021 10:00:06:140
R\$ 470.000,0000	58.598.368/0001-83	24/09/2021 10:05:47:390
R\$ 456.409,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:14:25:483
R\$ 447.280,0000	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:14:56:847
R\$ 438.334,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:15:24:563
R\$ 429.567,3200	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:16:58:053
R\$ 420.975,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:17:31:140
R\$ 412.555,5000	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:18:18:490
R\$ 404.303,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:18:40:250
R\$ 396.216,9400	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:20:18:850
R\$ 388.292,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:20:53:220
R\$ 380.526,1600	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:22:15:583
R\$ 372.915,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:22:53:553
R\$ 365.456,7000	18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:24:51:657
R\$ 358.146,0000	05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:26:27:233

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
18.375.513/0001-42	24/09/2021 10:28:28:297	24/09/2021 10:33:28:297	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/09/2021 10:05:08	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/09/2021 10:28:28	Encerrada etapa aberta do item.

Desempate - Início do desempate	24/09/2021 10:28:28	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	24/09/2021 10:33:29	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:33:28 de 24/09/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CPF/CNPJ: 18.375.513/0001-42.
Encerramento	24/09/2021 10:33:29	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 10:58:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 10:58:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18.375.513/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 10:58:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 11:10:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18.375.513/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 11:18:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/09/2021 11:32:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:01:38	Recusa da proposta. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 358.146,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivação exposta no chat de mensagens.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:03:03	Recusa da proposta. Fornecedor: F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18.375.513/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 365.456,7000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivação exposta no chat de mensagens.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:04:29	Recusa da proposta. Fornecedor: LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 465.724,8000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivação exposta no chat de mensagens.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:05:50	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 468.204,0000. Motivo: Conforme parecer técnico emitido e juntado aos autos. Motivação exposta no chat de mensagens.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:25:12	Recusa da proposta. Fornecedor: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 58.598.368/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 470.000,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos para a pretensa contratação. No chat quando convocada para negociação, a empresa não se manifestou.
Recusa de proposta	19/10/2021 11:37:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA, CNPJ/CPF: 00.029.372/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 581.600,0000. Motivo: Valor ofertado acima daquele referenciado nos autos para a pretensa contratação. No chat quando convocada para negociação, a empresa não alcançou o valor estimado, ofertando R\$ 140.000,00 no unitário e o máximo aceitável é R\$ 117.051,56
Cancelado no julgamento	19/10/2021 11:42:50	Item cancelado no julgamento. Motivo: As 04 (quatro) empresas primeiras foram desclassificadas na avaliação técnica das propostas. As últimas 02 (duas) empresas foram desclassificadas por apresentarem valores acima do referenciado nos autos para a pretensa contratação.
Registro de intenção de recurso	19/10/2021 11:46:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: F. F. SANTANA LTDA. CNPJ/CPF: 18375513000142. Motivo: Sra. Pregoeira, registramos intenção de recurso, visto que nossa empresa foi desclassificada por não constar o gravador de CD/DVD, no entanto queremos informar que esta referência poder ser adaptada a
Aceite de intenção de recurso	19/10/2021 12:11:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18375513000142. Motivo: Com base no artigo 4º - inciso XVIII da Lei 10.520/02 fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
18.375.513/0001-42	19/10/2021 11:46	19/10/2021 12:11	Aceito
Motivo Intenção: Sra. Pregoeira, registramos intenção de recurso, visto que nossa empresa foi desclassificada por não constar o gravador de CD/DVD, no entanto queremos informar que esta referência poder ser adaptada a máquina (sem qualquer custo a está administração) tornando a máquina apta para gravar e salvar as informações solicitadas. Para mais esclarecimento estaremos à disposição, e enviando juntamente com a peça recursal documentos comprobatórios.			
Motivo Aceite ou Recusa: Com base no artigo 4º - inciso XVIII da Lei 10.520/02 fica concedido o prazo			

de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/09/2021 10:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 10:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 10:05:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/09/2021 10:08:17	Em nome do Governo do Estado de Rondônia, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	24/09/2021 10:09:46	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração). Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Sistema	24/09/2021 10:28:28	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 10:28:28	Sr. Fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CPF/CNPJ 18.375.513/0001-42, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:33:28 do dia 24/09/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/09/2021 10:33:29	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 10:33:28 de 24/09/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CPF/CNPJ 18.375.513/0001-42.
Sistema	24/09/2021 10:33:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/09/2021 10:33:32	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/09/2021 10:43:27	Senhores licitantes bom dia. Dentro de instantes procederemos a negociação de preços. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/09/2021 10:50:33	Para HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Senhor licitante bom dia. vossa empresa é primeira colocada. Abrimos o chat para que apresente melhor oferta, observando o valor estimado.
05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:54:24	Bom dia Sr Pregoeiro
05.743.288/0001-08	24/09/2021 10:55:18	já estamos no nosso valor mínimo Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	24/09/2021 10:56:49	Para HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Agradecemos a manifestação.
Pregoeiro	24/09/2021 10:58:11	Para fins de celeridade processual serão encaminhadas para avaliação técnica as proposta apresentas pelas 03 (três) primeiras colocadas, assim, serão convocadas para envio das proposta ajustadas ao último lance ofertado.
Sistema	24/09/2021 10:58:44	Senhor fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/09/2021 10:58:50	Senhor fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18.375.513/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/09/2021 10:58:56	Senhor fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/09/2021 11:10:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F. F. SANTANA LTDA., CNPJ/CPF: 18.375.513/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	24/09/2021 11:18:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.743.288/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	24/09/2021 11:32:39	Registra-se que a proposta da empresa LK MEDICAL não sofreu alteração de valor, neste caso não é necessário envio de proposta ajustada.
Sistema	24/09/2021 11:32:44	Senhor fornecedor LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIR, CNPJ/CPF: 28.767.561/0001-30, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/09/2021 11:34:30	O certame ficará SUSPENSO por tempo indeterminado para avaliação técnica das propostas apresentadas até o 3º (terceiro) colocado que será realizada pela Unidade requisitante.
Pregoeiro	24/09/2021 11:34:39	Os interessados deverão acompanhar este chat de mensagens diariamente para verificar quando será emitida mensagem de prosseguimento do certame e demais procedimentos que sempre ocorre com antecedência mínima de 24hs. antes da data designada.

Pregoeiro	18/10/2021 10:57:15	A Pregoeira informa que estará procedendo ao resultado da avaliação técnica das propostas e demais procedimentos no dia 19.10.2021 as 11hs00 (horário de Brasília).
Pregoeiro	19/10/2021 11:00:07	Senhores licitantes, bom dia. Conforme determinado daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	19/10/2021 11:00:36	Registra-se que foi necessária a avaliação técnica de todas as propostas apresentadas, assim, com base no parecer técnico emitido a Pregoeira decide:
Pregoeiro	19/10/2021 11:01:00	DECLASSIFICAR a proposta da empresa HOSPCOM no item 01, a empresa apresentou equipamento da marca MINDRAY, modelo DC-28 porém o modelo apresentado não atende na plenitude o descritivo do edital quanto ao Ecocardiograma Trans esofágico.
Pregoeiro	19/10/2021 11:02:37	DECLASSIFICAR a proposta da empresa F.F. SANTANA no item 01, a empresa apresentou equipamento da marca SAMSUNG, modelo HS30, equipamento possui possibilidade de transdutor trans esofágico, porém o modelo NÃO ATENDE na plenitude o descritivo do edital, quanto "...Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações...";
Pregoeiro	19/10/2021 11:03:42	DECLASSIFICAR a proposta da empresa LK MEDICAL no item 01, a empresa apresentou equipamento da marca VINNO, modelo VINNO X1, porém o modelo apresentado NÃO ATENDE na plenitude o descritivo do edital quanto ao Ecocardiograma Trans esofágico E "...Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações...";
Pregoeiro	19/10/2021 11:05:11	DECLASSIFICAR a proposta da empresa CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, a empresa apresentou equipamento da marca VINNO, modelo E10 VINNO, modelo apresentado NÃO ATENDE na plenitude o descritivo do edital, NÃO ATENDE na plenitude o descritivo do edital, quanto ao Ecocardiograma Transesofágico E "...Gravador de CD/DVD integrado, sem adaptações...";
Pregoeiro	19/10/2021 11:07:29	CLASSIFICAR a Proposta da empresa KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, a empresa apresentou equipamento da marca SAEVO, modelo ALLIAGE FT 422, equipamento atende ao solicitado no edital.
Pregoeiro	19/10/2021 11:07:40	CLASSIFICAR a Proposta da empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO, a empresa apresentou equipamento da marca GE, modelo LOGIQ P9, equipamento atende ao solicitado no edital.
Pregoeiro	19/10/2021 11:08:01	Após as classificações e desclassificações necessárias passaremos a seguir com a negociação de preços com as empresas classificadas, pela ordem de classificação definida após a fase de lances, visto que os valores apresentados estão acima do referenciado nos autos.
Pregoeiro	19/10/2021 11:08:39	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, bom dia! Vossa empresa é a próxima colocada no certame com proposta devidamente classificada, no entanto, o valor ofertado está acima do referenciado nos autos, assim, concedemos a oportunidade para que se manifeste quanto a possibilidade de apresentar melhor oferta.
Pregoeiro	19/10/2021 11:09:00	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - O chat está disponível para manifestação.
Pregoeiro	19/10/2021 11:12:33	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - Senhor licitante, se manifeste por gentileza!
Pregoeiro	19/10/2021 11:13:25	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - Se não houve manifestação ou redução aceitável, teremos que proceder com a desclassificação da proposta, visto que não é possível aceitar valor acima daquele referenciado nos autos para a pretensa contratação .
Pregoeiro	19/10/2021 11:13:47	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - *houver
Pregoeiro	19/10/2021 11:14:55	Para KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - O chat ficará disponível por mais 05 (cinco) minutos contados da postagem desta mensagem.
Pregoeiro	19/10/2021 11:21:17	Considerando que não houve manifestação da empresa KONIMAGEM quanto a negociação de preços, vamos passar a negociar com a próxima colocada.
Pregoeiro	19/10/2021 11:24:26	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Senhor licitante, bom dia! Vossa empresa é a próxima colocada no certame com proposta devidamente classificada, no entanto, o valor ofertado está acima do referenciado nos autos, assim, concedemos a oportunidade para que se manifeste quanto a possibilidade de apresentar melhor oferta.
00.029.372/0002-21	19/10/2021 11:25:30	Sr. Pregoeiro bom dia.
Pregoeiro	19/10/2021 11:25:39	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - O chat está disponível para manifestação.
00.029.372/0002-21	19/10/2021 11:26:04	Estamos verificando com a nossa Gerência. Um minuto por favor.
Pregoeiro	19/10/2021 11:27:01	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Estamos aguardando.
00.029.372/0002-21	19/10/2021 11:33:53	Sr. Pregoeiro. Podemos chegar no valor de R\$ 140.000,00 unitário.
Pregoeiro	19/10/2021 11:35:00	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - O máximo aceitável é R\$ 117.000,00. Não alcança esse valor?
00.029.372/0002-21	19/10/2021 11:35:38	Infelizmente não chegaremos nesse valor.
Pregoeiro	19/10/2021 11:36:30	Para GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA - Sendo assim, infelizmente teremos que proceder com a desclassificação da proposta e fracasso do certame.
Pregoeiro	19/10/2021 11:41:33	Considerando as desclassificações ocorridas na avaliação técnica das propostas e aquelas por valor acima do estimado nos autos. Registra-se que o certame restou fracassado.

Vamos proceder com a finalização e abertura e fechamento do prazo para intencionar recurso.

Sistema	19/10/2021 11:42:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/10/2021 11:43:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2021 às 12:10:00.
Pregoeiro	19/10/2021 12:11:32	Com base no artigo 4º - inciso XVIII da Lei 10.520/02 fica concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	24/09/2021 10:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/09/2021 10:33:32	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	19/10/2021 11:42:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/10/2021 11:43:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2021 às 12:10:00.

Data limite para registro de recurso: 22/10/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 27/10/2021.

Data limite para registro de decisão: 04/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:12 horas do dia 19 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NILSEIA KETES

Pregoeiro Oficial

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO

Equipe de Apoio

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Equipe de Apoio



[Voltar](#)

