



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II - Núcleo de Processos - SESAU-CAFIINP

Parecer nº 53/2021/SESAU-CAFIINP

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA						
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE						
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CAF2						
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.320367/2019-58						
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2021/SIGMA/SUPEL/RO						
ANÁLISE TÉCNICA DE CONFORMIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS						
Método: Análise Comparativa e de Registro dos produtos ofertados pela Empresa/Licitante, em relação as especificações técnicas e características dos produtos solicitadas. Através de consulta eletrônica, folders, prospecto e catálogo dos materiais.						
Objetivo: Análise técnica do conteúdo ofertado pela licitante/empresa com relação ao produto/material almejado para que não haja contratações e futuras entregas em desacordo com o solicitado e/ou pedido de compra.						
ITEM	DESCRIPTIVO	EMPRESA/LICITANTE	MARCA	ANVISA / REGISTRO	ANÁLISE	JUSTIFICATIVA
16	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 2,5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU	OPEN	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	VERIFICOU-SE NO SITE DO FABRICANTE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA A Sonda solicitada (aramada, sem balão).

	<p>CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					
17	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) N° 3.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE". EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	BRAMED	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>VERIFICOU-SE NO SITE DO FABRICANTE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA A SONDA SOLICITADA (ARAMADA, SEM BALÃO).</p>
18	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) N° 3.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL,</p>	CIRÚRGICA FERNANDES	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL</p>

	<p>TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE".</p> <p>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					
19	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 4.0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE".</p> <p>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA</p>	BRAMED	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	<p>VERIFICOU-SE NO SITE DO FABRICANTE QUE A MARCA OFERTADA APRESENTA A SONDA SOLICITADA (ARAMADA, SEM BALÃO).</p>

	SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.					
20	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 4.5 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO, GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE".</p> <p>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	CIRÚRGICA FERNANDES	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
21	<p>SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA SEM CUFF (ESPIRALADA) Nº 5,0 COM ESPIRAL EM AÇO INOX, EM PVC DESCARTÁVEL, TERMOSENSÍVEL E TRANSPARENTE, SEM BALÃO, CONECTOR COLOCADO, RADIOPACO,</p>	CIRÚRGICA FERNANDES	GOODCOME	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	<p>GRADUADO, COM ORIFÍCIO LATERAL MURPHY, PARA INTUBAÇÃO ORAL OU NASAL, ESTÉRIL, "LÁTEX FREE".</p> <p>EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					
24	<p>SONDA FOLEY DUAS VIAS INFANTIL Nº 6 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS.</p>	CIRÚRGICA FERNANDES	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	REGISTRO NA ANVISA/MS.					
25	<p>SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 8 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	BRAMED	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
26	<p>SONDA FOLEY DUAS VIAS ADULTO Nº 10 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM</p>	BRAMED	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	<p>ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					
34	<p>SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO Nº 16 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	CENTRAL MIX	WILTEX	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
35	<p>SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO Nº 18 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO</p>	CIRÚRGICA FERNANDES	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM

	<p>TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL
36	<p>SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO Nº 20 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM</p>	BRAMED	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

	<p>ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>					
37	<p>SONDA FOLEY TRES VIAS ADULTO Nº 22 CONFECCIONADA EM SILICONE PURO TRANSPARENTE COM EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, ORIFÍCIOS LATERAIS. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATE 200°C. A SONDA DEVERÁ TER EM SEU MARCADOS EM SEU CORPO O TAMANHO E CAPACIDADE DO BALÃO.</p> <p>ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU EM ENVELOPE DE PVC. ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO E/OU METODOLOGIA SIMILAR OU COMPATÍVEL COM AS REGRAS DE SEGURANÇA ESTABELECIDAS PELA ANVISA/MS. REGISTRO NA ANVISA/MS.</p>	BRAMED	WELL LEAD	INFORMADO	DE ACORDO COM O SOLICITADO	APRESENTOU PROSPECTO/FOLDER DO PRODUTO EM ANEXO À PROPOSTA COMERCIAL

Porto Velho, 22 de outubro de 2021.

JOSIANE DA SILVA JORDÃO DE SOUZA

Farmacêutica-CAFII/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Josiane da Silva Jordão de Souza, Técnico**, em 22/10/2021, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0021575440** e o código CRC **858D008A**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.320367/2019-58

SEI nº 0021575440