

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2021/SIGMA/SUPEL/RO
DATA DE ABERTURA: 30/08/2021 10:00 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.320367/2019-58

PROPOSTA PREGÃO ELETRÔNICO 322/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE	MODELO	ANVISA
9	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, CONTENDO VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO NEGATIVA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNIDADE E COM REGISTRO NA ANVISA.	UNID	2400	R\$ 6,74	R\$ 16.176,00	BIOBASE	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24	80212340033
VALOR TOTAL					R\$ 16.176,00				

Prazo de validade da proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias.

Prazo de Garantia dos Produtos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Prazo de entrega: Não superior a 30 (dias) dias corridos, contado a partir da confirmação de recebimento da Nota de Empenho.

Local de entrega: Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF II, sito à Rua: Aparício de Morais nº 4378 – bairro: Setor Industrial, CEP: 76824-128, na cidade de Porto Velho/RO. Os dias de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 07h30 às 13h30.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 102-3 CONTA CORRENTE: 80478-9

EMAIL.: centralmix@centralmixcs.com



Porto Velho, 16 de Setembro de 2021

Matheus Pereira Nascimento

MATHEUS PEREIRA NASCIMENTO
Diretor

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ	05.216.859/0001-56
Autorização	8.02.123-4
Produto	Sonda aspiração traqueal

Modelo Produto Médico
Sonda Aspiração Traqueal Nº 04
Sonda Aspiração Traqueal Nº 06
Sonda Aspiração Traqueal Nº 08
Sonda Aspiração Traqueal Nº 10
Sonda Aspiração Traqueal Nº 12
Sonda Aspiração Traqueal Nº 14
Sonda Aspiração Traqueal Nº 16
Sonda Aspiração Traqueal Nº 18
Sonda Aspiração Traqueal Nº 20
Sonda Aspiração Traqueal Nº 22
Sonda Aspiração Traqueal Nº 24
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 04
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 06
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 08
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 10
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 12
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 14
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 16
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 18
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 20
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 22
Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Nº 24.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Sondas
--------------	--------

Registro	80212340033
Processo	25351287820201884
Fabricante Legal	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>



SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA DIGITAL

Tem a finalidade de remover secreções líquidas e espessas das vias aéreas inferiores e superiores quando o paciente não tem condições de removê-las sozinho.

Composta por tubo e válvula e confeccionada em PVC, ela é totalmente eficaz na aspiração de secreções traqueobrônquicas, facilita o funcionamento das vias, oferece conforto e previne complicações pulmonares ao paciente.

Dimensões apresentadas:

- 4 a 8 = 40cm
- 10 a 24 = 48cm

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212340033.

Sonda Aspiração Traqueal com Válvula N° 4 ao 24.

Tem a finalidade de remover secreções líquidas e espessas das vias aéreas inferiores e superiores quando o paciente não tem condições de removê-los sozinho.

É composta por tubo e válvula, confeccionados em PVC.

Dimensões das sondas:

- 4 à 8 = 40 cm;
- 10 à 24 = 48 cm.

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212340033.