

925373.3932021 .13582 .4360 .1928779074



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00393/2021

Às 09:00 horas do dia 10 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº7 DE JANEIRO DE 2021 de 14/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0037048191202114, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00393/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Material Permanente (Espectrômetro de infravermelho...), incluindo Instalação e treinamento, Assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e/ou componentes. A fim de atender ao Convênio nº. 903052/2020/SENAD – Reaparelhamento das unidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Peças / acessórios equipamentos especializados**Descrição Complementar:** Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT - IR)- (AS DESCRIÇÕES COMPLETAS DO PRODUTOS ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado: R\$** 390.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 2,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PERKINELMER DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 430.000,0000 e com valor negociado a R\$ 390.000,0000 .

Histórico**Item: 1 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.351.210/0001-24	PERKINELMER DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 441.781,0200	R\$ 441.781,0200	09/11/2021 14:55:50
Marca: PERKINELMER Fabricante: PERKINELMER Modelo / Versão: FT-IR SPECTRUM TWO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT - IR): 3.1. Banco óptico selado e dessecado, com espelhos revestidos em ouro ou em outro material de elevada resistência. Deve apresentar sistema de interferômetro com alinhamento permanente ou com correção automática. Garantia mínima de 5 anos nas partes móveis do interferômetro, incluindo partes e serviços. 3.2. Componentes óticos, como janelas e divisor de feixes, devem ser elaborados em Seleneto de Zinco (ZnSe) ou com material higroscópico. Materiais alternativos serão aceitos somente se a oferta contemplar garantia de 10 anos contra danos por umidade nestes componentes, incluindo partes e serviços. 3.3. Laser de estado sólido de alta durabilidade ou em estado gasoso (gás He/Ne). O fornecedor deve ofertar garantia mínima de 10 anos, incluindo partes e serviços. Caso a CONTRATANTE GANHADORA forneça laser com sistema em estado gasoso (gás He/Ne), ela deve se comprometer a trocar preventivamente a cada 05 (cinco) anos o material consumível, com a finalidade de realizar troca programada pelo período de 10 anos. 3.4. Fonte de infravermelho em Carbetto de Silício (SiC) ou em cerâmica. O fornecedor deve ofertar garantia mínima de 5 anos, incluindo partes e serviços. 3.5. Detector com elemento em Sulfato de Triglicina Deuterada (DTGS) e conversor analógico/digital integrado de baixo ruído eletrônico. 3.6. Conter Kit de verificação de desempenho; 3.7. Conter dispositivo amostrador para análises por transmissão que deve incluir célula de líquido desmontável, com espaçadores de 0.5mm até 1mm de espessura com 2 pares de janela de Seleneto de Zinco (ZnSe); 3.8. Interface de amostragem por Refletância Total Atenuada (ATR) para amostras sólidas, géis, líquidas e pastas, com cristal de ATR em diamante monolítico. A referida interface deverá apresentar acessório/dispositivo que permita o aquecimento e controle de temperatura maior que 60°C. Garantia mínima de 10 anos, incluindo partes e serviços. 3.9. 3.10. Software, Sistema de Dados e Acessórios: 3.11. O espectrômetro deve ser acompanhado de: 3.12. Software de operação compatível com ambiente Microsoft Windows e controle do FTIR, com as seguintes características básicas: sistema de reconhecimento e ajustes automatizados de acessórios; sistema de validação e monitoração instantânea do espectrômetro; ferramentas gráficas para ajustes e melhoramento espectral; aplicativo de busca e criação de banco de dados espectrais; software para análise de mistura, que forneça o percentual de composição de cada componente encontrado (interposição e sobreposição de espectros em comparação às bibliotecas). 3.13. Computador, com as seguintes configurações mínimas: HD de 1TB, Processador Intel i7 de 3,4 GHz, memória RAM de 16 GB, gravador e leitor de CD/DVD, modem/LAN, porta USB e software operacional Windows 10 ou versão superior compatível com o software do espectrômetro. Deve acompanhar monitor com tela de 22 polegadas. 3.14. Sistema UPS/No-break de 1500 VA ou de melhor qualidade.							

Inversor sincronizado com a rede, com forma de onda SENOIAL PURA, capaz de prevenir variações bruscas na tensão fornecida aos equipamentos ligados a este durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa. Filtro de linha e estabilizador internos, Tensão de Entrada: Bivolt automático. Tensão de saída: 110V. Frequência: 60Hz. 3.15. Deve possuir sistema de supressão de interferência de CO2 e H2O controlado via software. 3.16. Especificações mínimas de desempenho: 3.17. Resolução espectral ajustável a partir de 1.0 cm-1 ou melhor. 3.18. Faixa espectral de 550 a 6500 cm-1 ou mais ampla. 3.19. Razão sinal/ruído igual ou melhor que 50.000:1 calculado pico a pico, a 4 cm-1 em 1 minuto de medição. A empresa fornecedora deve apresentar comprovação da relação sinal/ruído, no momento dos testes de performances para a aceitação do objeto. 3.20. Exatidão de comprimento de onda igual ou melhor que 0,1 cm-1. 3.21. Banco de Dados Espectrais (Bibliotecas): 3.22. Biblioteca(s) de dados espectrais de uso geral, com pelo menos 15.000 espectros adquiridos por ATR e transmitância, que contemple as seguintes classes de substâncias: fármacos, polímeros e aditivos, tintas, vernizes e solventes orgânicos, substâncias químicas, drogas e de interesse forense incluindo "White Pownders", inclusive pesticidas das classes dos Carbamatos (Aldicarb) e venenos. 3.23. Biblioteca(s) de dados espectrais para identificação de drogas, novos psicoativos sintéticos e substâncias ilícitas, no mínimo 4.000 espectros adquiridos por ATR, que contemple as seguintes classes de substâncias: Cocaína e derivados, Canabinóides de origem natural, Canabinóides sintéticos (agonistas), LSD, Ecstasy, Piperazinas, Aminoidanos, Catinonas Sintéticas, Triptaminas, Feniletilaminas e derivados N-metoxibenil (N-BOMe). 3.24. Software compatível com as bibliotecas gratuitas de novas drogas psicoativas tipo SWGDRUGS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.673.296/0001-20	TENNESSINE INSTRUMENTACAO ANALITICA COMERCIO E SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 581.000,0000	R\$ 581.000,0000	10/11/2021 08:48:46
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: THERMO FISCHER SCIEN

Fabricante: THERMO FISCHER SCIENTIFIC

Modelo / Versão: FTIR NICOLET IS20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrômetro de infravermelho médio FT-IR Nicolet iS20 Inclui: • Tecnologia de motor óptico LightDrive o Fonte de infravermelho em cerâmica ponto único com hotspot de não migração (10 anos garantia) o Interferômetro com divisor de feixe em KBr revestido de Ge e alinhamento dinâmico (correção automática), 7800-350 cm-1 (garantia de 10 anos) o Laser de diodo de estado sólido de alta durabilidade com temperatura controlada (10 anos de garantia) o Detector com elemento em Sulfato de Triglicina Deuterada (DTGS) de alta performance e recuperação rápida o Painel de toque integrado com botões de fluxo de trabalho de toque capacitivo e barra de leitura de LED multicolorido para fornecer feedback do instrumento em tempo real • Especificações verificadas de fábrica, incluindo: o 1 minuto de sinal para ruído melhor que 50.000:1 em 4cm-1. Inclui relatório de performance. o Resolução padrão de 0,25 cm-1 (variável de 64 a 0,25 cm-1) o Exatidão de comprimento de onda de 0.02cm-1 em 2000cm-1 • Capacidade de varredura rápida • Banco óptico selado e dessecado, com espelhos revestidos em material de elevada resistência (BaF2) e com janelas de KBr. Componentes ópticos com 10 anos de garantia contra danos por umidade. • Caixa dessecante de metal (regenerável) e indicador umidade • Autoalinhamento de otimização de energia • Kit de verificação de desempenho o Roda padrão rastreável serializada incluindo: ▪ Poliestireno rastreável NIST de 1,5 MIL (38 microns) (fornecido com certificado) o Vidro Schott rastreável NG11 NIST (fornecido com certificado) o Filtros de atenuação de feixe o Montagem de roda motorizada • Sistema de purga multi-zona, incluindo em torno das janelas do compartimento de amostra • Inclui um ano de cobertura de garantia total do sistema no local • Inclui garantia apenas de peças aplicada a: o Interferômetro (10 anos) o Laser (10 anos) o Fonte (10 anos) • Software Padrão OMNIC o Software de operação e controle do FTIR compatível com o ambiente Microsoft Windows o Permite reconhecimento e ajustes automatizados de acessórios o Recurso de análise automática para executar e relatar a previsão de TQ, selagem, Qcheck ou marcação de pico imediatamente após coleta sem necessidade de intervenção o Recurso de relatório automático para visualizar os resultados, imprimir ou adicionar ao caderno atual • o Supressão atmosférica automática para remover interferências de H2O e CO2 (sem necessidade de padrões) • o A verificação de desempenho do sistema (SPV) monitora o status do sistema, realizando validação e monitoração instantânea do espectrômetro • o Desenvolvimento de método quantitativo e qualitativo (TQ Analyst - EZ Edition) e previsão incluindo: ▪Ferramentas necessárias para desenvolver calibrações e, em seguida, executar previsões usando Beer-Lambert e Classical Least Squares • ▪Ferramentas necessárias para realizar previsões (mas não para construir calibrações) usando análise discriminante, Mínimos quadrados parciais (PLS) e Análise de Componentes Principais (PCR) • • o Gerador de relatórios com recursos completos e caderno de laboratório eletrônico • o OMNIC Macros\Basic para compilar tarefas de rotina em um botão simples de operações com acesso através da barra de ferramentas personalizável do OMNIC • o Proteção de senha e suporte de login de usuário • o Conjunto completo de ferramentas de conversão e correção de dados, como Kubelka Munk, Kramers Kronig e correção avançada de ATR • o Conjunto completo de ferramentas de processamento de dados espectrais, permitindo ajustes e melhoramento de dados. • o Permite criação de banco de dados. • o Compatível com as bibliotecas gratuitas de novas drogas psicoativas tipo SWGDRUGS • o Pesquisa espectral: geração de biblioteca de alta resolução, campos de informação personalizáveis, pesquisa única ou multirregional, gerenciamento de biblioteca e mais de 1400 espectros de biblioteca • o Exibição ao vivo da coleta de dados e visualização espectral ao vivo • o Ampla ajuda on-line Spectroscopy Academy e tutoriais em vídeo • o Interface de usuário única baseada em tarefas melhora significativamente identificação de desconhecidos • o Capacidade avançada de gerenciamento de dados trata todo o seu disco rígido como um banco de dados • o Pesquisa exclusiva de multi-componentes e contaminantes: permite análise de mistura e fornece o percentual de composição de cada componente encontrado (interposição e sobreposição de espectros em comparação às bibliotecas). • o Suporte para dados espectrais FT-IR e Raman • ...continua na proposta

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 581.000,0000	28.673.296/0001-20	10/11/2021 09:00:08:350
R\$ 441.781,0200	00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:00:08:350
R\$ 569.000,0000	28.673.296/0001-20	10/11/2021 09:21:33:587
R\$ 430.000,0000	00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:29:54:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/11/2021 09:20:08	Item aberto.
Encerramento	10/11/2021 09:31:55	Item encerrado.

Encerramento etapa aberta	10/11/2021 09:31:55	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/11/2021 09:56:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/11/2021 10:21:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24.
Aceite de proposta	10/11/2021 10:37:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 430.000,0000 e com valor negociado a R\$ 390.000,0000. Motivo: Conforme negociado e informado no chat mensagem (vide proposta atualizada).
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/11/2021 10:44:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/11/2021 10:50:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24.
Habilitação de fornecedor	10/11/2021 11:03:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 430.000,0000 e com valor negociado a R\$ 390.000,0000.
Registro de intenção de recurso	10/11/2021 11:20:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TENNESSINE INSTRUMENTACAO ANALITICA COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF: 28673296000120. Motivo: A proposta da licitante PERKINELMER DO BRASIL LTDA. não está em conformidade com todos os requisitos estabelecidos ao longo da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo I DO ED
Aceite de intenção de recurso	10/11/2021 11:31:03	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TENNESSINE INSTRUMENTACAO ANALITICA COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 28673296000120.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
28.673.296/0001-20	10/11/2021 11:20	10/11/2021 11:31	Aceito
	Motivo Intenção: A proposta da licitante PERKINELMER DO BRASIL LTDA. não está em conformidade com todos os requisitos estabelecidos ao longo da ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA do Anexo I DO EDITAL - Termo de Referência, em relação: à memória RAM de 16 GB. A descrição do P/N BR001442 ofertado pelo licitante indica RAM 8GB. Por complemento, os itens 1 e 2 das Observações presentes nas proposta incluem condições comerciais não contempladas no edital: "Entregas poderão ser parciais" e "Os preços estão sujeitos a reavaliação"		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/11/2021 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	10/11/2021 09:01:46	Bom dia!
Pregoeiro	10/11/2021 09:02:03	Senhores licitantes! Está aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº.393/2021/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é Aquisição de Material Permanente (Espectrômetro de infravermelho...), incluindo Instalação e treinamento, Assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e/ou componentes. A fim de atender ao Convênio nº. 903052/2020/SENAD
Pregoeiro	10/11/2021 09:02:22	...- Reaparelhamento das unidades dos órgãos subordinados à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania SESDEC.
Pregoeiro	10/11/2021 09:02:41	Solicito a todos que fiquem atentos ao chat mensagem respondendo-o em tempo hábil para maior celeridade no procedimento deste certame. Informo que não haverá contato com as empresas nessa fase. Nosso horário é corrido, não HAVENDO INTERVALO Para ALMÇO, portanto, solicito que permaneçam logados até o final deste certame e respondam ao chat mensagem em tempo hábil para que possamos dar maior celeridade nos procedimentos.
Pregoeiro	10/11/2021 09:02:55	. A perda de negócio por ausência de manifestação do licitante é de sua inteira responsabilidade.
Pregoeiro	10/11/2021 09:03:11	Informo que, na fase de lance, não haverá atendimento ao caht, nem mesmo ao telefone. Todos são responsáveis pelas mensagens transmitidas e o mais importante, não poedrder a oportunidade de negócio. Agradeço pela compreensão.
Pregoeiro	10/11/2021 09:03:24	Informo que, o presente certame está sendo regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº 26.182/2021, de 02/06/2006, Lei 123 de 14/12/2006 e demais legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais exigências do Edital.
Pregoeiro	10/11/2021	Aviso que as empresas que não cumprirem as exigências estabelecidas no edital e seus

	09:03:43	anexos na íntegra, sofrerão penalidades de acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficando a Administração garantida à prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.
Pregoeiro	10/11/2021 09:03:57	Como dito, Em decorrência das normas, lembro aos Srs. Licitantes que NÃO HAVERÁ ambiente de "Chat" durante a fase de lances, onde a negociação de preços ocorrerá após o término da disputa de lances.
Pregoeiro	10/11/2021 09:04:20	Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro, em qualquer fase do certame, transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	10/11/2021 09:04:24	Gostaria de lembrá-los da importância do envio de lances com responsabilidade, de forma a poderem honrar seus compromissos durante a futura execução/entrega.
Pregoeiro	10/11/2021 09:04:39	Chamo-lhes a atenção para o Edital, cuja redação é clara no que diz respeito a não aceitação por parte desta Superintendência de desistência pelo licitante de proposta ou de lance após a abertura da sessão e também após seu fechamento, sob pena de aplicação de penalidades, inclusive a de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.
Pregoeiro	10/11/2021 09:04:52	Dessa forma, a empresa que enviar lance inexequível, que possa vir a prejudicar o andamento da sessão pública e que não for honrado por ela, estará sujeita à aplicação de sanções.
Pregoeiro	10/11/2021 09:05:07	A Pregoeira, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e caso a empresa não sustente a proposta registrada no sistema, será aberto processo administrativo propondo a aplicação de Multa e Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia.
Pregoeiro	10/11/2021 09:05:22	DIANTE DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER PROBLEMA DE ORDEM TÉCNICA OU OPERACIONAL, SOLICITO QUE O FATO SEJA FORMALIZADO IMEDIATAMENTE PELO TELEFONE (69) 3212 9264 ou e-mail: alfasupel@hotmail.com, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA
Pregoeiro	10/11/2021 09:05:36	Informo ainda que, as propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE (Na descrição detalhada do objeto), visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.
Pregoeiro	10/11/2021 09:05:50	Caso seja identificado pela Pregoeira qualquer menção de marca, que leve a IDENTIFICAÇÃO da proponente, a proposta poderá ser DESCLASSIFICADA antes ou posterior à fase de lances.
Pregoeiro	10/11/2021 09:06:05	Informo ainda que, é de responsabilidade das Licitantes acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pela Pregoeira em qualquer fase do certame transmitida no Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	10/11/2021 09:06:17	É facultada a esta Pregoeira a realização de diligências para complementações de informações referentes as propostas, documentos de habilitação das Empresas convocadas, e demais documentos pertinentes ao certame, conforme art. 43 § 3º da Lei nº8.666/93.
Pregoeiro	10/11/2021 09:06:36	Informo que, conforme estabelecido no subitem 9.5.1, Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R\$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais e, esta Pregoeira poderá atualizar automaticamente o valor total ofertado na fase de lances que estiver com mais de 02 (duas) casas decimais e informará a atualização no chat mensagem e ACEITARÁ as Propostas de Preços que atenderem todas as exigências previstas...
Pregoeiro	10/11/2021 09:06:48	...no Edital.
Pregoeiro	10/11/2021 09:07:05	Lembramos ainda que, NÃO HAVERÁ PAUSA PARA O ALMOÇO, nosso horário é corrido, das 07:30 às 13:30. LEMBRAMOS QUE RONDÔNIA APRESENTA UMA HORA A MENOS QUE BRASÍLIA. Portanto, é necessário que todos permaneçam logados no sistema até o término desta sessão.
Pregoeiro	10/11/2021 09:07:29	Caso haja participantes fora do Estado de Rondônia deverão observar o horário pois não retornaremos a repetição de chat mensagem para fechar negócios.
Pregoeiro	10/11/2021 09:08:23	Meu nome é ANA VIANA, Pregoeira Substituta da EQUIPE ALFA/SUPEL/RO, EM CASO DE DÚVIDAS EU E A EQUIPE DE APOIO ESTAMOS À DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3212 9264 e do e-mail: alfasupel@hotmail.com.
Pregoeiro	10/11/2021 09:08:37	Estarei analisando as propostas cadastradas no sistema e, em seguida, iniciará a fase de lance.
Sistema	10/11/2021 09:20:08	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/11/2021 09:20:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/11/2021 09:20:29	Informo que todas as propostas registradas no sistema irão participar da fase de lances, onde a avaliação quanto a aceitabilidade do objeto proposto será realizada posteriormente.
Pregoeiro	10/11/2021 09:20:43	Antes de enviar seus lances verifiquem a sua exequibilidade, ofertando apenas propostas de preços a qual a empresa possa cumprir de forma integral e satisfatória no momento da execução/entrega.
Pregoeiro	10/11/2021 09:20:55	Solicito que verifiquem os valores ofertados, não os digitando erroneamente, uma vez que será arrematado o menor lance.
Sistema	10/11/2021	O item 1 está encerrado.

	09:31:55	
Sistema	10/11/2021 09:32:00	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	10/11/2021 09:35:59	Bom dia a todos!
Pregoeiro	10/11/2021 09:36:42	Solicito que permaneçam logados, pois, passaremos para a fase de negociação do item.
Pregoeiro	10/11/2021 09:40:32	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Bom dia! Senhor licitante, encontra-se logado?
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:41:14	Bom Dia Sra. Pregoeira! sim estamos
Pregoeiro	10/11/2021 09:41:51	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - É possível negociarmos melhor preço para o item deste certame? pois, o valor ofertado encontra-se acima do estimado para a contratação.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:42:48	Sim podemos negociar! Só um minuto
Pregoeiro	10/11/2021 09:43:10	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - No aguardo.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:48:06	Podemos negociar o valor de R\$ 420.000,00?
Pregoeiro	10/11/2021 09:50:10	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, o valor estimado para o item é de R\$ 390.000,00 e esta Pregoeira não pode aceitar valores acima do estimado, conforme prevê o Edital. Podemos fechar em R\$ 390.000,00?
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:51:12	Sra. Pregoeira?
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:52:15	Sra. Pregoeira peço 5 min para conversar com a Diretoria.
Pregoeiro	10/11/2021 09:53:27	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - No aguardo.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:54:22	Sra. Pregoeira aceitamos o valor de R\$ 390.000,00. Estamos de acordo.
Pregoeiro	10/11/2021 09:56:17	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Certo. Agradeço pela redução de vossa oferta e solicito o envio da PROPOSTA ATUALIZADA, no prazo concedido no item 11.5 do Edital 120 (cento e vinte) minutos. estarei abrindo o item para o envio.
Sistema	10/11/2021 09:56:30	Senhor fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/11/2021 09:56:48	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante o item foi aberto.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 09:57:45	sim. estamos providenciando
Sistema	10/11/2021 10:21:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 10:25:31	Sra. Pregoeira a proposta atualizada já foi anexada. Obrigado.
Pregoeiro	10/11/2021 10:36:31	Senhores licitantes, informo que a empresa já anexou a proposta atualizada no sistema e, após análise constatamos que a mesma atende aos requisitos exigidos no Edital. Desta forma, a empresa esta classificada para esta fase do certame. Permaneçam logados, enquanto faremos a aceitação do valor no sistema.
Pregoeiro	10/11/2021 10:38:26	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, encontra-se logado?
Pregoeiro	10/11/2021 10:43:06	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Em forma de diligência, conforme prevê o Edital, solicito que envie documentos do tipo RG e CPF ou outro documento que identifique qualquer um dos autores citados no instrumento procuratório para complemento das demais documentações.
Pregoeiro	10/11/2021 10:43:56	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - Estarei reabrindo o item para o envio, seguindo o mesmo prazo concedido anteriormente, conforme prevê o Edital.
Sistema	10/11/2021 10:44:18	Senhor fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/11/2021 10:44:37	Para PERKINELMER DO BRASIL LTDA. - O item foi aberto.
Sistema	10/11/2021 10:50:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERKINELMER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 00.351.210/0001-24, enviou o anexo para o ítem 1.
00.351.210/0001-24	10/11/2021 10:50:49	Sr. Marcelo Zangrando, está na procuração. CNH enviada.
Pregoeiro	10/11/2021 10:55:02	Senhores licitantes, atendido o pedido de diligência, solicito que permaneçam logados enquanto analisaremos os demais documentos de habilitação.
Pregoeiro	10/11/2021 11:02:46	Senhores licitantes, informo que, foram analisados os documentos de habilitação da empresa PERKINELMER DO BRASIL LTDA e, constatamos que os mesmos estão de acordo com as exigências do Edital e, em atenção ao princípio da celeridade que norteiam os Processos Administrativos, foram também realizadas consultas ao Cadastros...
Pregoeiro	10/11/2021 11:03:05	...SICAF, CEIS, CAGEFIMP e CNJ e, foi constatado que a referida empresa não consta como impedida de participar em licitações com a Administração Pública do Estado de Rondônia.

		Desta forma, a empresa será declarada habilitada para o item deste certame, por atender às exigências editalícias.
Sistema	10/11/2021 11:03:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/11/2021 11:04:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2021 às 11:25:00.
Pregoeiro	10/11/2021 11:04:38	ATENÇÃO! Senhores Licitante, fica aberta a fase de interposição de recurso administrativo, devendo as manifestações serem fundamentadas, circunstanciadas e efetuadas em campo próprio do sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos conforme determinado em Lei. Desde já agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	10/11/2021 11:33:04	Senhores licitantes, informo que, houve intenção de recurso, portanto em atenção ao direito de manifestação e interposição de recurso, previsto no Decreto Estadual nº 26.182/2021, e ao artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 o prazo será de três dias úteis para a apresentação das razões do recurso...
Pregoeiro	10/11/2021 11:33:20	...desde logo intimados os demais para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Pregoeiro	10/11/2021 11:33:56	Agradeço a participação de todos. Tenham um bom dia.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/11/2021 12:04:42	
Abertura da sessão pública	10/11/2021 09:00:08	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	10/11/2021 09:20:08	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	10/11/2021 09:32:00	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/11/2021 11:03:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/11/2021 11:04:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2021 às 11:25:00.

Data limite para registro de recurso: 16/11/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 19/11/2021.

Data limite para registro de decisão: 26/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:35 horas do dia 10 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IAN BARROS MOLLMANN
Pregoeiro Oficial

ANA VIANA DE SOUZA
Equipe de Apoio



Voltar

